

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) și ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, Consiliul adoptă următoarea:

DECIZIE

Nr. 2090/C6/1673

Data: 22.07.2025

Prin contestația nr. 11023/07.05.2025, înregistrată la C.N.S.C cu nr. 30117/09.05.2025, formulată de către AXIOMED SOLUTIONS SRL, cu sediul în municipiul Galați, str. Dimitrie Cantemir nr. 21, județul Galați, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J201200272178, având CIF RO 29887513, reprezentat de Popa Cătălin – administrator, împotriva documentației de atribuire, elaborată de SPITALUL JUDEȚEAN SATU MARE, cu sediul în municipiul Satu Mare, str. Ravensburg nr. 1-3, județul Satu Mare, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire prin „licitație deschisă”, în vederea încheierii acordului-cadru, având ca obiect: *„Reactivi anatomie patologică, medicină legală, transfuzii, sterilizare 2025 și consumabile”*, lot 73 și 74, cod CPV 33696500-0 (Rev. 2), anunț de participare nr. CN1080685/30.04.2025, s-a solicitat obligarea autorității contractante la remedierea caietului de sarcini, prin reformularea cerințelor tehnice 73 – Indicator chimic integrator strip autoadeziv clasat 5/tip 5 pentru sterilizare cu abur și lot nr. 74 – Sistem test proteină pentru instrumentar.

Prin Încheierea nr. 1756/C6/1673/15.05.2025, Consiliul a respins, ca nefondată, cererea de suspendare a procedurii de atribuire, formulată de către societatea AXIOMED SOLUTIONS SRL, în contradictoriu cu SPITALUL JUDEȚEAN SATU MARE.

Procedura de soluționare în fața Consiliului s-a desfășurat în scris.

În luarea deciziei asupra
cauzei de față,

Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor
reține următoarele:

Pentru cele constatate,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

Respinge contestația depusă de către societatea AXIOMED SOLUTIONS SRL, în contradictoriu cu autoritatea contractantă SPITALUL JUDEȚEAN SATU MARE, astfel:

- ca rămasă fără obiect critica referitoare la cerința: *„Determinarea cantitativă a nivelului de proteină de pe instrumentar în urma decontaminării se realizează automat și independent, de către dispozitivul de incubare dedicat, evitând interpretarea vizuală. Rezultatul este tipărit de către dispozitivul de citire în limba română și transmis în timp real, prin protocol API, către orice aplicație software de trasabilitate, împreună cu utilizatorul care a efectuat citirea”;*

- ca nefondate celelalte critici.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 și poate fi atacată cu plângere în termen de 10 zile de la comunicare, conform dispozițiilor art. 29 din același act normativ.