



**În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) și ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, Consiliul adoptă următoarea**

## **DECIZIE**

....

**Data:...**

Prin contestația înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sub..., depusă de..., cu sediul social în....., .. et...., sector..., înregistrată în Registrul Comerțului sub..., având..., reprezentată legal prin administrator... și convențional prin ..., privind procedura de licitație deschisă organizată în vederea atribuirii contractului de furnizare având ca obiect... monoplan - Proiect ..., cod... Aparatură de angiografie (Rev.2), de ..., în calitate de *autoritate contractantă*, cu sediul în..... a solicitat:

- în principal, modificarea documentației de atribuire, luând în considerare criticile din contestație;
- în subsidiar, anularea documentației de atribuire, precum și a tuturor și oricăror acte subsecvente acestora ca fiind nelegale și netemeinice;
- suspendarea procedurii de achiziție până la soluționarea contestației.

....., Consiliul a respins, ca rămasă fără obiect, cererea de suspendare a procedurii de atribuire, formulată de....

**CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR,  
asupra cauzei de față, constată următoarele:**

Consiliul a fost legal sesizat și este competent, potrivit dispozițiilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 101/2016, să soluționeze contestația de față, prin care ofertantul... critică unele prevederi ale documentației de atribuire, solicitând cele precizate în partea introductivă a deciziei.

Motivarea integrală a contestației se regăsește în fișierul "[.] Contestație -... monoplan - Proiect ....pdf.p7s", postat de autoritate în SEAP la..., în cadrul documentelor asociate anunțului de participare..... Reproducerea în cuprinsul deciziei a ansamblului motivării nu se justifică, din moment ce întreaga contestație poate fi vizualizată liber și gratuit în SEAP de către orice persoană interesată. Consiliul apreciază că sintetizarea de mai sus nu prejudiciază nici părțile și nici terții, din moment ce oricine are la dispoziție spre vizualizare și descărcare, prin intermediul SEAP, întreaga contestație. Desigur, motivarea completă va fi avută în vedere de membrii completului la adoptarea soluției.

Pe de altă parte, constrângerile ce țin de celeritatea soluționării cauzelor de către Consiliu (art. 24 din legea remediilor), pe fondul suprapunerii pe rol a mai multor dosare, inclusiv de complexitate notabilă, nu permit alocarea unei perioade nelimitate de timp pentru sintetizarea și redarea concisă în considerente a tuturor susținerilor părților, constrângeri de care inclusiv acestea trebuie să țină seama.

Prin adresa....., înregistrată la Consiliu sub...., autoritatea contractantă a formulat punct de vedere cu privire la contestația depusă de....

#### 1. Conținutul documentelor și derularea procedurii de atribuire

În ceea ce privește susținerile contestatoarei potrivit cărora specificațiile tehnice sunt restrictive și elimină potențialii ofertanți care pot oferi soluții/tehnologii/specificații echivalente, autoritatea contractantă le consideră false/nereale și tendențioase, având în vedere că:

- în anunțul de participare, la cap.VI.3) Informații suplimentare, pct. 10, s-a prevăzut: "Cerințele tehnice definite la nivelul anunțului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metoda specifică de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea "sau echivalent";

- în Fișa de date, la cap. IV. 1) Modul de prezentare al propunerii tehnice la Alte precizări privind modul de prezentare al propunerii tehnice, este menționat: "În cazul în care, în întreaga documentație de atribuire sau în specificațiile tehnice, au fost menționate specificații tehnice care ar putea indica o anumită origine, sursa, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, acestea se vor citi "...sau echivalent";

- în caietul de sarcini, la cap..... Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate, ultimul paragraf (înainte de specificațiile tehnice) este specificat: "Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet, o invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea sau "ECHIVALENT".

Cu privire la susținerea contestației, potrivit căreia până la data depunerii contestației autoritatea contractantă nu a... solicitării sale de clarificări, autoritatea face următoarele precizări:

... a depus o solicitare de clarificări cu privire la cerințele din documentația de atribuire („Solicitarea de clarificări”) vizând caracterul restrictiv și nejustificat al specificațiilor tehnice cuprinse în documentația de atribuire, care prevăd tehnologii și caracteristici specifice echipamentului furnizat de un singur producător, respectiv... („...” / „GE”), existând astfel suspiciuni privind favorizarea acestui producător.

La data prezentei, solicitarea de clarificări astfel prezentată nu a primit..., ... menținând nemodificată documentația de atribuire.

Solicitarea de clarificări la care se referă... a fost postată în SEAP de către contestație în data de...: 08 și înregistrată la autoritatea contractantă cu numărul... din....

În anunțul de participare și în fișa de date, la cap.II....) Descrierea succintă și cap. II....) Descrierea achiziției publice, se specifică:

"Numărul... zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 18;

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în a 11-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor."

Având în vedere data limită de depunere a ofertelor..., rezultă:

- termenul până la care se pot depune solicitări de clarificări este data de...

- termenul de..., în mod clar și complet, al autorității contractante, la toate solicitările de clarificare, este data de....

2. Specificațiile tehnice considerate de contestație a avea caracter restrictiv/nejustificat/nelegal.

Preambul - Interesul legitim al autorității contractante privind achiziția de echipamente care să încorporeze cele mai noi tehnologii în domeniu și care să corespundă într-o măsură cât mai mare necesităților și utilizărilor specifice.

Astfel, având în vedere obiectivele și cerințele proiectului "...".

Deci, caietul de sarcini trebuie să conțină specificații tehnice care să conducă la achiziția unui... monoplan performant, care să încorporeze cele mai noi tehnologii în domeniu și care să răspundă și la utilizările specifice dictate de atingerea obiectivelor proiectului.

Pe de altă parte trebuie avut în vedere faptul că medicii specialiști care utilizează angiograful monoplan sunt doar utilizatorii unor aparate de... complexă. Ei nu inventează de regulă..., ci o folosesc pentru a trata și vindeca pacienți. Datele tehnice necesare realizării caietelor de sarcini sunt preluate consultând literatura de specialitate, care constă în tratate, manuale, studii și broșuri ale unor echipamente. Abilitatea lor în acest domeniu constă în a aprecia obiectiv ce echipamente oferă o... superioară și le sunt mai utile în activitatea zilnică, nobilă, desfășurată în

slujba pacientului, în cazul de față ținând cont și de cerințele specifice ale proiectului.

Ținând cont de scopul proiectului și de obiectivele stabilite au fost selectate specificatii tehnice ale unor aparate cu... superioară care pot realiza măsurătorile și analizele necesare la calitate optimă și cu doza de iradiere minimă.

Similitudinea dintre specificațiile cerute și broșurile unor echipamente se regăsește în situațiile când parametrii tehnici ofertați sunt în acord cu necesitățile lor tehnologice.

Autoritatea precizează că documentația de atribuire prevede în mod expres acceptarea soluțiilor echivalente, conform mențiunii generale din introducerea caietului de sarcini, aplicabilă tuturor cerințelor tehnice.

În acest context, revine operatorului economic obligația de a demonstra echivalența soluției propuse, din punct de vedere funcțional și clinic. Autoritatea nu are obligația de a modifica cerințele pentru a corespunde unei anumite soluții tehnice existente pe piață.

Faptul că anumite cerințe tehnice corespund unui nivel tehnologic ridicat sau pot fi îndeplinite, în prezent, de un număr limitat de operatori economici nu echivalează cu restrângerea nelegală a concurenței, atât timp cât:

- cerințele sunt justificate clinic,
- sunt formulate funcțional,
- nu fac trimitere la mărci, brevete sau denumiri comerciale,
- permit ofertarea de soluții echivalente.

Autoritatea contractantă precizează că documentația de atribuire conține în mod expres mențiunea potrivit căreia, în situația în care în cadrul specificațiilor tehnice sunt indicate dimensiuni și/sau greutăți utilizând sintagma „aproximativ”, se permite o abatere de  $\pm 10\%$  față de valorile menționate.

Această prevedere reflectă intenția autorității de a asigura flexibilitate tehnică și deschidere către soluții echivalente, evitând impunerea unor valori rigide care ar putea restrânge în mod nejustificat participarea operatorilor economici.

Specificatiile trebuie analizate ca un ansamblu funcțional și clinic, având ca obiectiv performanța sistemului și siguranța actului medical, nu reproducerea unor parametri constructivi specifici.

În continuare, autoritatea contractantă prezintă în integralitate răspunsul său la criticile aduse de....

Punctul de vedere formulat de autoritatea contractantă se regăsește integral în fișierul "[.] Punct de vedere - Contestatie.pdf.p7s, postat de autoritate în SEAP la..., în cadrul documentelor asociate anunțului de participare.....

În concluzie, având în vedere aspectele evocate mai sus, cât și documentele anexate, autoritatea solicită respingerea contestației, ca neîntemeiată și nefondată.

Prin adresa înregistrată la Consiliu sub..... a formulat note scrise.

Prin adresa....., înregistrată la Consiliu sub...., autoritatea contractantă a formulat precizări.

***Din examinarea materialului probator administrat, aflat la dosarul cauzei, Consiliul reține următoarele:***

... a inițiat procedura de licitație deschisă organizată în vederea atribuirii contractului de furnizare având ca obiect... monoplan - Proiect ..., cod... *Aparate de angiografie* (Rev.2), prin publicarea în SEAP a anunțului de participare...., data limită de depunere a ofertelor fiind stabilită pentru..., ora.... Valoarea estimată a contractului de furnizare este..., fără TVA.

Nemulțumită de unele prevederi ale documentației de atribuire... a înaintat contestația înregistrată la Consiliu cu...., solicitând și suspendarea procedurii.

... a constituit cauțiunea în sumă de..., conform art. 611 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 101/2016, fiind depusă la dosar recipisa de consemnare...., eliberată de..., la data de....

Înainte de a proceda la analiza pe fond a aspectelor sesizate de societățile contestatoare, Consiliul găsește util a reține câteva aspecte din cadrul dosarului achiziției publice.

În cuprinsul fișei de date, la pct. II.... *Descrierea succintă a contractului sau a achizitiei/achizițiilor* s-a menționat faptul că:

... monoplan în cadrul proiectului...-Cardiology -... to Rehabilitation, cod ...,

Sunt relevant de redat și informațiile din caietul de sarcini vizavi de contextul realizării acestei achiziții de produse:

## **2. Contextul realizării acestei achiziții de produse**

Contractul pentru furnizare de... monoplan este necesar pentru implementarea proiectului transfrontalier... implementat în cadrul Programului Interreg..., beneficiar fiind compartimentului de cateterism cardiac din cadrul Institutului de... ..

### **... Informații despre Autoritatea contractantă**

Autoritatea contractantă - ...se află în subordinea Ministerului Sănătății, conform Hotărâre.... 144/... privind organizarea și funcționarea

Ministerului Sănătății, anexa.... Lista cuprinzând unitățile cu personalitate juridică aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătății (poziția....50 din listă). ...are sediul în .....;....., Email:...

... Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Achiziția este necesară pentru realizarea proiectului transfrontalier RO-SRB, ... ca dotare a compartimentului de cateterism cardiac, pentru a îmbunătăți calitatea actului medical în zona transfrontalieră eligibilă. Contextul care a generat achiziția produselor și motivul care a condus la această achiziție - conform proiectului ... - are ca obiectiv prevenția, reabilitarea bolilor...- psihiatrice, în vederea depistării timpurii și a reabilitării adecvate.

... Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă

Achiziționarea angiografului monoplan va face posibilă realizarea proiectului transfrontalier RO-SRB, ... în cadrul Institutului de... .., urmând ca medicii care își desfășoară activitatea în cadrul compartimentului de cateterism cardiac să beneficieze de echipamente medicale noi și performante în vederea îmbunătățirii calității vieții pacienților.

... Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse, dacă este cazul -

**...Cadrul... al sectorului în care Autoritatea/entitatea contractantă își desfășoară activitatea**

**Servicii medicale**

... Factori interesați și rolul acestora, dacă este cazul

Factorii interesați sunt:

Pacienții care se află în zona eligibilă care este deservită de către Institutului de... .. și nu numai, care suferă de probleme cardiace și neurologice, ca metodă de diagnostic și tratament în bolile..., și a celor vasculare periferice, care pot genera complicații neurologice și... de natură psihiatrică, asigurarea accesului egal la servicii medicale de înaltă calitate și consolidarea rezilienței sistemelor de sănătate, prevenția care scade semnificativ mortalitatea și morbiditatea, costurile în sănătate.

Medicii din cadrul institutului de... ..

### **3. Descrierea produselor solicitate**

Achiziționarea angiografului monoplan contribuie la buna desfășurare a proiectului, intensificarea activității de cateterism cardiac ca metodă de diagnostic și tratament în bolile... și a celor vasculare periferice, care pot genera complicații neurologice și... de natură psihiatrică care sunt cele mai frecvente în ultima perioadă de timp.

... Descrierea situației actuale la nivelul Autorității contractante

La nivelul Institutului de... .. în acest moment există două angiografe dar care nu fac față solicitărilor.

... Obiectivul... la care contribuie furnizarea produselor

Obiectivul... este dotarea Institutului de... .. cu aparatură medicală performantă.

... Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Obiectivul specific este dotarea unei săli de intervenții de cateterism cardiac cu aparatură medicală performantă în vederea implementării proiectului transfrontalier....

**În cadrul *Strategiei de contractare.... autoritatea contractantă* a justificat necesitatea și oportunității achiziției astfel:**

#### **.... Justificarea necesității și oportunității achiziției:**

A. Achiziție necesară pentru buna desfășurare a activității din cadrul comunității: Prezenta documentație face referire la achiziție "... monoplan".

Achiziția planificată este necesară pentru: implementarea proiectului ... în vederea dotării compartimentului de cateterism cardiac, pentru a îmbunătăți calitatea actului medical în zona transfrontalieră. Contextul care a generat achiziția echipamentului și motivul care a condus la aceasta achiziție conform proiectului ... este prevenția și reabilitarea bolilor...-psihiatrice în context transfrontalier.

Realizarea investiției este necesară pentru implementarea proiectului ... în vederea dotării compartimentului de cateterism cardiac, pentru a îmbunătăți calitatea actului medical în zona transfrontalieră.

B. Contextul care a generat achiziția echipamentului și motivul care a condus la aceasta achiziție:

Conform proiectului ...este prevenția și reabilitarea bolilor...-psihiatrice în context transfrontalier.

Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, bolile... și neurologice reprezintă principala cauză de mortalitate atât în România, cât și în.... Valorile ridicate ale mortalității asociate bolii coronariene și accidentului vascular cerebral, precum și infrastructura medicală insuficient dezvoltată în zona transfrontalieră, constituie factori majori de risc pentru sănătatea publică.

Echipamentul medical este imperios necesar în vederea realizării activităților proiectului și a atingerii obiectivului proiectului.

Problemele identificate includ:

acces redus la servicii medicale specializate în zonele dezavantajate; lipsa echipamentelor moderne de diagnostic și tratament;

- nivel scăzut de informare privind prevenția bolilor neurologice și cardiologice;

- necesitatea dezvoltării de capacități de reabilitare post-tratament;

În acest context, proiectul propune o intervenție complexă ce cuprinde infrastructură, echipamente, screening preventiv, educație medicală în contextul cooperării transfrontaliere.

C. Beneficii anticipate a fi obținute:

Se va achiziționa... monoplan, în vederea dotării compartimentului de cateterism cardiac al Institutului de... ..

Ca o chestiune prealabilă, dată fiind natura litigiului, actul atacat și solicitările adresate Consiliului, soluționarea contestației se va raporta la următoarele dispoziții legale privind achizițiile publice:

➤ *din Legea nr. 98/2016:*

- art. 3 alin. (1) lit. rr) - specificațiile tehnice reprezintă cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității autorității contractante;

- art. 154 - Autoritatea contractantă are obligația de a elabora documentația de atribuire care conține toate informațiile necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă și precisă cu privire la cerințele achiziției, obiectul contractului și modul de desfășurare a procedurii de atribuire;

- art. 155 alin. (6) - Specificațiile tehnice trebuie să permită tuturor operatorilor economici accesul egal la procedura de atribuire și nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate față de asigurarea unei concurențe efective între operatorii economici;

- 156 alin. (2) - cu excepția cazului în care acest lucru este justificat de obiectul contractului, specificațiile tehnice nu precizează un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu care caracterizează produsele sau serviciile furnizate de un anumit operator economic și nici nu se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau produse.

➤ *din H.G. nr. 395/2016:*

- art. 20 alin. (10) - Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice care reprezintă cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, astfel încât să corespundă necesității autorității contractante”.

Astfel, raportat la prevederile legale anterior menționate, Consiliul constată că documentația de atribuire trebuie să conțină toate informațiile necesare operatorilor economici interesați de participarea la procedura de atribuire cu privire la cerințele achiziției și modul de desfășurare a acesteia, iar prevederile documentației de atribuire nu trebuie să restricționeze, în mod nejustificat, participarea operatorilor economici interesați la procedura de atribuire.

Prin urmare, necesitatea sau oportunitatea achiziționării de produse de o anumită performanță, precum și caracteristicile tehnice impuse pentru acestea, sunt stabilite de fiecare autoritate contractantă în parte, în funcție de necesitățile obiective și prioritățile comunicate de compartimentele din cadrul său [art. 2 alin. (3) lit. b) și art. 12 alin. (3) lit. a) din H.G. nr. 395/2016] însă îi revine acesteia obligația de a justifica atât oportunitatea inițierii procedurii de atribuire cât și stabilirea specificațiilor tehnice, drepturile autorităților contractante la care s-a făcut referire mai sus trebuie exercitate cu bună credință, iar nu cu scopul de a limita sau restricționa accesul la procedură, de natură a restrânge concurența între agenții economici, întrucât s-ar aduce atingere principiilor care stau la baza atribuirii contractului de... publică - nediscriminarea și tratamentul egal.

Pe de altă parte, Consiliul are în vedere că prevederile legale aplicabile în materia achizițiilor publice nu obligă autoritatea contractantă

să accepte produse care nu corespund necesităților sale, astfel că acesta nu poate fi sancționată pentru refuzul de a nu aduce modificări cerințelor tehnice ori altor prevederi ale documentației, atâta timp cât acestea îi satisfac interesele, achizițarea fiind singura în măsură să-și stabilească propriile necesități, orice... care nu ar conduce la satisfacerea în mod deplin a nevoilor sale reprezentând o folosire ineficientă a fondurilor.

Așadar, modificarea sau cenzurarea caracteristicilor tehnice solicitate poate face obiectul contestării de către operatorii economici interesați în situația încălcării de către autoritate a ipotezelor date de cele două temeuri de drept citate mai sus (art. 155 alin. (6) și art 156 alin. (2) din Legea nr. 98/2016).

În altă ordine de idei, nu există o prevedere legală care să oblige autoritatea să accepte produse care nu corespund necesităților sale, iar Consiliul nu poate sancționa autoritatea contractantă pentru exercitarea dreptului său de a nu aduce modificări cerințelor tehnice ori altor prevederi ale documentației, atâta timp cât acestea îi satisfac interesele. Autoritatea contractantă este singura în măsură să-și stabilească propriile necesități, orice... care nu ar conduce la satisfacerea în mod deplin a nevoilor sale reprezentând o folosire ineficientă a fondurilor.

..., Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, în decizia.... din 12 decembrie..., a reținut că necesitatea sau oportunitatea unei anumite achiziții este stabilită de fiecare autoritate contractantă, în funcție de necesitățile obiective și particularitățile comunicate de compartimentele din cadrul său. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice care reprezintă cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, astfel încât să corespundă necesității autorității.

... Iulia în Decizia nr. 511/2022, în dosarul.... a statuat următoarele:

Or, absența unei astfel de obligații este corectă, întrucât **autoritatea contractantă trebuie să evalueze fiecare procedură de achiziție publică, în parte, și să aleagă modalitatea de organizare a procedurii aplicabile și de întocmire a documentației de atribuire, care să asigure cel mai bine atingerea scopului urmărit prin încheierea contractului și o utilizare cât mai eficientă a fondurilor publice.**

Fragmentarea obiectului contractului, în vederea asigurării accesului sporit al ofertanților la procedură și liberă competiție dintre aceștia, nu poate constitui singurul deziderat al procedurii de achiziție publică, autoritatea contractantă fiind aceea care stabilește, în funcție de condițiile concrete, toate detaliile procedurii de atribuire, în scopul realizării unei cât mai eficiente utilizări a fondurilor publice și a satisfacerii intereselor sale.

**Așa fiind, în lipsa unor dispoziții legale exprese și imperative, revine autorității contractante rolul de a asigura un echilibru între interesele sale (în condițiile în care regula este aceea a priorității interesului publice, în dauna celui privat, al operatorilor economici) modalitatea de atingere a acestora - ceea ce presupune stabilirea obiectului contractului, a documentației și a întregii proceduri de atribuire precum și respectarea legislației în materia achizițiilor publice.**

și... în cuprinsul Hotărârii.... a reținut următoarele considerente:

**"Cum autoritatea contractantă își cunoaște cel mai bine nevoile iar principiul libertății contractuale implică cerința ca acestea să nu îi fie impusă încheierea unui contract în alte condiții sau cu privire la alte produse decât are nevoie, Curtea constată că nu se impune modificarea documentației de atribuire în sensul de a solicita ca produsul achiziționat să poată îndeplini și funcția de curățare, atât timp cât autoritatea contractantă își dorește un astfel de produs.**

(...)

Sub acest aspect, așa cum s-a arătat anterior, Curtea are în vedere faptul că autoritatea contractantă își cunoaște cel mai bine nevoile, neputând fi obligată să solicite un produs care nu îi satisface nevoile pentru care dorește să îl folosească".

Așa cum a fost anterior reținut, din economia celor redată rezultă că regula o reprezintă situația în care necesitatea sau oportunitatea achiziționării la un anumit nivel de performanță, precum și caracteristicile tehnice impuse, sunt stabilite de fiecare autoritate contractantă în parte.

Singura limitare a acestui drept al autorității contractante este determinată de introducerea unor obstacole nejustificate față de asigurarea unei concurențe efective între operatorii economici, în sfera unei astfel de posibilități aflându-se și situația impunerii de către autoritate a unor specificații și condiții care nu au legătură cu nevoia sa de....

În consecință, pentru a cenzura caracteristicile tehnice stabilite de autoritatea contractantă, așa cum solicită petentele în prezenta cauza, este necesară stabilirea existenței, prin ele, a unor condiții restrictive, nejustificate și nelegale ce pot împiedica o concurență efectivă între operatorii economici, precum și a existenței unor specificații care nu contribuie la descrierea, în mod obiectiv, a produselor astfel încât să corespundă necesității achiziției.

Prin urmare..., în susținerea demersului său la Consiliu, are obligația de a proba caracterul restrictiv al cerințelor criticate, prin prezentarea unor mijloace de probă pertinente și concludente, fiind pe deplin aplicabile în acest caz prevederile art. 249 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora „cel care face o susținere în cursul procesului trebuie să o dovedească, în afară de cazurile anume prevăzute de lege”.

Acestei obligații a contestatoarei, de a face proba afirmațiilor sale, îi corespunde obligația autorității contractante de a proba și justifica oportunitatea conținutului documentației de atribuire, astfel că în verificările sale Consiliul va avea în vedere și art. 154 din Legea nr. 98/2016, potrivit căruia „Autoritatea contractantă are obligația de a elabora documentația de atribuire care conține toate informațiile necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă și precisă cu privire la cerințele achiziției, obiectul contractului și modul de desfășurare a procedurii de atribuire”, întrucât documentația de atribuire trebuie să conțină toate informațiile necesare operatorilor economici interesați de participarea la procedura de atribuire cu privire la cerințele achiziției și modul de desfășurare a acesteia.

Nu în ultimul rând, trebuie subliniat că drepturile autorităților contractante la care s-a făcut referire mai sus trebuie exercitate cu bună

credință, iar nu cu scopul de a limita sau restricționa accesul la procedură, de natură a restrânge concurența între agenții economici, întrucât s-ar aduce atingere principiilor care stau la baza atribuirii contractului de... publică - nediscriminarea și tratamentul egal.

În consecință, în evaluarea temeiniciei cererilor adresate Consiliului, acesta va avea în vedere faptul că solicitările trebuie justificate și probate obiectiv, cu dovada fermă a *caracterului restrictiv*, simpla pretindere a necesității modificării lor și simpla afirmație că restricționează concurența nefiind suficiente pentru a determina nelegalitatea actului atacat. În egală măsură, în stabilirea legalității actului atacat al autorității contractante va fi avută în vedere și proba pe care achiziția o realizează cu privire la legătura obiectivă de cauzalitate și dependența dintre specificația criticată și nevoia sa de....

Analizând criticile formulate de autoarea contestației... se are în vedere că acestea vizează caracterul restrictiv și discriminatoriu al unor cerințelor tehnice impuse prin caietul de sarcini, apreciind că autoritate contractantă a impus o serie de cerințe tehnice restrictive, nejustificate și nelegale prin caietul de sarcini elaborat, care nu sunt necesare în raport de obiectul și specificul procedurii de achiziție publică, în scopul favorizării unui anumit producător al unor echipamente medicale, respectiv societatea..., precum și a eventualilor distribuitori ai acestui producător, după cum vom arăta pe larg în cele ce urmează.

Astfel... susține că deși la nivel formal, cerințele sunt prezentate în caietul de sarcini ca fiind „minime” și „obligatorii”, *modul lor de formulare* relevă faptul că acestea nu descriu performanțe generale sau rezultate clinice acceptate la scară largă, ci preiau în mod direct, repetat și literal tehnologii proprietare, denumiri funcționale și concepte tehnice specifice și exclusive producătorului....

Totodată... a adăugat că deși o serie dintre specificațiile menționate supra sunt îndeplinite individual și de echipamentele oferite de către alți producători, niciun alt echipament nu îndeplinește cumulativ toate specificațiile tehnice stabilite prin Caietul de sarcini.

Se vor reține și susținerile achiziției aduse în replică la cele reclamate, respectiv:

Astfel, având în vedere obiectivele și cerințele proiectului "...".

**Deci caietul de sarcini trebuie să conțină specificații tehnice care să conducă la achiziția unui... monoplan performant, care să încorporeze cele mai noi tehnologii în domeniu și care să răspundă și la utilizările specifice dictate de atingerea obiectivelor proiectului.**

Pe de altă parte trebuie avut în vedere faptul că medicii specialiști care utilizează angiograful monoplan sunt doar utilizatorii unor aparate de... complexă. Ei nu inventează de regulă..., ci o folosesc pentru a trata și vindeca pacienți. Datele tehnice necesare realizării caietelor de sarcini sunt preluate consultând literatura de specialitate, care constă în tratate, manuale, studii și broșuri ale unor echipamente. Abilitatea lor în acest domeniu constă în a aprecia obiectiv ce echipamente oferă o... superioară și le sunt mai utile în activitatea zilnică, nobilă, desfășurată în slujba pacientului, în cazul de față ținând cont și de cerințele specifice ale proiectului.

Ținând cont de scopul proiectului și de obiectivele stabilite au fost selectate specificații tehnice ale unor aparate cu... superioară care pot realiza măsurătorile și analizele necesare la calitate optimă și cu doza de iradiere minimă.

Similitudinea dintre specificațiile cerute și broșurile unor echipamente se regăsește în situațiile când parametrii tehnici ofertați sunt în acord cu necesitățile lor tehnologice.

**Autoritatea precizează că documentația de atribuire prevede în mod expres acceptarea soluțiilor echivalente, conform mențiunii generale din introducerea caietului de sarcini, aplicabilă tuturor cerințelor tehnice.**

În acest context, revine operatorului economic obligația de a demonstra echivalența soluției propuse, din punct de vedere funcțional și clinic. Autoritatea nu are obligația de a modifica cerințele pentru a corespunde unei anumite soluții tehnice existente pe piață.

Faptul că anumite cerințe tehnice corespund unui nivel tehnologic ridicat sau pot fi îndeplinite, în prezent, de un număr limitat de operatori economici nu echivalează cu restrângerea nelegală a concurenței, atât timp cât:

- cerințele sunt justificate clinic,
- sunt formulate funcțional,
- nu fac trimitere la mărci, brevete sau denumiri comerciale,
- permit ofertarea de soluții echivalente.

**Autoritatea contractantă precizează că documentația de atribuire conține în mod expres mențiunea potrivit căreia, în situația în care în cadrul specificațiilor tehnice sunt indicate dimensiuni și/sau greutăți utilizând sintagma „aproximativ”, se permite o abatere de  $\pm 10\%$  față de valorile menționate.**

Această prevedere reflectă intenția autorității de a asigura flexibilitate tehnică și deschidere către soluții echivalente, evitând impunerea unor valori rigide care ar putea restrânge în mod nejustificat participarea operatorilor economici.

Specificațiile trebuie analizate ca un ansamblu funcțional și clinic, având ca obiectiv performanța sistemului și siguranța actului medical, nu reproducerea unor parametri constructivi specifici.

Se are în vedere și faptul că autoarea contestației a formulat solicitarea de clarificări depusă de..., înregistrată la achiziția sub..., fiind relevant de redat conținutul acesteia în integralitate:

|   |    |                                                                                                                                  |                                                                                                          |                |
|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|   | 12 | Sistemul trebuie să...                                                                                                           | ... specifică unui singur producător, ce                                                                 |                |
| E |    |                                                                                                                                  | setup mai compact și ergonomie, ceea ce este                                                             | Acceptarea u   |
| n |    |                                                                                                                                  | esențial în sălile de angiografie unde spațiul                                                           | 24 de luni     |
| a |    |                                                                                                                                  | este limitat și accesul personalului trebuie să                                                          | publice de     |
|   | 16 | Dispozitiv de stocare DVD sau card SD pentru arhivare                                                                            | Dispozitiv de stocare DVD sau card... stick USB pentru arhivare                                          | premisele ac   |
| C |    |                                                                                                                                  | Cerința privind stocarea pe DVD sau card SD                                                              | „noi” formal,  |
| d |    |                                                                                                                                  | trebuie flexibilizată pentru a permite utilizarea                                                        | tehnologic     |
| c |    |                                                                                                                                  | stick-ului USB..., din perspectivă clinică și                                                            | ... specific   |
| p |    |                                                                                                                                  | operațională, majoritatea unităților medicale                                                            | restricționear |
|   |    |                                                                                                                                  | nu mai folosesc DVD-uri sau cârduri SD                                                                   | real           |
|   |    |                                                                                                                                  | pentru arhivarea imaginilor și datelor                                                                   |                |
|   |    |                                                                                                                                  | angiografice din cauza limitărilor de                                                                    |                |
|   |    |                                                                                                                                  | capacitate, fiabilitate și viteză de transfer.                                                           |                |
|   |    |                                                                                                                                  | Utilizarea unui stick USB asigură stocare                                                                |                |
|   |    |                                                                                                                                  | rapidă, sigură și portabilă, facilitează                                                                 |                |
|   |    |                                                                                                                                  | arhivarea și transmiterea datelor între                                                                  |                |
|   |    |                                                                                                                                  | sisteme, reduce riscul pierderii informațiilor                                                           |                |
|   |    |                                                                                                                                  | critice și respectă practicile actuale de                                                                |                |
|   |    |                                                                                                                                  | management al datelor medicale, fără a                                                                   |                |
|   |    |                                                                                                                                  | compromite calitatea sau integritatea datelor.                                                           |                |
|   | 17 | Transferul de semnale și date între sistemul angiografie cu minim date despre pacienți, date demografice, doză totală la pacient | Transferul de semnale și date între sistemul angiografie cu minim date despre pacienți, date demografice | Masa pacien    |
|   |    |                                                                                                                                  | Solicităm aceasta întrucât doza totală pacient,                                                          | proceduri pe   |
|   |    |                                                                                                                                  | precum și multe alte detalii referitoare la doză                                                         | anatomice. A   |
|   |    |                                                                                                                                  | sunt generate automat într-un raport                                                                     | dorim să îl c  |
|   |    |                                                                                                                                  | complex, în folderul cu imaginile pacientului.                                                           | caietul de sa  |
|   |    |                                                                                                                                  | Acest raport este transmis automat prin                                                                  | longitudinală  |
|   |    |                                                                                                                                  | conexiune DICOM la orice destinație se                                                                   | mult, sistem   |
|   |    |                                                                                                                                  | dorește (stație postprocesare, calculatorul                                                              | bazează geo    |
|   |    |                                                                                                                                  | medicului, etc.)                                                                                         | C-masă, pe     |
|   |    |                                                                                                                                  |                                                                                                          | confortabilă   |
|   |    |                                                                                                                                  | Subscrisa am considerat că doza totală a                                                                 | mesei          |
|   |    |                                                                                                                                  | pacientului nu este de interes pentru a fi                                                               | Intervalul p   |
|   |    |                                                                                                                                  | transferată sistemului hemodinamic, care                                                                 | poziționarea   |
|   |    |                                                                                                                                  | cuprinde alt tip de informații privind                                                                   | standard de    |
|   |    |                                                                                                                                  | monitorizarea pacientului.                                                                               | semnificativ   |
|   |    |                                                                                                                                  |                                                                                                          | pentru că m    |
|   |    |                                                                                                                                  |                                                                                                          | centrale și n  |
|   | 18 | FFR cu adevărat integrat (măsurare directă inclusă în amplificatorul modular al sistemului)                                      | FFR integrat (măsurare directă inclusă în amplificatorul modular al sistemului)                          | Cerința restr  |
|   |    |                                                                                                                                  | Cerința ca FFR să fie „cu adevărat integrat” în                                                          | geometria și   |
|   |    |                                                                                                                                  | amplificatorul modular al sistemului este                                                                | fluoroscopică  |
|   |    |                                                                                                                                  | restrictivă și formulată ambiguu... limitează                                                            | Prin ecran t   |
|   |    |                                                                                                                                  | nejustificat selecția ofertanților la un singur                                                          | multiple f     |
|   |    |                                                                                                                                  | producător sau o singură arhitectură tehnică.                                                            | ecranului/tab  |
|   |    |                                                                                                                                  | Din perspectivă clinică, soluțiile echivalente                                                           | butoane în a   |
|   |    |                                                                                                                                  | care permit măsurarea FFR în timp real, direct                                                           | tactil”.       |
|   |    |                                                                                                                                  | din sistemul angiografie, asigurând aceleași                                                             | Atâta timp     |
|   |    |                                                                                                                                  | performanțe și siguranță pentru pacient, sunt                                                            | poate fi fo    |
|   |    |                                                                                                                                  | la fel de valide, iar acceptarea acestor                                                                 | împreună cu    |
|   |    |                                                                                                                                  | alternative respectă scopul achiziției -                                                                 | apreciem că    |
|   |    |                                                                                                                                  | evaluarea și tratamentul bolilor... - fără a                                                             | vedem neces    |
|   |    |                                                                                                                                  | impune restricții tehnice arbitrare. Prin                                                                |                |
|   |    |                                                                                                                                  | urmare, cerința trebuie fie eliminată, fie                                                               | ... punctul    |
|   |    |                                                                                                                                  | înlocuită cu formularea „FFR integrat sau                                                                | aplicată de    |
|   |    |                                                                                                                                  | soluție echivalentă funcțional”, astfel încât să                                                         | fel ca toți p  |
|   |    |                                                                                                                                  | fie compatibilă cu practicile curente și să nu                                                           | Apreciam c     |
|   |    |                                                                                                                                  | limiteze concurența.                                                                                     | menține su     |
|   |    |                                                                                                                                  |                                                                                                          | imaginii în    |
|   |    |                                                                                                                                  |                                                                                                          | Al treilea p   |
|   |    |                                                                                                                                  |                                                                                                          | medie, nu v    |
|   |    |                                                                                                                                  |                                                                                                          | pentru a fi    |
|   |    |                                                                                                                                  |                                                                                                          | niciodată d    |
|   |    |                                                                                                                                  |                                                                                                          | celorlalte e   |
|   |    |                                                                                                                                  |                                                                                                          | proceduri v    |
|   |    |                                                                                                                                  |                                                                                                          | punctul foc    |
|   |    |                                                                                                                                  |                                                                                                          | În..., proie   |
|   |    |                                                                                                                                  |                                                                                                          | generatoru     |
|   |    |                                                                                                                                  |                                                                                                          | producător     |

Se are în vedere faptul că autoritatea contractantă a dat eficiență dispozițiilor art. 9 alin. (3) din Legea nr. 101/2016: "Art. 9. - (1) După primirea contestației, autoritatea contractantă poate adopta măsurile de remediere pe care le consideră necesare ca urmare a contestației, în cel mult 3 zile de la primirea contestației. Măsurile adoptate trebuie comunicate contestatorului, celorlalți operatori economici implicați în procedura de atribuire, precum și Consiliului, nu mai târziu de o zi de la data adoptării lor. Pentru a fi aduse la cunoștința operatorilor economici interesați, măsurile adoptate înainte de data-limită de depunere a solicitărilor de participare sau, după caz, a ofertelor se publică în SEAP" și a adoptat măsuri de remediere, pentru o parte dintre specificații tehnice reclamate, a achiesat la o parte din solicitările de modificare/.../reformulare ale acestor specificații, în direcția solicitată de autoarea contestației (măsurile de remediere au fost publicate în SEAP) astfel cum este precizat în cadrul Punctului de vedere...., publicat în SEAP la....:

Data publicare:....: 07

Document: [CN1.../00014] Punct de vedere - Contestatie.pdf.p7s

#### **Solicitare**

**1. Echipamentul medical oferat trebuie să fie nou, nefolosit, cu an de fabricație cel mult cu 24 luni anterior datei limită de depunere a ofertelor**

...

Autoritatea contractantă acceptă modificarea cerinței, astfel se va accepta data de fabricație să fie cu cel mult 6 luni anterior datei limită de depunere a ofertelor.

#### **Solicitare**

**2. Conturarea corpului pacientului cu suprafața detectorului (utilizând tehnologia senzorului capacitiv, minimizând automat distanța dintre corpul pacientului și detectorul pentru reducerea dozei)**

...

Cerința privind conturarea corpului pacientului cu suprafața detectorului are ca obiectiv clinic principal minimizarea automată și continuă a distanței dintre pacient și detector, cu impact direct asupra reducerii dozei de iradiere, optimizării calității imaginii și siguranței pacientului pe durata procedurilor intervenționale.

Această funcționalitate este esențială în contextul mișcărilor dinamice ale brațului C, fiind necesară ajustarea poziției detectorului în timp real, fără intervenție manuală, pentru menținerea geometriei optime de achiziție și prevenirea riscurilor de coliziune.

Menționarea tehnologiei senzorului capacitiv are rol orientativ în descrierea modului de realizare a funcționalității solicitate, fără a exclude ofertarea altor soluții tehnice echivalente, cu condiția demonstrării capacității acestora de a asigura conturarea automată a pacientului și ajustarea dinamică, continuă și în timp real a distanței pacient-detector, cu efect clinic similar.

Simpla existență a unor tehnologii alternative de măsurare sau modelare nu este suficientă în lipsa demonstrării îndeplinirii integrale a funcționalității solicitate.

**De asemenea menționăm că în documentație a fost prevăzut explicit faptul că se acceptă orice soluție echivalentă.**

**În consecință, cerința este justificată din punct de vedere clinic și tehnic și nu se impune modificarea acesteia.**

#### **Solicitare**

**3. Deplasare longitudinală a blatului mesei de 170 cm**

...

... longitudinală a blatului mesei (deplasare longitudinală a blatului mesei de 170 cm) este esențială pentru asigurarea unei acoperiri imagistice extinse, fără repositionări suplimentare ale pacientului și fără dependență exclusivă de mișcările brațului C.

În practica clinică a procedurilor... complexe, inclusiv structurale și periferice, această caracteristică contribuie la siguranța pacientului, stabilitatea poziționării și continuitatea actului medical.

Menționăm faptul că ... produce aparatul... care în documentația specifică prezintă o deplasare longitudinală a mesei de 172 cm, conform broșurii anexate, pag.4.

## **Solicitare**

### **4. Raza de mișcare verticală motorizată minim... cm**

...

Cerința privind raza de mișcare verticală motorizată a mesei pacientului a fost stabilită pentru a asigura adaptabilitatea completă a sistemului angiografic la diverse tipologii de pacienți, poziții procedurale și scenarii clinice, precum și compatibilitatea ergonomică cu echipamentele auxiliare utilizate în timpul intervențiilor (dispozitive de anestezie, sisteme de monitorizare, accesorii sterile).

Intervalul solicitat permite poziționarea optimă atât pentru proceduri standard, cât și pentru proceduri complexe sau pacienți cu conformații speciale, contribuind la siguranța pacientului, confortul personalului medical și menținerea geometriei corecte de achiziție imagistică.

Deși anumite proceduri pot fi realizate și în intervale mai restrânse, limitarea cursei verticale poate genera constrângeri operaționale în situații clinice specifice, pe care autoritatea contractantă urmărește să le evite prin stabilirea unui interval complet funcțional.

În acest context, cerința este proporțională cu obiectul achiziției, justificată clinic și nu restrânge în mod nejustificat competiția, fiind permisă ofertarea de soluții echivalente care îndeplinesc integral această funcționalitate.

Mai mult, menționăm faptul că diferența între valorile cerute de ... și cele cerute în caietul de sarcini se încadrează în marja de +/- 10% acceptată, așa cum este menționat în documentație.

## **Solicitare**

### **5. Acoperire imagistică de minimum... cm prin... mesei (panning), fără pivotarea acesteia**

...

Cerința privind acoperirea imagistică de minimum... cm realizată prin... longitudinală a mesei (panning), fără pivotarea acesteia, a fost stabilită în scopul asigurării unui flux procedural sigur și predictibil, în special în cadrul procedurilor... complexe și al explorărilor pe segmente anatomice extinse.

Din punct de vedere clinic, realizarea acoperirii prin panning fără pivotare asigură:

- menținerea unei poziționări stabile și reproductibile a pacientului pe durata achizițiilor,
- continuitatea câmpului vizual și a geometriei de achiziție, cu impact asupra calității imaginii și a ghidajului intervențional,
- reducerea riscului de re poziționări suplimentare și a manevrelor care pot afecta confortul și siguranța pacientului, precum și siguranța personalului în câmp radiologic.

Pivotarea mesei poate duce inclusiv la lovirea acesteia de echipamentul medical plasat în apropierea mesei angiografului (aparat de ventilație, stativ cu perfuzii).

În plus, această cerință este corelată cu necesitatea efectuării unor achiziții consecutive pe lungimi anatomice mari, fără întreruperi sau schimbări mecanice care pot influența stabilitatea poziționării și reproductibilitatea înregistrărilor.

Autoritatea contractantă precizează că specificația urmărește un rezultat funcțional și clinic justificat și este proporțională cu obiectul achiziției. În consecință, nu se impune modificarea acesteia, iar ofertarea unor soluții echivalente este permisă numai în măsura în care acestea demonstrează îndeplinirea integrală a cerinței de acoperire imagistică în condițiile solicitate. Stabilirea modului de realizare a acoperirii (panning fără pivotare) reflectă o necesitate operațională a unității sanitare și nu o preferință de producător.

## **Solicitare**

### **6. Ecran tactil multifuncțional la masă cu butoane personalizabile**

...

Cerința privind existența unui ecran tactil multifuncțional la masă, dotat cu butoane personalizabile, a fost stabilită pentru a asigura acces rapid, intuitiv și sigur la funcțiile esențiale ale sistemului angiografic pe durata procedurilor intervenționale.

Din punct de vedere clinic și operațional, butoanele personalizabile permit configurarea comenzilor critice în funcție de tipul procedurii și preferințele operatorului, reducând timpul de reacție, necesitatea navigării prin meniuri multiple și riscul de erori în situații care necesită ajustări rapide ale parametrilor de achiziție sau poziționare.

Această funcționalitate are un impact direct asupra fluxului de lucru, continuității actului medical și siguranței pacientului, în special în condiții de sterilitate, când manipularea rapidă și precisă a comenzilor este esențială.

Considerăm că simpla existență a unui ecran tactil, fără posibilitatea configurării rapide a comenzilor prin butoane personalizabile, nu oferă același nivel de eficiență operațională și control clinic.

În consecință, cerința este justificată din punct de vedere tehnic și clinic, este proporțională cu obiectul achiziției și nu se impune modificarea acesteia.

#### **Solicitare**

#### **7. Număr de puncte focale minim 3**

...

Autoritatea contractantă acceptă modificarea cerinței, în sensul acceptării a minim 2 puncte focale.

#### **Solicitare**

#### **8. Zona activă a detectorului trebuie să fie de minim 30 x 30 cm, dar nu mai mare de 34 cm x 34 cm**

...

Autoritatea contractantă acceptă modificarea cerinței, în sensul acceptării ca zona activă a detectorului să fie de minim 30 x 30 cm, dar nu mai mare de 40 cm x 40 cm.

#### **Solicitare**

#### **9. Luminozitate minima 700 cd/m<sup>2</sup> pentru monitoarele din camera... comanda (imagine live și referință)**

...

Din punct de vedere tehnic, nivelurile superioare de luminozitate contribuie la menținerea contrastului efectiv al imaginii, reducerea oboselii vizuale a operatorilor și creșterea acurateții interpretării în timp real, aspecte esențiale în proceduri intervenționale de durată și cu grad ridicat de complexitate. Precizăm că valorile minime invocate de contestator corespund unor standarde generale de afișare, însă nu reflectă cerințele specifice ale utilizării imagistice în timp real în cardiologia intervențională, unde sunt necesare performanțe superioare pentru siguranța actului medical. Astfel, considerăm o valoare de... cd/m<sup>2</sup> ca și minimul acceptabil. În acest sens cerința se modifică după cum urmează:

Luminozitate minima... cd/m<sup>2</sup> pentru monitoarele din camera... comandă (imagine live și referință)

#### **Solicitare**

#### **10. Sistemul să ofere fluoroscopie pulsată cu cel puțin 4 niveluri de rată a cadrelor variabile, de la... fps până la 30 fps, și expunere controlată automat în timp real pe baza parametrilor imagistici (sistemul trebuie să dispună de un algoritm avansat care ajustează automat, în timp real, toți cei 6 parametri relevanți pentru expunere și calitatea imaginii: kV, mA, ms, filtrare spectrală, punct focal, doză la detector/CNR - în funcție de zona anatomică și complexitatea imaginii, fără intervenție manuală). Filtrarea spectrală trebuie să includă utilizarea automată a unui filtru de cupru de minimum... mm Cu, adaptat dinamic de sistem în funcție de parametrii achiziției și de anatomie, fără intervenție manuală.**

...

Cerința privind fluoroscopia pulsată cu mai multe niveluri de rată a cadrelor și existența unui sistem automat avansat de control al expunerii în timp real a fost stabilită cu obiectivul clinic principal de a asigura reducerea continuă a dozei de iradiere, concomitent cu menținerea unei calități imagistice constante și adecvate pe întreaga durată a procedurilor intervenționale.

Din punct de vedere medical, adaptarea dinamică a parametrilor de expunere în funcție de anatomia pacientului și complexitatea imaginii este esențială pentru evitarea supraexpunerii inutile și pentru asigurarea vizibilității optime a structurilor de interes în diferite faze ale procedurii.

Cerința privind existența mai multor niveluri de rată a cadrelor permite ajustarea precisă a fluoroscopiei în funcție de necesitățile clinice specifice fiecărei etape procedurale, contribuind suplimentar la optimizarea dozei.

În ceea ce privește filtrarea spectrală automată, inclusiv utilizarea filtrului de cupru adaptat dinamic, aceasta reprezintă o soluție consacrată pentru reducerea componentei de radiație inutilă energetic și pentru îmbunătățirea eficienței imagistice la doze scăzute.

Subliniem că aceste specificații definesc un nivel de performanță funcțional și clinic urmărit, și nu o implementare tehnologică dedicată unui anumit producător. Documentația de atribuire permite ofertarea de soluții echivalente, cu condiția demonstrării capacității acestora de a realiza controlul automat și continuu al expunerii, cu impact clinic similar în ceea ce privește reducerea dozei și calitatea imaginii.

Simpla existență a unor abordări tehnice diferite nu este suficientă în lipsa demonstrării echivalenței funcționale și clinice.

În consecință, cerința este proporțională cu obiectul achiziției, justificată tehnic și medical și nu se impune eliminarea sau modificarea acesteia.

De asemenea menționăm că în documentație a fost prevăzut explicit faptul că se acceptă orice soluție echivalentă.

#### **Solicitare**

### **11. Software de îmbunătățire a stentului 2D cu și fără scădere a firului de ghidare (guidewire)**

...

Cerința privind existența unui software de îmbunătățire a vizualizării stentului în două dimensiuni, inclusiv cu posibilitatea de scădere automată a firului de ghidare, a fost stabilită pentru a asigura evaluarea precisă și în timp real a poziționării, expansiunii și integrității stentului pe durata procedurilor intervenționale.

Din punct de vedere clinic, prezența firului de ghidare poate genera artefacte vizuale sau poate masca parțial contururile stentului, influențând aprecierea corectă a poziției și gradului de expansiune. Funcția de scădere a guidewire-ului permite evidențierea structurilor metalice ale stentului fără interferențe, contribuind la creșterea acurateței deciziei clinice și la reducerea riscului de poziționare suboptimă.

Această funcționalitate are impact direct asupra siguranței pacientului și a succesului procedurii, în special în intervențiile complexe, unde precizia vizualizării este esențială.

Subliniem că cerința urmărește un rezultat clinic clar - optimizarea vizualizării stentului - și nu descrierea unei soluții software dedicate unui anumit producător, fiind permisă ofertarea de soluții echivalente care demonstrează capacitatea de a asigura același nivel de claritate imagistică, inclusiv în prezența firului de ghidare prin funcția de scădere a guidewire-ului.

Simpla existență a unor soluții de postprocesare care îmbunătățesc imaginea fără gestionarea interferenței guidewire-ului nu este suficientă în lipsa demonstrării echivalenței funcționale complete.

În consecință, cerința este proporțională cu obiectul achiziției, justificată clinic și tehnic și nu se impune modificarea acesteia.

#### **Solicitare**

### **12. Sistemul trebuie să permită evaluarea tridimensională a implanturilor coronariene (stenturi), utilizând exclusiv raze X, fără dispozitive suplimentare (fără OCT sau IVUS)**

...

Din punct de vedere clinic, această funcționalitate oferă un instrument rapid de verificare intraprocedurală, cu impact asupra siguranței pacientului, duratei procedurii și reducerii riscurilor asociate utilizării echipamentelor adiționale.

Nu contestăm utilitatea alternativelor precum IVUS sau OCT, însă acestea nu fac obiectul prezentei achiziții și implică costuri suplimentare, consumabile și timpi procedurali mai mari.

Cerința urmărește un rezultat clinic funcțional clar și nu descrie o... dedicată unui anumit producător, fiind permisă ofertarea de soluții echivalente care realizează evaluarea tridimensională prin raze X fără dispozitive adiționale.

#### **Solicitare**

### **13. Interfața tactilă sterilizabilă, utilizată pentru controlul funcțiilor sistemului de ghidaj intravascular și al parametrilor angiografului direct din câmpul operator, fără a fi necesară accesarea consolei principale. Să existe compatibilitate completă cu sistemul angiografic și cu platforma de ghidaj utilizată și... datelor în timp real.**

...

Cerința privind interfața tactilă sterilizabilă are ca obiectiv permiterea controlului direct din câmpul operator al funcțiilor esențiale ale sistemului angiografic și ale platformelor de ghidaj utilizate, cu... datelor în timp real.

Această funcționalitate contribuie la reducerea timpilor procedurali, menținerea sterilității și creșterea siguranței actului medical, eliminând necesitatea deplasării repetate la consola principală.

Mențiunea compatibilității cu sistemele de ghidaj intravascular vizează... fluxului de date și nu condiționează participarea de existența unor echipamente care nu fac obiectul achiziției.

#### **Solicitare**

**14. Ecograf portabil, wireless, de dimensiuni reduse pentru examinări ecografice rapide - compatibil cu sistemul angiografic, conectare la tabletă**

...

Autoritatea contractantă acceptă modificarea cerinței, în sensul înlăturării cerinței de compatibilitate cu angiograful.

#### **Solicitare**

**15. Două monitoare în camera... control minim 20" și afișarea imaginii în sala de examinare pe monitor cu afișaj mare.**

...

Din punct de vedere clinic și operațional, configurarea cu mai multe monitoare sau a unui singur monitor de dimensiune mai mare permite afișarea în paralel a curbelor hemodinamice (ECG, presiuni invazive, parametri de oxigenare), a valorilor numerice în timp real și a trendurilor, fără comutări succesive care pot întârzia reacția operatorului sau pot afecta siguranța pacientului.

Iar afișarea pe monitor de dimensiuni mari în sala de examinare facilitează vizualizarea clară a parametrilor vitali de către întreaga echipă medicală, contribuind la coordonarea eficientă a actului medical și la intervenția rapidă în situații critice.

Cerința urmărește un rezultat funcțional și clinic justificat, este proporțională cu obiectul achiziției și nu descrie o soluție tehnică specifică unui anumit producător, fiind permisă ofertarea de soluții echivalente care asigură monitorizarea completă a datelor hemodinamice în timp real.

Autoritatea contractantă acceptă modificarea cerinței, însă doar în sensul acceptării ca și alternativă la cele două monitoare de 20" a unui singur monitor însă cu diametrul de minim 30" pentru a permite monitorizarea simultană și continuă a parametrilor fiziologici ai pacientului pe durata procedurilor intervenționale.

Facem precizarea ca ... a livrat Institutului de... .. un... care este dotat cu două monitoare, iar spațiul în care se preconizează a fi montat acest... monoplan permite montarea a două monitoare.

#### **Solicitare**

**16. Dispozitiv de stocare DVD sau card SD pentru arhivare**

...

Autoritatea nu exclude utilizarea altor medii moderne, însă solicită explicit existența acestor opțiuni ca soluții robuste și universal compatibile, pentru acceptarea lor ca și echivalente.

#### **Solicitare**

**17. Transferul de semnale și date între sistemul angiografic cu minim date despre pacienți, date demografice, doza totală la pacient**

...

... informațiilor privind doza totală în fluxul de date permite monitorizarea centralizată a expunerii, auditul clinic și optimizarea continuă a protocoalelor. Limitarea transferului doar la date demografice nu corespunde obiectivelor de siguranță radiologică.

#### **Solicitare**

**18. FFR cu adevărat integrat (măsurare directă inclusă în amplificatorul modular al sistemului)**

...

Autoritatea contractantă acceptă modificarea cerinței, în sensul înlăturării mențiunii „cu adevărat”.

Ulterior..., prin intermediul Notelor scrise *înregistrate la Consiliu sub.... a precizat următoarele:*

[6] În ceea ce privește criticile acceptate de Autoritate, acestea vizează, în esență, următoarele cerințe tehnice:

- (i) Cerința privind anul de fabricație al echipamentului a fost modificată de la „cel mult 24 luni anterior datei-limită” la „cel mult 6 luni anterior datei-limită de depunere a ofertelor”;
- (ii) Numărul minim de puncte focale a fost redus de la minimum 3 la minimum 2;
- (iii) În ce privește dimensiunea zonei active a detectorului, limita maximă a fost extinsă de la „nu mai mare de 34 x 34 cm” la „nu mai mare de 40 x 40 cm” (păstrând minimul 30 x 30 cm);
- (iv) Luminozitatea minimă a monitoarelor din camera... comandă a fost redusă de la 700 cd/m<sup>2</sup> la... cd/m<sup>2</sup>;
- (v) Din perspectiva cerinței privind ecograful portabil wireless, Autoritatea a eliminat condiția de „compatibilitate cu sistemul angiografic”;
- (vi) În ce privește cerința tehnică vizând monitoarele în camera... control (sistem hemodinamic), Autoritatea a adăugat o variantă alternativă pentru îndeplinirea condiției - i.e., în loc de două monitoare de minimum 20", se acceptă și varianta cu un singur monitor cu diagonala de minimum 30";
- (vii) Cu privire la cerința FFR „cu adevărat” integrat, Autoritatea a eliminat sintagma „cu adevărat” (în sensul că această cerință vizează doar „FFR integrat”).

Așadar, având în vedere faptul că modificarea cerințelor reclamate a fost publicată în SICAP, în vederea informării tuturor operatorilor economici interesați, Consiliul urmează să constate că aceste critici sunt rămase fără obiect, ținând cont de cele mai sus precizate și de achiesarea autorității contractante la solicitările adresate de...

În continuare, Consiliul urmează a proceda la soluționarea criticilor în raport de cerințele tehnice rămase nemodificate/modificate necorespunzător de achizițoare utilizând numerotarea dată de contestatoare pentru o identificare facilă.

Referitor la solicitarea de la pct..... ***Conturarea corpului pacientului cu suprafața detectorului (utilizând tehnologia senzorului capacitiv, minimizând automat distanța dintre corpul pacientului și detectorul pentru reducerea dozei)*** se are în vedere că argumentele aduse de contestatoare în favoarea solicitării adresate privind...u acceptare echivalent pe considerentul că... specifică unui singur producător, restricționează competiția fără un beneficiu clinic real se bazează pe următoarele aspecte:

**Poziția Autorității.** Cu privire la această cerință tehnică, Autoritatea susține, în esență, că aceasta ar avea ca obiectiv clinic principal minimizarea automată și continuă a distanței dintre pacient și detector, cu impact direct asupra reducerii dozei de iradiere, optimizării calității imaginii și siguranței pacientului pe durata procedurilor intervenționale, iar Menționarea tehnologiei senzorului capacitiv ar avea un rol „orientativ” în descrierea modului de realizare a funcționalității solicitate.

**Poziția ....** Contrar susținerilor Autorității, ansamblul cerințelor tehnice descrie, în realitate, o arhitectura foarte specifică, fără a exista criterii clare pentru a evalua dacă alte soluții ating același rezultat clinic.

În acest sens, punctăm că alte sisteme existente pe piață utilizează metode diferite, precum ajustări manuale asistate sau sisteme de siguranță bazate pe detecția coliziunilor, care asigură protecția pacientului, însă nu pot reproduce exact modul de funcționare descris. Astfel, cerința depășește nivelul funcțional și ajunge să descrie indirect o... specifică (precum cea oferită de...).

Or, în contextul în care Autoritatea acceptă soluții echivalente (conform susținerilor sale), solicităm CNSC să impună acceptarea soluțiilor echivalente oferite și de alți producători, care prin metode similare, dar diferite, asigură reducerea dozei de iradiere.

Se vor reține și argumentele aduse de autoritatea contractantă în replică la cele reclamate, respectiv:

Autoritatea contractanta își menține poziția: obiectivul cerinței este optimizarea automată a geometriei de lucru prin menținerea distanței pacient-detector cât mai mici și sigure, cu impact asupra reducerii dozei și îmbunătățirii calității imaginii, precum și asupra siguranței (evitarea coliziunilor).

... confundă descrierea exemplificativă a unei modalități tehnice cu impunerea unei arhitecturi unice. Autoritatea contractanta nu urmărește un tip anume de senzor, ci rezultatul funcțional: apropierea automată, continuă și sigură a detectorului de pacient, în limite controlate, fără a depinde de ajustări manuale repetate, tocmai pentru a reduce variabilitatea operatorului și a asigura un comportament predictibil al sistemului. Pentru a **elimina orice potențial de interpretare restrictivă, Autoritatea contractanta clarifică faptul că mențiunea „senzor capacitiv” are caracter orientativ, iar cerința se consideră îndeplinită prin orice soluție tehnică (indiferent de producător) care realizează următoarele, cumulativ:**

- **Apropiere automată a detectorului către pacient (motorizat), cu menținerea unei distanțe minime sigure;**
- **Monitorizare continuă a distanței/riscului de coliziune pe durata mișcărilor relevante, cu oprire/retragere automată la risc;**
- **Funcția să fie disponibilă ca mod de lucru în timpul procedurii (nu doar ca limitator de coliziune), astfel încât să contribuie la poziționarea optimă;**
- **Să permită utilizarea clinică în condiții de câmp steril și să nu impună manevre manuale repetate pentru păstrarea distanței optime.**

**În consecință, solicitarea ... de „acceptare a soluțiilor echivalente” este, în esență, deja acoperită. Autoritatea contractanta acceptă soluții echivalente oferite de alți producători, cu condiția îndeplinirii criteriilor funcționale de mai sus. Evaluarea se realizează obiectiv, pe baza documentației tehnice a producătorului și/sau demonstrației funcționale la punerea în funcțiune.**

Supunem atenției, solicitarea contestatoarei: "[41] Or, in contextul in care Autoritatea acceptă soluții echivalente (conform susținerilor sale), solicităm CNSC să impună acceptarea soluțiilor echivalente oferite și de alți producători, care prin metode similare, dar diferite, asigură reducerea dozei de iradiere. "

În paragraful anterior... ne arată și soluțiile echivalente ale altor producători:

"[40] in acest sens, punctăm că alte sisteme existente pe piață utilizează metode diferite, precum ajustări manuale asistate sau sisteme de siguranță bazate pe detecția coliziunilor, care asigură protecția pacientului, însă nu pot reproduce exact modul de funcționare descris. Astfel, cerința depășește nivelul funcțional si ajunge să descrie indirect o... specifică (precum cea oferită de...)." "

În concluzie... solicită CNSC să impună autorității contractante acceptarea unor tehnologii bazate pe ajustari manuale care pot implica erori umane și cu risc major pentru pacient, atâta timp cât în piața specifică există echipamente care înglobează tehnologii avansate privind optimizarea automată a geometriei de lucru prin menținerea distanței pacient-detector cât mai mici și sigure, cu impact asupra reducerii dozei și îmbunătățirii calității imaginii, precum și asupra siguranței (evitarea coliziunilor). Operatorul/medicul in cadrul intervenției trebuie sa fie focusat pe procedura clinica in sine si cat mai puțin pe reglaje, ajustari manuale, cat timp aceste reglaje, ajustari se pot face prin soluții automatizate existente pe piața.

Din economia celor redacte Consiliul reține că scopul cerinței este optimizarea automată a geometriei de lucru prin menținerea distanței pacient-detector cât mai mici și sigure, cu impact asupra reducerii dozei și îmbunătățirii calității imaginii, precum și asupra siguranței (evitarea coliziunilor).

Achizitoarea a argumentat faptul că:

**Pentru a elimina orice potențial de interpretare restrictivă, Autoritatea contractanta clarifică faptul că mențiunea „senzor capacitiv” are caracter orientativ,**

iar cerința se consideră îndeplinită prin orice soluție tehnică (indiferent de producător) care realizează următoarele, cumulativ:

- Apropiere automată a detectorului către pacient (motorizat), cu menținerea unei distanțe minime sigure;
- Monitorizare continuă a distanței/riscului de coliziune pe durata mișcărilor relevante, cu oprire/retragere automată la risc;
- Funcția să fie disponibilă ca mod de lucru în timpul procedurii (nu doar ca limitator de coliziune), astfel încât să contribuie la poziționarea optimă;
- Să permită utilizarea clinică în condiții de câmp steril și să nu impună manevre manuale repetate pentru păstrarea distanței optime.

De asemenea menționăm că în documentație a fost prevăzut explicit faptul că se acceptă orice soluție echivalentă.

În consecință, cerința este justificată din punct de vedere clinic și tehnic și nu se impune modificarea acesteia.

De asemenea achiziția a justificat motivul pentru care nu acceptă tehnologii bazate pe ajustări manuale care pot implica erori umane și cu risc major pentru pacient, atâta timp cât în piața specifică există echipamente care înglobează tehnologii avansate privind optimizarea automată a geometriei de lucru prin menținerea distanței pacient-detector cât mai mici și sigure, cu impact asupra reducerii dozei și îmbunătățirii calității imaginii, precum și asupra siguranței (evitarea coliziunilor). Operatorul/medicul în cadrul intervenției trebuie să fie focusat pe procedura clinică în sine și cât mai puțin pe reglaje, ajustări manuale, cât timp aceste reglaje, ajustări se pot face prin soluții automatizate existente pe piață.

Față de aspectele reținute, Consiliul apreciază abordarea achiziției ca fiind una corectă, fiind acceptată orice soluție echivalentă și argumentarea din punct de vedere clinic și tehnic a înțelegerii îndeplinirii cerinței prin orice soluție tehnică (indiferent de producător) care realizează următoarele, cumulativ:

- Apropiere automată a detectorului către pacient (motorizat), cu menținerea unei distanțe minime sigure;
- Monitorizare continuă a distanței/riscului de coliziune pe durata mișcărilor relevante, cu oprire/retragere automată la risc;
- Funcția să fie disponibilă ca mod de lucru în timpul procedurii (nu doar ca limitator de coliziune), astfel încât să contribuie la poziționarea optimă;
- Să permită utilizarea clinică în condiții de câmp steril și să nu impună manevre manuale repetate pentru păstrarea distanței optime.

Neacceptarea tehnologiilor bazate pe ajustări manuale a fost argumentată din punct de vedere tehnic și funcțional (acceptarea unor tehnologii bazate pe ajustări manuale care pot implica erori umane și cu risc major pentru pacient, atâta timp cât în piața specifică există echipamente care înglobează tehnologii avansate privind optimizarea automată a geometriei de lucru prin menținerea distanței pacient-detector cât mai mici și sigure, cu impact asupra reducerii dozei și îmbunătățirii calității imaginii, precum și asupra siguranței (evitarea coliziunilor). Operatorul/medicul în cadrul intervenției trebuie să fie focusat pe procedura clinică în sine și cât mai puțin pe reglaje, ajustări manuale, cât timp aceste reglaje, ajustări se pot face prin soluții automatizate existente pe piață) iar autoarea contestației nu a adus nicio probă, cu privire la necesitatea modificării specificației tehnice în discuție.

Autoarea contestației nu a învederat Consiliului nici un argument/considerent tehnic sau medical, care să justifice acceptarea modificării specificației tehnice, lipsa sa de diligență în a demonstra că, într-adevăr, ne aflăm în fața unor cerințe restrictive are drept consecință aprecierea potrivit căreia criticile aduse sunt nefondate, nefiind demonstrat caracterul restrictiv al acestora.

Referitor la solicitarea de la pct..... **longitudinală a blatului mesei de 170 cm se are în vedere** că argumentele aduse de contestatoare în favoarea solicitării adresate privind Deplasare longitudinală a blatului mesei de 120 cm pe considerentul că Masa pacientului este deplasată în timpul unei proceduri pentru a acoperi fluoroscopic diferite zone anatomice. Astfel, atâta timp cât sistemul pe care dorim să îl ofertăm îndeplinește această cerință din caietul de sarcini, impunerea unor restricții pentru... longitudinală a blatului mesei devine irelevant. Mai mult, sistemul pe care dorim să îl ofertăm își bazează geometria și mișcările componentelor braț C-masă, pentru a asigura o deplasare cât mai confortabilă a brațului C în jurul pacientului, nu a mesei se bazează pe următoarele aspecte:

**Poziția Autorității.** Din perspectiva acestei cerințe, Autoritatea susține, în principiu, următoarele aspecte:

(i) ... longitudinală a blatului mesei (deplasare longitudinală a blatului mesei de 170 cm) este esențială pentru asigurarea unei acoperiri imagistice extinse, fără repositionări suplimentare ale pacientului și fără dependență exclusivă de mișcările brațului C;

(ii) ... longitudinală extinsă și realizarea panning-ului fără pivotare ar fi necesare pentru stabilitatea pacientului și continuitatea imaginii;

(iii) ... ar produce aparatul... care, în documentația specifică, ar prezenta o deplasare longitudinală a mesei de 172 cm.

**Poziția ....** Față de susținerile ... ..., precizăm că Autoritatea face referire la un echipament care nu mai este în producție, fiind eliminat din portofoliul ... încă din anul....

În plus, pe lângă faptul că aceasta comparație este profund eronată și irelevantă, conformitatea unui echipament (scos din producție acum 9 ani) nu demonstrează caracterul nediscriminatoriu al cerinței și faptul că niciun alt producător în afara de... nu îl poate îndeplini cu niciunul din echipamentele din portofoliu.

Totodată, față de susținerea Autorității conform căreia... longitudinală extinsă și realizarea panning-ului fără pivotare ar fi necesare pentru stabilitatea pacientului și continuitatea imaginii, menționăm că, în practică, producătorii utilizează soluții diferite pentru obținerea acoperirii anatomice extinse, inclusiv combinații între mișcarea mesei și rotația brațului C.

Se vor reține și argumentele aduse de autoritatea contractantă în replică la cele reclamate, respectiv:

Autoritatea contractantă își menține poziția: **cerința privind... longitudinală a blatului mesei de 170 cm urmărește un rezultat clinic și operațional: acoperire** imagistică extinsă pentru proceduri cu câmp lung (în special periferie și EVAR, dar și cazuri structurale cu necesar de acoperire/positionare rapidă), cu minimizarea repositionărilor, reducerea manevrelor suplimentare în câmp steril și creșterea eficienței procedurale.

Observația ... privind statutul de producție al unui anumit echipament invocat anterior nu afectează temeinicia cerinței. Autoritatea contractantă nu contestă faptul că producătorii pot obține acoperire anatomică extinsă prin combinații între mișcarea mesei și mișcarea brațului C. Totuși, cerința vizează ca acoperirea extinsă să fie realizabilă primar prin panning longitudinal al mesei, fără a depinde de manevre de pivotare/rotație pentru a atinge câmpuri lungi, întrucât în proceduri endovasculare (EVAR/periferie) rotațiile/pivotările repetate pot introduce constrângeri de geometrie, cresc riscul de coliziune și pot necesita reconfigurări (echipă, cabluri, câmpuri sterile).

Față de cele anterior reținute, fără a minimiza importanța acordată de achizițoare scopului cerinței reclamate respectiv faptul că **cerința privind... longitudinală a blatului mesei de 170 cm urmărește un rezultat clinic și operațional: acoperire** imagistică extinsă pentru proceduri cu câmp lung (în special periferie și EVAR, dar și cazuri structurale cu necesar de acoperire/positionare rapidă), cu minimizarea repositionărilor, reducerea manevrelor suplimentare în câmp steril și creșterea eficienței procedurale, Consiliul determină că față de indicarea de către contestatoare a potențialilor producători care nu îndeplinesc cerința solicitată,

achizitoarea nu a justificat îndeplinirea specificației tehnice al cărui caracter restrictiv este reclamat de către alți producători.

Față de cele de mai sus, este necesară o efectuarea unei analize din care să rezulte îndeplinirea specificației tehnice al cărui caracter restrictiv este reclamat de către mai mulți producători, fie, în lipsa asigurării unei concurențe reale autoritatea contractantă va stabili specificația tehnică, astfel încât, pe de o parte, să nu restricționeze participarea la procedură a operatorilor economici, iar pe de altă parte, să acopere necesitățile sale.

Referitor la solicitarea de la pct..... **Acoperirea imagistică de minimum... cm prin... mesei (panning), fără pivotarea acesteia se are în vedere** că argumentele aduse de contestatoare în favoarea solicitării adresate privind Acoperire imagistică de minimum... cm prin... mesei pe considerentul că Cerința restrictivă- fiecare producător își stabilește geometria și modul propriu de a asigura o acoperire fluoroscopică suficientă se bazează pe următoarele aspecte:

**Poziția Autorității.** În legătură cu această cerință tehnică, Autoritatea susține că ea a fost stabilită în scopul asigurării unui flux procedural sigur și predictibil (în special în cadrul procedurilor... complexe și al explorărilor pe segmente anatomice extinse), urmărindu-se menținerea unei poziționări stabile și reproductibile a pacientului, respectiv continuitatea câmpului vizual și a geometriei de achiziție, cu impact asupra calității imaginii și a ghidajului interventional.

**Poziția ....** În raport de susținerile Autorității, precizăm că, în practică, stabilitatea procedurală poate fi obținută prin multiple combinații tehnologice, inclusiv prin... mișcărilor mesei cu rotația brațului C.

Or, excluderea pivotării din cuprinsul cerinței nu este justificată clinic prin studii comparative și elimină soluții alternative validate, reducând în mod artificial concurența în cadrul Procedurii de achiziție.

Se vor reține și argumentele aduse de autoritatea contractantă în replică la cele reclamate, respectiv:

Autoritatea contractanta își menține poziția: cerința privind acoperirea imagistică de minimum... cm prin... mesei (panning) urmărește un rezultat clinic și operațional: posibilitatea de a acoperi segmente anatomice extinse (în special pentru proceduri periferice și EVAR), cu manevre minime asupra pacientului și câmpului steril.

Din cele mai sus redată Consiliul determină că unicul considerent pe care se bazează argumentația contestatoarei este faptul că în practică, stabilitatea procedurală poate fi obținută prin multiple combinații tehnologice, inclusiv prin... mișcărilor mesei cu rotația brațului C pentru a-i reproșa achizitoarei faptul că Or, excluderea pivotării din cuprinsul cerinței nu este justificată clinic prin studii comparative și elimină soluții alternative validate, reducând în mod artificial concurența în cadrul Procedurii de achiziție.

Achizitoarea justifică scopul alegerii parametrilor tehnici în discuție astfel:

Cerința privind acoperirea imagistică de minimum... cm realizată prin... longitudinală a mesei (panning), fără pivotarea acesteia, a fost stabilită în scopul asigurării unui flux procedural sigur și predictibil, în special în cadrul procedurilor... complexe și al explorărilor pe segmente anatomice extinse.

Din punct de vedere clinic, realizarea acoperirii prin panning fără pivotare asigură:

- menținerea unei poziționări stabile și reproductibile a pacientului pe durata achizițiilor,

- continuitatea câmpului vizual și a geometriei de achiziție, cu impact asupra calității imaginii și a ghidajului intervențional,
- reducerea riscului de re poziționări suplimentare și a manevrelor care pot afecta confortul și siguranța pacientului, precum și siguranța personalului în câmp radiologic.

Pivotarea mesei poate duce inclusiv la lovirea acesteia de echipamentul medical plasat în apropierea mesei angiografului (aparatură de ventilație, stative cu perfuzii).

În plus, această cerință este corelată cu necesitatea efectuării unor achiziții consecutive pe lungimi anatomice mari, fără întreruperi sau schimbări mecanice care pot influența stabilitatea poziționării și reproductibilitatea înregistrărilor.

Autoritatea contractantă precizează că specificația urmărește un rezultat funcțional și clinic justificat și este proporțională cu obiectul achiziției. În consecință, nu se impune modificarea acesteia, **iar ofertarea unor soluții echivalente este permisă numai în măsura în care acestea demonstrează îndeplinirea integrală a cerinței de acoperire imagistică în condițiile solicitate.** Stabilirea modului de realizare a acoperirii (panning fără pivotare) reflectă o necesitate operațională a unității sanitare și nu o preferință de producător.

Argumentul adus de autoritatea contractantă privind neacceptarea pivotării mesei vizează faptul că Pivotarea mesei poate duce inclusiv la lovirea acesteia de echipamentul medical plasat în apropierea mesei angiografului (aparatură de ventilație, stative cu perfuzii).

Constatându-se faptul că achizițarea a justificat rațiunea care a stat la baza impunerii cerinței pe considerentul că:

Din punct de vedere clinic, realizarea acoperirii prin panning fără pivotare asigură:

- menținerea unei poziționări stabile și reproductibile a pacientului pe durata achizițiilor,
- continuitatea câmpului vizual și a geometriei de achiziție, cu impact asupra calității imaginii și a ghidajului intervențional,
- reducerea riscului de re poziționări suplimentare și a manevrelor care pot afecta confortul și siguranța pacientului, precum și siguranța personalului în câmp radiologic și a

fost prevăzut explicit faptul că **ofertarea unor soluții echivalente este permisă numai în măsura în care acestea demonstrează îndeplinirea integrală a cerinței de acoperire imagistică în condițiile solicitate**, Consiliul are în vedere faptul că, din moment ce specificația reclamată nu încalcă vreo dispoziție legală și nu prejudiciează ofertanți, nu se impune înlăturarea ei. Un operator economic poate critica prevederile documentației de atribuire doar în măsura în care acestea sunt *restrictive, insuficiente și neclare, contradictorii, de natură a conduce la imposibilitatea depunerii unei oferte sau ar atrage tratarea diferită a prevederilor documentației de atribuire, situație care ar conduce la imposibilitatea comparării ofertelor* și alte situații de natură a-i obstrucționa participarea, în raport cu alți ofertanți.

Faptul că autoarea contestației motivează restrictivitatea cerinței, pe considerentul că În raport de susținerile Autorității, precizăm că, în practică, stabilitatea procedurală poate fi obținută prin multiple combinații tehnologice, inclusiv prin... mișcărilor mesei cu rotația brațului C. Or, excluderea pivotării din cuprinsul cerinței nu este justificată clinic prin studii comparative și elimină soluții alternative validate, reducând în mod artificial concurența în cadrul Procedurii de achiziție nu este de natura a conduce la concluzia contestatoarei fără probarea susținerilor legat de restrângerea nejustificată a accesului la procedură a mai multor producători de renume din domeniu.

Așa cum s-a reținut deja, sarcina probei revine aceluia care reclamă, iar a face doar o solicitare de modificare a caietului de sarcini

pe baza unor afirmații lipsite de susținerea necesară, nu înseamnă motivarea în fapt a celor solicitate, nefiind demonstrat faptul că echipamentele pe care dorește să le ofereze ar îndeplini nevoia achizitoarei. Lipsa sa de diligență în a demonstra că, într-adevăr, ne aflăm în fața unei cerințe restrictive are drept consecință aprecierea potrivit căreia criticile aduse sunt nefondate, nefiind demonstrat caracterul restrictiv al acesteia.

Referitor la solicitarea de la pct..... **Sistemul să ofere fluoroscopie pulsată cu cel puțin 4 niveluri de rată a cadrelor variabile, de la... fps până la 30 fps, și expunere controlată automat în timp real pe baza parametrilor imagistici (sistemul trebuie să dispună de un algoritm avansat care ajustează automat, în timp real, toți cei 6 parametri relevanți pentru expunere și calitatea imaginii: kV, mA, ms, filtrare spectrală, punct focal, doză la detector/CNR - în funcție de zona anatomică și complexitatea imaginii, fără intervenție manuală). Filtrarea spectrală trebuie să includă utilizarea automată a unui filtru de cupru de minimum... mm Cu, adaptat dinamic de sistem în funcție de parametrii achiziției și de anatomie, fără intervenție manuală** se are în vedere că argumentele aduse de contestatoare în favoarea solicitării adresate privind...u a acceptare echivalent pe considerentul că... este specifică unui singur producător, ce restricționează competiția fără un beneficiu clinic real se bazează pe următoarele aspecte:

**Poziția Autorității.** În esență, Autoritatea susține că această cerință a fost stabilită cu obiectivul clinic principal de a asigura reducerea continuă a dozei de iradiere, concomitent cu menținerea unei calități imagistice constante și adecvate pe întreaga durată a procedurilor intervenționale.

**Poziția ....** Deși toți producătorii majori oferă soluții avansate de optimizare a dozei, acestea sunt implementate prin arhitecturi software diferite și nu pot fi evaluate pe baza numărului de parametri controlați simultan sau a modului exact de filtrare spectrală.

În acest sens, contrar susținerilor Autorității, este important de precizat că cerința impune indirect un mod particular de realizare a optimizării dozei, iar nu rezultatul clinic urmărit.

Or, în condițiile în care Autoritatea acceptă soluții echivalente (conform susținerilor sale), solicităm CNSC să dispună modificarea Documentației de atribuire prin acceptarea de soluții echivalente de la alți producători care, prin metode similare, dar diferite, asigura « Sistemul să ofere fluoroscopie pulsată cu cel puțin 4 niveluri de rată a cadrelor variabile, de la... fps până la 30 fps, și expunere controlată automat în timp real pe baza parametrilor imagistici. Filtrarea spectrală trebuie să includă utilizarea automată a unui filtru de cupru de minimum... mm Cu, adaptat dinamic de sistem în funcție de parametrii achiziției și de anatomie, fără intervenție manuală »

Se vor reține și argumentele aduse de autoritatea contractantă în replică la cele reclamate, respectiv:

... de acceptare a soluțiilor echivalente este, în esență, satisfăcută: Autoritatea contractanta acceptă soluții echivalente de la alți producători, cu condiția îndeplinirii rezultatului funcțional descris (optimizarea continuă a dozei concomitent cu menținerea calității imaginii pe durata procedurilor intervenționale) și a demonstrării acestuia prin documentație tehnică și/sau demonstrație funcțională la punerea în funcțiune.

În ceea ce privește **filtrarea spectrală**, Autoritatea contractanta menține cerința ca sistemul să dispună de filtrare cu cupru utilizată automat, cu trepte care să includă minim...

mm Cu, întrucât acesta este un prag minim rezonabil pentru filtrarea spectrală utilizată în practică în scopul reducerii dozei la pacienți, fără a impune o metodă unică de control.

Față de solicitarea eliminării cerinței achizițioarea a adus apărări punctuale apreciate de Consiliu ca fiind judicioase și pertinente:

Cerința privind fluoroscopia pulsată cu mai multe niveluri de rată a cadrelor și existența unui sistem automat avansat de control al expunerii în timp real a fost stabilită cu obiectivul clinic principal de a asigura reducerea continuă a dozei de iradiere, concomitent cu menținerea unei calități imagistice constante și adecvate pe întreaga durată a procedurilor intervenționale.

Din punct de vedere medical, adaptarea dinamică a parametrilor de expunere în funcție de anatomia pacientului și complexitatea imaginii este esențială pentru evitarea supraexpunerii inutile și pentru asigurarea vizibilității optime a structurilor de interes în diferite faze ale procedurii.

Cerința privind existența mai multor niveluri de rată a cadrelor permite ajustarea precisă a fluoroscopiei în funcție de necesitățile clinice specifice fiecărei etape procedurale, contribuind suplimentar la optimizarea dozei.

În ceea ce privește filtrarea spectrală automată, inclusiv utilizarea filtrului de cupru adaptat dinamic, aceasta reprezintă o soluție consacrată pentru reducerea componentei de radiație inutilă energetic și pentru îmbunătățirea eficienței imagistice la doze scăzute.

Subliniem că aceste specificații definesc un nivel de performanță funcțional și clinic urmărit, și nu o implementare tehnologică dedicată unui anumit producător. Documentația de atribuire permite ofertarea de soluții echivalente, cu condiția demonstrării capacității acestora de a realiza controlul automat și continuu al expunerii, cu impact clinic similar în ceea ce privește reducerea dozei și calitatea imaginii.

Simpla existență a unor abordări tehnice diferite nu este suficientă în lipsa demonstrării echivalenței funcționale și clinice.

În consecință, cerința este proporțională cu obiectul achiziției, justificată tehnic și medical și nu se impune eliminarea sau modificarea acesteia.

De asemenea menționăm că în documentație a fost prevăzut explicit faptul că se acceptă orice soluție echivalentă.

Față de aspectele reținute, Consiliul apreciază abordarea achizițioarei ca fiind una corectă, fiind acceptată orice soluție echivalentă de la alți producători și argumentarea din punct de vedere clinic și tehnic a înțelegerii îndeplinirii cerinței. Autoritatea contractantă acceptă soluții echivalente de la alți producători, cu condiția îndeplinirii rezultatului funcțional descris (optimizarea continuă a dozei concomitent cu menținerea calității imaginii pe durata procedurilor intervenționale) și a demonstrării acestuia prin documentație tehnică și/sau demonstrație funcțională la punerea în funcțiune. În ceea ce privește **filtrarea spectrală**, Autoritatea contractantă menține cerința ca sistemul să dispună de filtrare cu cupru utilizată automat, cu trepte care să includă minim... mm Cu, întrucât acesta este un prag minim rezonabil pentru filtrarea spectrală utilizată în practică în scopul reducerii dozei la pacienți, fără a impune o metodă unică de control.

În acest context, revine operatorului economic obligația de a demonstra echivalența soluției propuse, din punct de vedere funcțional și clinic, autoritatea contractantă neavând obligația de a modifica cerințele pentru a corespunde unei anumite soluții tehnice existente pe piață.

Referitor la solicitarea de la pct..... **Software de îmbunătățire a stentului 2D cu și fără scădere a firului de ghidare (guidewire)** se are în vedere că argumentele aduse de contestatoare în favoarea solicitării adresate privind Software de îmbunătățire a stentului 2D cu SAU fără scădere a firului de ghidare (guidewire) pe considerentul că... este specifică unui singur producător, ce restricționează competiția fără un beneficiu clinic real se bazează pe următoarele aspecte:

**Poziția Autorității.** ... .. susține, în esență, faptul că această cerință tehnică ar fi fost stabilită pentru a asigura evaluarea precisă și în timp real a poziționării, expansiunii și integrității stentului pe durata procedurilor intervenționale, iar ea ar urmări exclusiv optimizarea vizualizării stentului, nu și descrierea unei soluții software dedicate unui anumit producător.

**Poziția ....** Apreciem că susținerile Autorității sunt eronate, întrucât majoritatea producătorilor din piață oferă soluții de îmbunătățire a vizualizării stenturilor, dar modul în care a fost formulată cerința indică clar un singur producător (i.e....).

Mai mult, în anumite situații, eliminarea ghidului poate genera artefacte sau erori de interpretare, în special când acesta se suprapune cu structura stentului. Impunerea acestei funcționalități într-o formă specifică limitează competiția fără o justificare clinică solidă.

Or, după cum am arătat pe larg în contestație, cerința tehnică în discuție are un caracter profund restrictiv, întrucât introduce un element tehnic specific, respectiv „substracția firului de ghidaj”, care nu constituie un standard clinic și nu este recunoscut ca fiind necesar pentru evaluarea poziționării sau expansiunii stentului. Dimpotrivă, în practica clinică, obiectivele esențiale ale acestui tip de postprocesare sunt analiza formei stentului, a marginilor, a uniformității și a structurii plasei metalice, toate acestea fiind clar vizibile și fără eliminarea firului de ghidaj.

Totodată, caracterul restrictiv și nelegal al cerinței este confirmat suplimentar de documentația oficială a producătorului..., în care tehnologia este explicit prezentată ca fiind unică și brevetată („...”, „Unlike other technologies”).

**Se vor reține și argumentele aduse de autoritatea contractantă în replică la cele reclamate, respectiv:**

Autoritatea contractantă își menține poziția: cerința urmărește un obiectiv clinic legitim - îmbunătățirea vizualizării stentului intra-procedural, ca suport pentru aprecierea poziționării, expansiunii și integrității stentului, în completarea angiografiei standard.

Referirea contestatoarei la materiale de marketing ale unui producător (mențiuni de tip „patent”, „unlike other technologies”) nu este relevantă pentru caracterul legal al cerinței, întrucât Autoritatea contractantă nu solicită o... brevetată identificabilă, ci un rezultat funcțional: evidențiere 2D a stentului cu posibilitatea de procesare în două moduri (cu și fără reducerea structurilor lineare radioopace) sau prin orice metodă echivalentă care produce același efect clinic. Dacă un producător alege să descrie comercial o anumită implementare ca fiind „unică”, aceasta nu înseamnă că obiectivul funcțional solicitat nu poate fi atins prin alte metode tehnice.

**Totodată se vor reține și argumentele aduse de achizitoare față de solicitarea contestatoarei privind modificarea cerinței:**

Cerința privind existența unui software de îmbunătățire a vizualizării stentului în două dimensiuni, inclusiv cu posibilitatea de scădere automată a firului de ghidare, a fost stabilită pentru a asigura evaluarea precisă și în timp real a poziționării, expansiunii și integrității stentului pe durata procedurilor intervenționale.

Din punct de vedere clinic, prezența firului de ghidare poate genera artefacte vizuale sau poate masca parțial contururile stentului, influențând aprecierea corectă a poziției și gradului de expansiune. Funcția de scădere a guidewire-ului permite evidențierea structurilor metalice ale stentului fără interferențe, contribuind la creșterea acurateței deciziei clinice și la reducerea riscului de poziționare suboptimă.

Această funcționalitate are impact direct asupra siguranței pacientului și a succesului procedurii, în special în intervențiile complexe, unde precizia vizualizării este esențială.

Subliniem că cerința urmărește un rezultat clinic clar - optimizarea vizualizării stentului - și nu descrierea unei soluții software dedicate unui anumit producător, fiind permisă ofertarea de soluții echivalente care demonstrează capacitatea de a asigura același nivel de claritate imagistică, inclusiv în prezența firului de ghidare prin funcția de scădere a guidewire-ului.

Simpla existență a unor soluții de postprocesare care îmbunătățesc imaginea fără gestionarea interferenței guidewire-ului nu este suficientă în lipsa demonstrării echivalenței funcționale complete.

În consecință, cerința este proporțională cu obiectul achiziției, justificată clinic și tehnic și nu se impune modificarea acesteia.

Deși achizitoarea a susținut că cerința urmărește un rezultat clinic clar - optimizarea vizualizării stentului - și nu descrierea unei soluții software dedicate unui anumit producător, fiind permisă ofertarea de soluții echivalente care demonstrează capacitatea de a asigura același nivel de claritate imagistică, inclusiv în prezența firului de ghidare prin funcția de scădere a guidewire-ului, la solicitarea adresată de contestatoare care a propus Software de îmbunătățire a stentului 2D cu SAU fără scădere a firului de ghidare (guidewire), achizitoarea a argumentat neacceptarea solicitării de modificare a cerinței propusă pe considerentul că Cerința privind existența unui software de îmbunătățire a vizualizării stentului în două dimensiuni, inclusiv cu posibilitatea de scădere automată a firului de ghidare, a fost stabilită pentru a asigura evaluarea precisă și în timp real a poziționării, expansiunii și integrității stentului pe durata procedurilor intervenționale.

Din informațiile publice se reține faptul că principalele soluții software cu și fără scăderea (subtracția) firului de ghidare (guidewire) sunt:

1. Software cu Scădere a Firului de Ghidare (...) - această... permite eliminarea firului de ghidare din imaginea finală pentru a observa clar stentul și structura vasului, fiind esențială când stentul este foarte aproape de un fir dens;
2. Software fără Scădere a Firului de Ghidare (...) - aceste sisteme se concentrează pe îmbunătățirea contrastului stentului (stent enhancement) folosind markerii de balon, dar păstrează firul de ghidare în imaginea finală, acesta servind ca referință de poziție.

Din explicațiile aduse de achizitoare nu rezultă motivul pentru care nu poate fi acceptată ofertarea într-una din cele două variante, astfel cum a propus și autoarea contestației: Software de îmbunătățire a stentului 2D cu SAU fără scădere a firului de ghidare (guidewire).

Așa cum a susținut și autoarea contestației cerința tehnică în discuție introduce un element tehnic specific, respectiv „subtracția firului de ghidaj”, care nu constituie un standard clinic și nu este recunoscut ca fiind necesar pentru evaluarea poziționării sau expansiunii stentului, iar în practica clinică, obiectivele esențiale ale acestui tip de postprocesare sunt analiza formei stentului, a marginilor, a uniformității și a structurii plasei metalice, toate acestea fiind clar vizibile și fără eliminarea firului de ghidaj.

Față de cele de mai sus este necesară efectuarea de către autoritatea contractantă a unei analize din care să rezulte îndeplinirea specificației tehnice al cărui caracter restrictiv este reclamat de către mai mulți producători, fie, în lipsa asigurării unei concurențe reale achizitoarea va stabili specificația tehnică, astfel încât, pe de o parte, să nu restricționeze participarea la procedură a operatorilor economici, iar pe de altă parte, să acopere necesitățile sale, relevant pentru achizitoare fiind scopul îndeplinirii cerinței, și nu descrierea unei soluții software.

Referitor la solicitarea de la pct..... **Sistemul trebuie să permită evaluarea tridimensională a implanturilor coronariene (stenturi), utilizând exclusiv raze X, fără dispozitive suplimentare (fără OCT sau IVUS)** se are în vedere că argumentele aduse de contestatoare în favoarea solicitării adresate privind eliminarea pe considerentul că... este specifică unui singur producător, ce restricționează competiția fără un beneficiu clinic real se bazează pe următoarele aspecte:

**Poziția Autorității.** Autoritatea susține, în esență, că această condiție tehnică/funcționalitate oferă un instrument rapid de verificare intraprocedurală, cu impact asupra siguranței pacientului, duratei procedurii și reducerii riscurilor asociate utilizării echipamentelor adiționale, precum și a costurilor aferente (cât timp alternative precum IVUS sau OCT nu fac obiectul prezentei achiziții, chiar dacă utilitatea acestora nu este contestată).

**Poziția ....** În pofida susținerilor Autorității, în mod contradictoriu, cerința tehnică următoare (i.e. cea privind controlul funcțiilor sistemului de ghidaj intravascular și al parametrilor angiografului direct din câmpul operator) impune compatibilitate completă cu sisteme de ghidaj intravascular precum OCT sau IVUS.

Prin urmare, abordarea Autorității contractante relevă aplicarea unui dublu standard - pe de o parte, aceste tehnologii sunt prezentate ca fiind inutile sau costisitoare, iar pe de altă parte sunt impuse ca elemente de integrare obligatorie. Or, această inconsecvență demonstrează lipsa unei fundamentări coerente din partea Autorității și este de natură să genereze efecte restrictive asupra Procedurii de achiziție.

Se vor reține și argumentele aduse de autoritatea contractantă în replică la cele reclamate, respectiv:

Autoritatea contractanta își menține poziția privind rațiunea cerinței: funcționalitatea de evaluare 3D a implanturilor coronariene pe bază de raze X (fără dispozitive suplimentare) urmărește să ofere un instrument intra-procedural disponibil imediat, fără consumabile și fără a depinde de achiziția și folosirea unui sistem intravascular dedicat, având potențial de a sprijini decizia operatorului în anumite situații clinice, concomitent cu reducerea costurilor și a logisticii asociate dispozitivelor suplimentare, în măsura în care acestea nu fac obiectul prezentei achiziții.

Autoritatea contractanta nu a susținut și nu susține că IVUS/OCT ar fi „inutile”; utilitatea lor clinică este recunoscută. Diferența este că acestea reprezintă dispozitive distincte, cu consumabile, care nu sunt incluse în obiectul contractului. Cerința privind.../operarea din câmpul operator (IVUS/OCT) a fost deja abordată de Autoritatea contractanta ca nevoie de interoperabilitate și deschidere către sisteme de ghidaj intravascular, pentru situația în care laboratorul va deține astfel de platforme, care presupun consumabile suplimentare, și care nu sunt folosite de rutină, însă pot fi de mare ajutor în rezolvarea cazurilor complexe.

Din cele mai sus redată Consiliul determină că unicul considerent pe care se bazează argumentația contestatoarei este faptul că abordarea Autorității contractante relevă aplicarea unui dublu standard - pe de o parte, aceste tehnologii sunt prezentate ca fiind inutile sau costisitoare, iar pe de altă parte sunt impuse ca elemente de integrare obligatorie pentru a-i reproșa achizitoarei faptul că Or, această inconsecvență demonstrează lipsa unei fundamentări coerente din partea Autorității și este de natură să genereze efecte restrictive asupra Procedurii de achiziție.

Constatându-se faptul că achizitoarea a justificat rațiunea care a stat la baza impunerii cerinței pe considerentul că funcționalitatea de evaluare 3D a implanturilor coronariene pe bază de raze X (fără dispozitive suplimentare) urmărește să ofere un instrument intra-procedural disponibil imediat, fără consumabile și fără a depinde de achiziția și folosirea unui sistem intravascular dedicat, având potențial de a sprijini decizia operatorului în anumite situații clinice, concomitent cu reducerea costurilor și a logisticii asociate dispozitivelor suplimentare, în măsura în care acestea nu fac obiectul prezentei achiziții și a fost prevăzut explicit faptul că Autoritatea contractanta nu a susținut și nu susține că IVUS/OCT ar fi „inutile”; utilitatea lor clinică este recunoscută. Diferența este că acestea reprezintă dispozitive distincte, cu consumabile, care nu sunt incluse în obiectul

contractului. Cerința privind.../operarea din câmpul operator (IVUS/OCT) a fost deja abordată de Autoritatea contractanta ca nevoie de interoperabilitate și deschidere către sisteme de ghidaj intravascular, pentru situația în care laboratorul va deține astfel de platforme, care presupun consumabile suplimentare, și care nu sunt folosite de rutină, însă pot fi de mare ajutor în rezolvarea cazurilor complexe, Consiliul are în vedere faptul că din moment ce specificația reclamată nu încalcă vreo dispoziție legală și nu prejudiciează ofertanți, nu se impune înlăturarea lor. Un operator economic poate critica prevederile documentației de atribuire doar în măsura în care acestea sunt restrictive, *insuficiente și neclare, contradictorii, de natură a conduce la imposibilitatea depunerii unei oferte sau ar atrage tratarea diferită a prevederilor documentației de atribuire, situație care ar conduce la imposibilitatea comparării ofertelor și alte situații de natură a-i obstrucționa participarea*, în raport cu alți ofertanți.

Faptul că autoarea contestației motivează restrictivitatea cerinței, pe considerentul că... este specifică unui singur producător, ce restricționează competiția fără un beneficiu clinic real nu este de natura a conduce la concluzia contestatoarei fără probarea susținerilor legat de restrângerea nejustificată a accesului la procedură a mai multor producători de renume din domeniu.

În raport de cele expuse se constată caracterul nefondat al criticii aduse.

Referitor la solicitarea de la pct..... ***Interfața tactilă sterilizabilă, utilizată pentru controlul funcțiilor sistemului de ghidaj intravascular și al parametrilor angiografului direct din câmpul operator, fără a fi necesară accesarea consolei principale. Să existe compatibilitate completă cu sistemul angiografic și cu platforma de ghidaj utilizată și... datelor în timp real se are în vedere*** că argumentele aduse de contestatoare în favoarea solicitării adresate privind eliminarea pe considerentul că Cerința privind interfața tactilă sterilizabilă cu compatibilitate completă cu sistemul IVUS/OCT și... datelor în timp real trebuie eliminată... este neclară și nejustificată în contextul procedurii licate.

Caietul de sarcini nu menționează producătorul sistemului IVUS/OCT și nici nu include achiziția acestuia ca obiect al licitației, ceea ce înseamnă că evaluarea angiografului pe baza compatibilității cu un sistem extern, necunoscut și nelicitabil, este nelegală și arbitrară, creând un criteriu de eligibilitate imposibil de îndeplinit de către ofertanți. În plus, cerința presupune un nivel de integrare tehnică care nu poate fi verificat și garantat în absența unui sistem IVUS/OCT specific, iar solicitarea ca angiograful să fie controlat complet din câmpul operator fără accesarea consolei principale este necesară doar pentru anumite configurații și nu pentru scopul... al achiziției. Prin urmare, această cerință creează avantaje nejustificate pentru un anumit producător și contravine principiilor transparenței și egalității în achizițiile publice se bazează pe următoarele aspecte:

**Poziția Autorității.** Cu privire la această cerință tehnică, ... .. pretinde că ar avea ca obiectiv permiterea controlului direct din câmpul operator al funcțiilor esențiale ale sistemului angiografic și ale platformelor de ghidaj utilizate, cu... datelor în timp real, iar mențiunea din Documentația de atribuire referitoare la compatibilitatea cu sistemele de ghidaj intravascular ar viza... fluxului de date, fără a condiționa participarea de existența unor echipamente care nu fac obiectul achiziției

**Poziția ....** Contrar susținerilor Autorității, solicitarea unei compatibilități complete cu platformele de ghidaj utilizate și... datelor în timp real presupune, în mod implicit, utilizarea unor ecosisteme tehnologice închise.

Or, această cerință favorizează producătorii care oferă soluții complet integrate și limitează participarea celor care utilizează soluții modulare, fără a demonstra că acestea ar fi clinic inferioare.

Mai mult, Documentația de atribuire nu clarifică dacă platformele de ghidaj sunt deja existente sau fac obiectul achiziției, ceea ce accentuează caracterul restrictiv al cerinței.

Se vor reține și argumentele aduse de autoritatea contractantă în replică la cele reclamate, respectiv:

Autoritatea contractantă își menține obiectivul cerinței: posibilitatea ca operatorul să controleze din câmpul steril funcțiile esențiale ale angiografului (și, după caz, ale platformelor de ghidaj intravascular) Concluzia că cerința ar impune „ecosisteme tehnologice închise” este neîntemeiată: Autoritatea contractantă nu solicită un producător anume și nu condiționează eligibilitatea de deținerea unui anumit IVUS/OCT.

Față de cele anterior reținute rezultă că rațiunea care a stat la baza impunerii cerinței reclamate privind interfața tactilă sterilizabilă are ca obiectiv permiterea controlului direct din câmpul operator al funcțiilor esențiale ale sistemului angiografic și ale platformelor de ghidaj utilizate, cu... datelor în timp real.

Consiliul achiesează la concluziile la care a ajuns achizitoarea respectiv faptul că această funcționalitate contribuie la reducerea timpilor procedurali, menținerea sterilității și creșterea siguranței actului medical, eliminând necesitatea deplasării repetate la consola principală, iar menținerea compatibilității cu sistemele de ghidaj intravascular vizează... fluxului de date și nu condiționează participarea de existența unor echipamente care nu fac obiectul achiziției.

În raport de cele expuse se constată caracterul nefondat al criticii aduse.

Referitor la solicitarea de la pct..... ***Două monitoare în camera... control minim 20" și afișarea imaginii în sala de examinare pe monitor cu afișaj mare se*** are în vedere că argumentele aduse de contestatoare în favoarea solicitării adresate privind Minim 1 monitor în camera... control minim 20" și afișarea imaginii în sala de examinare pe monitor cu afișaj mare pe considerentul că Un singur monitor de 24" cu afișaj mare este suficient și adecvat pentru sistemul hemodinamic al angiografului... permite vizualizarea completă a parametrilor și imaginilor în timp real, fără a compromite funcționalitatea, și reduce amprenta ocupată în spațiu, oferind un setup mai compact și ergonomie, ceea ce este esențial în sălile de angiografie unde spațiul este limitat și accesul personalului trebuie să fie liber și sigur se bazează pe următoarele aspecte:

**Poziția Autorității.** Cu privire la această cerință tehnică, Autoritatea susține că acceptă modificarea, însă doar în sensul acceptării ca și alternativă la cele două monitoare de 20" a unui singur monitor cu diametrul de minim 30", pentru a permite monitorizarea simultană și continuă a parametrilor fiziologici ai pacientului pe durata procedurilor intervenționale.

Totodată, Autoritatea a precizat că ... ar fi livrat în trecut Institutului de... un... dotat cu două monitoare, iar spațiul în care se preconizează a fi montat noul... monoplan ar permite montarea a două monitoare.

**Poziția ....** În raport de susținerile ... ..., menționăm că Procedura de achiziție se impune a fi neutră față de echipamentele deja instalate, astfel încât să permită participarea tuturor producătorilor, indiferent de configurațiile utilizate anterior.

În plus, punctăm că portofoliul și platformele de angiografie evoluează constant, iar soluțiile moderne pot utiliza configurații diferite care oferă aceleași rezultate clinice și ergonomice.

Se vor reține și argumentele aduse de autoritatea contractantă în replică la cele reclamate, respectiv:

Autoritatea contractanta își menține poziția: cerința urmărește asigurarea unei afișări simultane și continue a informațiilor necesare în camera... control (imagine live/referință și parametri relevanți ai procedurii/pacientului), fără comutări repetate care pot afecta fluxul de lucru. Tocmai pentru a evita orice caracter prescriptiv privind Numărul... echipamente fizice, Autoritatea contractanta a introdus alternativa echivalentă: două monitoare de minimum 20" sau, alternativ, un singur monitor de minimum 30", care permite afișare concomitentă. Documentația, în forma modificată, reflectă neutralitate: nu se impune o configurație unică (două monitoare), ci se acceptă o soluție alternativă echivalentă (un monitor de diagonală mai mare), iar scopul cerinței rămâne rezultatul ergonomie și clinic - afișarea simultană și lizibilă a informațiilor relevante.

Prin urmare, susținerea contestatoarei că cerința ar limita participarea nu se confirmă: orice producător poate îndeplini condiția fie prin două monitoare, fie printr-un monitor unic de dimensiuni adecvate, cu afișare concomitentă.

Din economia celor anterior redate, Consiliul determină așa cum a susținut și achizițioarea că cerința în varianta modificată, reflectă neutralitate: nu se impune o configurație unică (două monitoare), ci se acceptă o soluție alternativă echivalentă (un monitor de diagonală mai mare), iar scopul cerinței rămâne rezultatul ergonomie și clinic, respectiv *afișarea simultană și lizibilă a informațiilor relevante*.

În raport de cele expuse se constată caracterul nefondat al criticii aduse.

Referitor la solicitarea de la pct..... **Dispozitiv de stocare DVD sau card SD pentru arhivare se** are în vedere că argumentele aduse de contestatoare în favoarea solicitării adresate privind Dispozitiv de stocare DVD sau card... stick USB pentru arhivare pe considerentul că Cerința privind stocarea pe DVD sau card SD trebuie flexibilizată pentru a permite utilizarea stick-ului USB..., din perspectivă clinică și operațională, majoritatea unităților medicale nu mai folosesc DVD-uri sau cârduri SD pentru arhivarea imaginilor și datelor angiografice din cauza limitărilor de capacitate, fiabilitate și viteza de transfer. Utilizarea unui stick USB asigură stocare rapidă, sigură și portabilă, facilitează arhivarea și transmiterea datelor între sisteme, reduce riscul pierderii informațiilor critice și respectă practicile actuale de management al datelor medicale, fără a compromite calitatea sau Integritatea datelor se bazează pe următoarele aspecte:

**Poziția Autorității.** Față de această cerință tehnică, Autoritatea susține că nu ar exclude utilizarea altor medii moderne, însă solicită explicit existența acestor opțiuni ca soluții robuste și universal compatibile, pentru acceptarea lor ca și echivalente.

**Poziția ....** Apreciem că susținerile ... .. creează o contradicție evidentă între pretinsa deschidere către soluții echivalente și menținerea explicită a unor cerințe minime obligatorii care, în realitate, limitează această deschidere.

Astfel, deși Autoritatea afirmă că nu exclude utilizarea altor medii moderne de stocare, aceasta precizează simultan că solicită în mod expres existența dispozitivelor de stocare DVD sau card SD ca soluții minime, considerate „robuste și universal compatibile”.

O asemenea formulare este neclară și contradictorie, întrucât acceptarea unor soluții alternative nu poate fi posibilă în condițiile în care operatorii economici sunt obligați, în paralel, să furnizeze obligatoriu aceste două tipuri specifice de medii de stocare.

În realitate, Autoritatea nu acceptă echivalența, ci impune o soluție tehnică prestabilită, permițând doar adăugarea altor opțiuni suplimentare, ceea ce contravine principiului neutralității tehnologice.

În contextul evoluției sistemelor informatice medicale, stocarea și arhivarea datelor imagistice se realizează, în mod curent, prin infrastructuri digitale securizate, servere PACS sau

soluții de transfer în rețea, considerate standarde moderne și superioare din punctul de vedere al siguranței și interoperabilității.

De aceea, menținerea obligativității unor medii fizice precum DVD sau card SD nu doar că este lipsită de justificare clinică sau operațională reală, dar creează și o restricție artificială care nu poate fi conciliată cu afirmația Autorității privind acceptarea soluțiilor echivalente.

Se vor reține și argumentele aduse de autoritatea contractantă în replică la cele reclamate, respectiv:

Autoritatea contractanta precizează că scopul cerinței „Dispozitiv de stocare DVD sau card SD pentru arhivare” este asigurarea existenței unei soluții de export/arhivare pe mediu amovibil, utilizabilă ca mecanism de backup în situații în care transferul în rețea/PACS nu este disponibil sau este limitat. Cerința nu urmărește impunerea unui anumit tip de suport fizic, ci funcționalitatea de arhivare pe suport detașabil. În mod explicit, Autoritatea contractanta consideră că un stick USB reprezintă o soluție echivalentă funcțional cu cardul SD sau suportul optic (DVD) pentru obiectivul urmărit (export/transfer/arhivare pe mediu amovibil). **Prin urmare, cerința se interpretează și se aplică în sensul acceptării suportului USB ca echivalent.**

Văzând susținerile părților, Consiliul notează ca autoritatea contractanta a achiesat la solicitarea adresată de contestatoare, astfel cum rezultă din precizările aduse pe calea..., urmând ca autoritatea contractanta sa fie obligată prin prezenta decizie la a face publică măsura de remediere la care a achiesat.

Referitor la solicitarea de la pct..... **Transferul de semnale și date între sistemul angiografic cu minim date despre pacienți, date demografice, doza totală la pacient se** are în vedere că argumentele aduse de contestatoare în favoarea solicitării adresate privind Transferul de semnale și date între sistemul angiografic cu minim date despre pacienți, date demografice pe considerentul că Solicităm aceasta întrucât doza totală pacient, precum și multe alte detalii referitoare la doză sunt generate automat într-un raport complex, în folderul cu imaginile pacientului. Acest raport este transmis automat prin conexiune DICOM la orice destinație se dorește (stație postprocesare, calculatorul medicului, etc.) Subscrisa am considerat că doza totală a pacientului nu este de interes pentru a fi transferată sistemului hemodinamic, care cuprinde alt tip de informații privind monitorizarea pacientului se bazează pe următoarele aspecte:

**Poziția Autorității.** În ceea ce privește această cerință tehnică, Autoritatea pretinde că... informațiilor privind doza totală în fluxul de date ar permite monitorizarea centralizată a expunerii, auditul clinic și optimizarea continuă a protocoalelor.

În acest sens, ... .. susține că limitarea transferului doar la date demografice nu ar corespunde obiectivelor de siguranță radiologică.

**Poziția .... Cu titlu preliminar, în raport de susținerile Autorității, punctăm faptul că Societatea nu contestă necesitatea monitorizării dozei.**

Deficiența acestei cerințe tehnice (care îi conferă un caracter nejustificat și restrictive) constă în impunerea transferului de date către sistemul hemodinamic, care, prin natura sa, nu este un sistem radiologic, nu generează, nu controlează și nu influențează parametrii de expunere la radiații și nu are rol în gestionarea protocoalelor imagistice sau în optimizarea dozei.

Fluxul de lucru standard presupune monitorizarea dozei la nivelul angiografului și... acesteia în sistemele de arhivare dedicate, iar extinderea obligației către sisteme conexe nu este justificată clinic și creează constrângeri tehnice neuniform aplicabile producătorilor.

În acest sens, invocarea auditului clinic și a siguranței radiologice de către Autoritate pentru a justifica transferul datelor de doză către un sistem hemodinamic nu are un fundament tehnic sau clinic.

Sistemele hemodinamice nu generează, nu controlează și nu optimizează expunerea la radiații și nu sunt utilizate, conform practicii medicale, ca instrumente de monitorizare sau audit al dozei.

Astfel, asocierea acestor concepte cu un asemenea sistem reprezintă o simplă justificare artificială a unei cerințe tehnice care depășește necesitățile reale impuse de actul medical.

Se vor reține și argumentele aduse de autoritatea contractantă în replică la cele reclamate, respectiv:

Autoritatea contractanta respinge criticile formulate, întrucât acestea pornesc de la o premisă eronată. **Cerința din Caietul de sarcini nu impune transferul datelor de doză către un anumit tip de sistem și nu pretinde că un sistem conex ar controla sau optimiza expunerea.** Cerința vizează, în mod..., ca în fluxul de date dintre sistemul angiografic și sistemele conectate să fie incluse, pe lângă datele despre pacient/date demografice, și **indicatorii de doză totală asociați procedurii.**

Obiectivul cerinței este unul legitim și proporțional cu obiectul achiziției: asigurarea trasabilității dozei la nivel de pacient/procedură, posibilitatea de monitorizare centralizată, audit clinic și raportare în sistemele informatice ale unității, precum și susținerea optimizării continue a practicilor de radioprotecție. Cerința nu este restrictivă... indicatorii principali de doză sunt generați în mod uzual de sistemele angiografice moderne și pot fi integrați în fluxuri standardizate de date către sistemele conectate.

Din economia celor anterior redacte Consiliul determină așa cum a susținut și achizițoarea că cerința din caietul de sarcini nu impune transferul datelor de doză către un anumit tip de sistem și nu pretinde că un sistem conex ar controla sau optimiza expunerea.

Văzând rațiunea care a stat la baza impunerii solicitării parametrului *doza totală pacient, respectiv* asigurarea trasabilității dozei la nivel de pacient/procedură, posibilitatea de monitorizare centralizată, audit clinic și raportare în sistemele informatice ale unității, precum și susținerea optimizării continue a practicilor de radioprotecție, Consiliul achiesează la concluzia la care a ajuns achizițoarea privind nerestricțivitatea cerinței pe considerentul că indicatorii principali de doză sunt generați în mod uzual de sistemele angiografice moderne și pot fi integrați în fluxuri standardizate de date către sistemele conectate.

În raport de cele expuse se constată caracterul nefondat al criticii aduse.

Contrar celor susținute de autoarea contestației potrivit căroră *"... .. nu și-a îndeplinit această obligație legală, că nu a organizat o consultare de piață anterior publicării anunțului privind Procedura de achiziție, iar din acest motiv Autoritatea contractanta nu a primit propuneri de specificații tehnice variate din piață de la diverși producători, astfel încât să le analizeze și, în consecință, să țină cont de diversitatea soluțiilor producătorilor și de unicitatea fiecărei soluții în parte"* sunt relevante precizările aduse de achizițoarea potrivit căroră: autoritatea contractanta a organizat o consultare de piață având numărul..., publicată în SEAP în... și având ca dată limită de consultare..., la care au... un număr de 3 operatori economici:

- ..., a propus doua angiografe monoplane Artist, producător Siemens;
- ..., a propus un... monoplan Allia, producător...;
- ..., a propus un... monoplan Azurion, producător ..... fiind un distribuitor al produselor ... in....

Aceeași concluzie de netemeincie va fi reținută de Consiliu și în ceea ce privește susținerile contestatoarei prin care afirmă că motivul depunerii contestației este reprezentat de faptul că până la data depunerii contestației autoritatea contractanta contractantă nu a... solicitării de clarificări transmisă de contestatoare.

În stabilirea acestei finalități se are în vedere faptul că la momentul formulării contestației, autoritatea contractantă era încă în termenul legal pentru a răspunde solicitărilor de clarificări.

Luând act de ansamblul considerentelor expuse, Consiliul are în vedere că, dată fiind specificul contractului, importanța acestuia și rezultate așteptate de la derularea proiectului, autoritatea contractantă a depus diligențele necesare întocmirii unei documentații care să țină seama de toate aspectele pe care le implică contractul.

Așa cum a fost mai sus reținut, achiziția a subliniat că având în vedere obiectivele și cerințele proiectului "...". Deci caietul de sarcini trebuie să conțină specificații tehnice care să conducă la achiziția unui... monoplan performant, care să încorporeze cele mai noi tehnologii în domeniu și care să răspundă și la utilizările specifice dictate de atingerea obiectivelor proiectului. Pe de altă parte trebuie avut în vedere faptul că *medicii specialiști care utilizează angiograful monoplan sunt doar utilizatorii unor aparate de... complexă. Ei nu inventează de regulă..., ci o folosesc pentru a trata și vindeca pacienți. Datele tehnice necesare realizării caietelor de sarcini sunt preluate consultând literatura de specialitate, care constă în tratate, manuale, studii și broșuri ale unor echipamente. Abilitatea lor în acest domeniu constă în a aprecia obiectiv ce echipamente oferă o... superioară și le sunt mai utile în activitatea zilnică, nobilă, desfășurată în slujba pacientului, în cazul de față ținând cont și de cerințele specifice ale proiectului, motiv pentru care ținând cont de scopul proiectului și de obiectivele stabilite au fost selectate specificații tehnice ale unor aparate cu... superioară care pot realiza măsurătorile și analizele necesare la calitate optimă și cu doză de iradiere minimă.*

Achiziționarea angiografului monoplan contribuie la buna desfășurare a proiectului, intensificarea activității de cateterism cardiac ca metodă de diagnostic și tratament în bolile... și a celor vasculare periferice, care pot genera complicații neurologice și... de natură psihiatrică care sunt cele mai frecvente în ultima perioadă de timp.

Consiliul are în vedere că pentru o serie de specificații tehnice achiziția a avut un rol activ acceptând solicitările de modificare/acceptare reclamate de....

Cu toate acestea, Consiliul constată că, prin clarificări, deși au fost sesizate anumite aspecte de nelegalitate a cerințelor din documentația de atribuire, autoritatea contractantă a păstrat câteva elemente care în continuare constituie o încălcare a obligațiilor ce-i revin în elaborarea documentației de atribuire, aspecte care au fost sesizate și prin contestația formulată.

Astfel, vizavi de cerințele pentru care Consiliul a adus o motivare asupra caracterului restrictiv/nejustificat al acestora, s-a constatat că, sub motivul necesității achiziției unui produs performant, au fost introduse și cerințe a căror specificații au fost determinate fără a putea fi prezentată vreo explicație cu privire la modul în care au fost stabilite, atât de ordin tehnic cât și de ordin funcțional, sau cum ar fi afectată această performanță dacă aceste valori ale specificațiilor ar fi diferite de cele stabilite.

În aceste condiții pentru toate considerentele expuse anterior, în temeiul dispozițiilor art. 26 alin. (2) și (5) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de

achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, admite, în parte, contestația formulată de către..., în contradictoriu cu ..., pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, impunându-se remedierea documentației de atribuire potrivit motivării aduse de Consiliu, în ceea ce privește solicitările de la pct..... longitudinală a blatului mesei de 170 cm, pct..... *Software de îmbunătățire a stentului 2D cu și fără scădere a firului de ghidare (guidewire) și pct..... Dispozitiv de stocare DVD sau card SD pentru arhivare.*

Achizitoarea va fi obligată la modificarea/completarea/remedierea documentației de atribuire, conform celor din motivare, în termen de 15 zile de la primirea deciziei. Modificările/completările/remedierile vor fi efectuate în cadrul aceluiași termen și vor fi aduse la cunoștința operatorilor economici prin publicarea lor în SEAP. Va fi stabilită o nouă dată limită de depunere a ofertelor.

În temeiul dispozițiilor art. 26 alin. (6) din Legea nr. 101/2016 respinge ca nefondate și ca rămase fără obiect, celelalte critici formulate de....

În temeiul dispozițiilor art. 26 alin. (6) din Legea nr. 101/2016 respinge ca nefondată solicitarea de anulare a procedurii de atribuire, neexistând motivația luării unei astfel de măsuri extreme, fiind posibilă remedierea documentației de atribuire potrivit motivării.

Pentru aceste motive,  
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,

**CONSILIUL DECIDE:**

În temeiul art. 26 alin. (2) și (5) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de... publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, admite, în parte, contestația formulată de..., în contradictoriu cu ..., în ceea ce privește solicitările de la pct..... longitudinală a blatului mesei de 170 cm, pct..... *Software de îmbunătățire a stentului 2D cu și fără scădere a firului de ghidare (guidewire) și pct..... Dispozitiv de stocare DVD sau card SD pentru arhivare.*

Obligă autoritatea contractantă la modificarea/completarea/remedierea documentației de atribuire, conform celor din motivare, în termen de 15 zile de la primirea deciziei.

Modificările/completările/remedierile vor fi efectuate în cadrul aceluiași termen și vor fi aduse la cunoștința operatorilor economici prin

publicarea lor în SEAP. Va fi stabilită o nouă dată limită de depunere a ofertelor.

În temeiul dispozițiilor art. 26 alin. (6) din Legea nr. 101/2016 respinge ca nefondate și ca rămase fără obiect, celelalte critici formulate de....

În temeiul dispozițiilor art. 26 alin. (6) din Legea nr. 101/2016 respinge ca nefondată solicitarea de anulare a procedurii de atribuire

Prezenta decizie este obligatorie pentru părțile cauzei potrivit dispozițiilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință de către alte persoane vătămate, în temeiul art. 29 din Legea nr. 101/2016.

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| <b>PREȘEDINTE,</b> | <b>MEMBRU,</b> | <b>MEMBRU,</b> |
| ...                | ...            | ...            |
|                    | ...            | ...            |

... în 4 exemplare originale, conține 36 pagini.