



În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) și ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 2238/C11/2317

Data: 25.09.2023

Prin contestația nr. 5930/16.08.2023, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sub nr. 44591/17.08.2023, formulată de SC DELUXE MEDICRAFTS SRL, cu sediul social în București, str. Călărași nr. 167, bl. 39, ap. 3, sector 3, cu adresa de corespondență declarată în sat Dobroești, comuna Dobroești, str. Nicolae Bălcescu nr. 65 A, județul Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/17174/2005, având CUI RO 18035010, împotriva documentației de atribuire, respectiv a caietului de sarcini aferent loturilor 1 și 4, întocmite de SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE ȘI TBC OSTEOARTICULAR FOIȘOR, cu sediul în București, str. Ferdinand I nr. 35-37, sector 2, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire prin licitație deschisă, organizată în vederea încheierii acordului-cadru de furnizare *Materiale sanitare*, s-a solicitat admiterea contestației și dispunerea de măsuri de remediere, astfel:

- pentru lotul 1, solicită:

- a) lotizarea separată a unor sub-produse (plasturi) față de restul celorlalte subproduse de natura pachetelor de câmpuri chirurgicale (pansamente);
- b) pentru toate subprodusele care conțin plasturi, solicită acceptarea unei toleranțe de +/-20% raportat la dimensiunea plasturilor față de cum s-a solicitat inițial prin caietul de sarcini,
- c) pentru subprodusele aferente pozițiilor nr 1.4 și nr. 1.5, solicită eliminarea cerințelor care definesc straturile,
- d) pentru subprodusele de la pozițiile nr. 1.6, nr. 1.7, nr. 1.8, nr. 1.9 și nr. 1.10, solicită eliminarea cerinței: structura materialului pad-ului să fie formată din 70% vâscoză 30% polyester;
- e) pentru subprodusele corespunzătoare pozițiilor nr. 1.7, nr.1.8, nr.1.9, nr.1.10 și nr.1.11, solicită eliminarea cerințelor referitoare la îndeplinirea standardelor americane ASTM;

f) pentru subprodusele aferente pozițiilor nr. 1.12, nr. 1.13, nr.1.14 și nr. 1.1, solicită eliminarea cerințelor de tracțiune, aderarea la piele, elongație și debobinare a rolei deoarece acestea sunt pur teoretice și nu conțin metoda de măsurare pentru a se putea compara rezultatele între ele.

g) pentru subprodusele menționate la pozițiile nr. 1.18 și nr. 1.19 referitoare la pachetele de câmpuri dar și pentru halatele ranforsate și comprese incluse la aceste poziții, solicită eliminarea cerinței pentru ca aceste dispozitive medicale să fie oferite în baza clasificării conform Directivei MDR/745/2017.

- pentru lotul 4, solicită:

a) eliminarea cerințelor autorității contractante pentru lotul 4.1 - Mănuși ortopedice, după cum urmează: „*grosime strat latex să fie la deget: 0.330 mm, palmă - 0.300 mm, manșetă - 0.260 mm, lungime să fie minim 295 mm*” cât și cerința privitoare la impunerea „*bandei adezive a manșetei*”;

b) pentru lotul 4.2 - Mănuși Chirurgicale, solicită eliminarea cerințelor „*Grosime strat latex să fie: la deget - 0.220 mm, Palmă - 0.200 mm, manșetă - 0.200 mm, și lungime să fie minim 290-300 mm, precum și impunerea cerinței - fără bordură și bandă adezivă a manșetei*”;

c) deoarece standardul SR EN 455 nu prevede ca factor de evaluare alungirea, solicită eliminarea cerinței autorității contractante privind alungirea;

d) deoarece standardul SR EN 455 este solicitat în cadrul caietului de sarcini, solicită eliminarea cerinței autorității contractante privind forța de rupere de 24N.

Cererea de suspendare a procedurii de atribuire, pentru loturile 1 și 4, a fost respinsă ca rămasă fără obiect de Consiliu prin Încheierea nr. 2321/C11/2317 din data de 21.08.2022.

Pentru aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

Admite, în parte, contestația depusă de SC DELUXE MEDICRAFTS SRL în contradictoriu cu de SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE ȘI TBC OSTEOARTICULAR FOIȘOR, în sensul că admite cu privire la lotul 4.

Obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 15 zile de la primirea deciziei Consiliului, cu respectarea prevederilor legale, să remedieze documentația de atribuire în sensul celor stabilite de Consiliu prin motivarea sa cu privire la lotul 4, să aducă modificările efectuate la cunoștința operatorilor economici interesați de participarea la procedura prin publicarea acestora în SEAP și să stabilească o nouă dată-limită de

depunere a ofertelor, astfel încât, între data publicării remedierilor și data depunerii ofertelor, să fie asigurată o perioadă de timp suficientă pentru elaborarea și prezentarea unor oferte care să respecte toate cerințele documentației de atribuire, astfel cum este modificată ca urmare a prezentei decizii.

Respinge ca rămasse fără obiect capetele de cerere din contestația formulată de SC DELUXE MEDICRAFTS SRL cu privire la lotul 1.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.

Împotriva ei se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință de către alte persoane vătămate, în temeiul art. 29 din Legea nr. 101/2016.