



CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, București, cod poștal 030084, România
Tel: +4 021.310.46.41 Fax: +4 021.890.07.45 și +4 021.310.46.42 www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) și ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 1712/C4/1981, 1983

Data: 10.10.2016

Prin contestația nr. 1925/12.09.2016, înregistrată la Consiliu cu nr. 27788/13.09.2016, înaintată de SC CORTECH MED SRL, cu sediul în București, str. Gheorghe Jițeica nr. 190B, sectorul 2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/13271/2007, având CUI RO 22088756, reprezentată convențional prin Cabinetul de Avocat Vass Iulia-Erzsebet, cu sediul ales pentru comunicarea tuturor actelor de procedură în București, str. Alexandru Depărățeanu nr. 10, sectorul 1, formulată împotriva documentației de atribuire întocmită de SPITALUL MUNICIPAL MOTRU, cu sediul în Motru, str. Carol Davila nr. 1, județul Gorj, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitație deschisă organizată în vederea atribuirii contractului de furnizare având ca obiect "computer tomograf, transport, instalare, punere în funcțiune și instruire personal", s-a solicitat:

- în principal, modificarea următoarelor specificații tehnice:

1	Distanța focar izocentru: maxim 55 cm și Distanța focar detector: maxim 95 cm	Distanța focar izocentru: <u>minim</u> 55 cm și Distanța focar detector: <u>minim</u> 95 cm
2	Puterea generatorului: minim 50 kW. Nu se acceptă echivalente.	Puterea generatorului: minim <u>42 kw</u> . Nu se acceptă echivalente.
3	Curent anodic reglabil între: minim 30-340 mA. Nu se acceptă echivalente.	Curent anodic reglabil între: minim 30- <u>300</u> mA. Nu se acceptă echivalente.
4	Tub RX cu două focare cu dimensiunile: maxim 0,8 x 0,6 mm pentru focarul mic și maxim 0,9 x 0,8 mm pentru focarul mare (IEC 60336)	Tub RX cu două focare cu dimensiunile: maxim 0,8 x 0,6 mm pentru focarul mic și <u>maxim 1.4 x 1.6 mm pentru focarul mare</u> (IEC 60336) Precizarea numărului filamentelor tubului de raze X

- în subsidiar, anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică;

- suspendarea procedurii de achiziție publică până la soluționarea fondului cauzei.

Prin contestația nr. 1720/12.09.2016, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 27800/13.09.2016, înaintată de SC GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA SRL,

cu sediul în București, Calea Floreasca nr. 169A, Clădirea de birouri "Floreasca 169", Corp A3, et. 7, Biroul nr. 1, Biroul nr. 2 și Biroul nr. 3, sector 1, având CUI 12924986, înregistrată la Registrul Comerțului Iași sub nr. J40/3731/2000, reprezentată convențional prin SCA Voicu & Filipescu, cu sediul ales pentru comunicarea tuturor actelor de procedură în București, str. General Ernest Broșteanu nr. 31, sectorul 1, formulată împotriva caietului de sarcini și a răspunsului la clarificări, elaborate de către SPITALUL MUNICIPAL MOTRU, în cadrul aceleiași procedurii de atribuire, s-a solicitat:

- obligarea autorității contractante la adoptarea măsurilor de remediere;

- în subsidiar, în cazul în care adoptarea măsurilor de remediere nu este posibilă, solicită anularea procedurii de atribuire, pentru nerespectarea legislației privind achizițiile publice și a principiilor ce se impun a fi respectate în acest domeniu;

- suspendarea procedurii de atribuire până la soluționarea fondului cauzei.

Prin Încheierea nr. 113/C4/1981,1983/15.09.2016, Consiliul s-a pronunțat asupra cererilor de suspendare a procedurii de atribuire, pe care le-a admis. Pe rol, în prezent, se află celelalte capete de cerere din contestații.

Aplicând dispozițiile art. 17 alin. 2 din Legea nr. 101/2016, pentru pronunțarea unei soluții unitare, Consiliul conexează cele două cauze.

Pentru aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

În temeiul art. 26 alin. (2) și (5) din Legea nr. 101/2016, admite în parte contestațiile (în referire la dimensionarea focarelor astfel încât, pe de o parte, să satisfacă necesitățile autorității contractante, iar pe de altă parte, să permită participarea la procedură și a altor producători și corelarea informațiilor din caietul de sarcini de la punctul 5 cu cele de la art. 15.4 din modelul de contract) formulate de SC CORTECH MED SRL și SC GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMÂNIA SRL în contradictoriu cu SPITALUL MUNICIPAL MOTRU.

Consiliul dispune publicarea în SEAP a unui document clarificator prin care se vor preciza dimensiunile focarelor astfel încât, pe de o parte, să satisfacă necesitățile autorității contractante, iar pe de altă parte, să permită participarea la procedură și a altor producători și corelarea informațiilor din caietul de sarcini de la punctul 5 cu cele de la art. 15.4 din modelul de contract, în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei decizii.

În temeiul art. 26 alin. (6) din Legea nr. 101/2016, Consiliul respinge ca nefondate celelalte critici din contestații.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părțile cauzei, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 și

poate fi atacată cu plângere, în temeiul art. 29 alin. (1) din același act normativ, în termen de 10 zile de la comunicare.