



CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

C.N.S.C.

Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, București, România, CP 030084, CIF 20329980
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745, www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) și ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 1265/C10/1367

Data: 30.05.2017

Prin contestația nr. 2604/26.04.2017, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 15882/27.04.2017, depusă de SC MG MEDICAL ECOLINE SRL, cu sediul în municipiul Voluntari, b-dul Pipera nr. 1-IA, parter, județul Ilfov, având Cod Unic de Înregistrare 33801315 și număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J23/111/2016, reprezentată legal prin administrator Marian Ghinescu, privind procedura de licitație deschisă online, pentru atribuirea acordului cadru de furnizare având ca obiect "FURNIZARE APARATURĂ MEDICALĂ pentru SPITALUL ORĂȘENESC TÂRGU LĂPUȘ" – lotul 2, coduri CPV 33100000-1, 33120000-7, 33150000-6, 33160000-9, 33170000-2, organizată de SPITALUL ORĂȘENESC TÂRGU LĂPUȘ, cu sediul în orașul Târgu Lăpuș, str. Tineretului nr. 9-11, județul Maramureș, în calitate de autoritate contractantă, s-a solicitat modificarea cerințelor din caietul de sarcini, după cum urmează:

- la capitolul F regiuni de examinare, punctul F.1 coloana vertebrală L1-L5, va avea următorul conținut: coloana vertebrală L1-L4;
- la capitolul G parametri de examinare, punctul G.6 antebraț: < 0.025 μ Sv în standard, va avea următorul conținut: antebraț < 0.025 mSv în standard;
- la capitolul G parametri de examinare, punctul G.4 șold: < 0.5 μ Sv în standard, va avea următorul conținut: șold: < 0.5 mSv în standard;
- la capitolul G parametri de examinare, punctul G.5 coloană: < 2 μ Sv în standard, va avea următorul conținut: coloană: < 2 mSv în standard;
- la capitolul G parametri de examinare, punctul G.12 whole body: maxim 4 min, va avea următorul conținut: whole body: maxim 5 min;

- la capitolul G parametri de examinare, punctul G.13 compoziție corporală: maxim 4 min, va avea următorul conținut: compoziție corporală: maxim 5 min.

Pentru aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

În temeiul art. 26 alin. (1) și (6) din Legea nr. 101/2016, respinge ca rămasă fără obiect contestația formulată de SC MG MEDICAL ECOLINE SRL în contradictoriu cu SPITALUL ORĂȘENESC TÂRGU LĂPUȘ.

Prezenta decizie poate fi atacată cu plângere, în temeiul art. 29 alin. (1) din același act normativ, în termen de 10 zile de la comunicare.