

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) și ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 3268/C4/3696

Data: 18.11.2024

Prin contestația înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sub nr. 67443/22.10.2024, formulată de SC MEDIST SRL, cu sediul în București, str. Ion Urdăreanu nr. 34A, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/25806/1994, CUI 6705884, reprezentată legal de Ionel Manole – Director General și convențional prin SCA Popovici Nițu Stoica & Asociații, cu sediul în București, Calea Dorobanți nr. 239, et. 6, sector 1, împotriva documentației de atribuire elaborată de SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI, cu sediul în Iași, str. Halipa Pantelimon nr. 14, județul Iași, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire simplificate organizată în vederea încheierii acordului-cadru având ca obiect „*Analizor automat de biochimie cu stație de deionizare a apei*”, anunț simplificat nr. SCN1154457/14.10.2024, s-a solicitat: în principal, obligarea autorității contractante la remedierea aspectelor de nelegalitate ale documentației de atribuire aferente, iar în subsidiar, anularea procedurii.

Pentru aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

În temeiul dispozițiilor art. 26 alin. (2) și (5) din Legea nr. 101/2016 admite contestația formulată de SC MEDIST SRL, în contradictoriu cu SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI și dispune următoarele:

- anulează cerințele din caietul de sarcini cu **nr. 15** („Două mixere cu viteză de mixare variabile”), **16** („Autodiluarea probelor și a calibratorilor; Raport de diluare a probei: de 2 până la 150 de ori”), **17** („Două rotoare pentru reactivi, fiecare cu 43 de poziții refrigerate, între 4-8 °C, compatibile cu recipiente de 50 ml, 20 ml și 5 ml (prin adaptor optional)”, **18** [„Autoloader pentru probe integrat în analizor, cu 23 de

segmente (115 poziții, 5 poziții/segment), compatibil cu tuburi primare de diverse volume: 5, 7 și 10 ml, precum și cupe de 2 ml", **19** („Tava STAT echipată cu 45 de poziții dedicate pentru probe, controale și calibratori"), **20** [„147 cuvete de sticlă reutilizabile, cu stație integrată CRU de spălare și uscare (maximum 10 pași - 9 pentru spălare și 1 pentru citirea blankului), având un volum de 700 μ l și o lungime a căii optice de până la 5 mm (factor crescut pentru lungimea căii de 10 mm)", **24** [„Unitate optică - 15 lungimi de undă: 340, 376, 405, 450, 480, 505, 528, 546, 570, 600, 628, 660, 700, 750, 800 nm; gamă densitate optică OD: 0 - 3; sursă lumină: lampă halogen cu Tungsten (20 W), racită cu apă; detector: fotodiodă din silicon; volum minim pentru citire: 150 μ l", **27** („Dimensiuni maxime 1350 mm (L) x 1000 mm (D) x 1250 mm (H)") și **28** („greutate maximă 280 kg") din caietul de sarcini;

- dispune remedierea în conformitate cu considerentele de mai sus a caietului de sarcini cu privire la cerințele nr. **6** („Parametrii programabili: fără limită"), nr. **7** („Volum probă: 2-60 μ l (cu ajustări precise în pași de 0,1 μ l) pentru biochimie, 70 μ l pentru ISV"), **8** [„Volum reactivi: reactiv 1: minim 60 — maxim 300 mcl (adjustabil în pași de 0,5 mcl) reactiv 2: 0, ori 10 — maxim 200 mcl (adjustabil în pași de 0,5 mcl) reactiv 3: 0, ori 10 - maxim 200 mcl (adjustabil în pași de 0,5 mcl)", **9** („Volum reacție: 150 mcl - 550 mcl"), **11** [„Calibrare: Să poată fi utilizați maximum 44 de calibratori; maximum 10 calibratori per test (...) Aparatul să permită utilizarea a până la 10 puncte pentru calibrare. Să creeze automat liniile de diluție și să permită corectarea pe linia de calibrare multiplă"], **14** („Trei brațe pentru dozare, echipate cu senzor de nivel lichid și detector de obstacole, detectarea cheagurilor, detectarea spumei") și **23** „Consum apă: max. 25 l/oră".

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.

Redactată în 4 exemplare, conține 25 (douăzeci și cinci) pagini.