



CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

C.N.S.C.

București, Str.Stavropoleos nr.6, sector 3, România, CP 030084, CIF 20329980,
Tel. +4 021 3104641, Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745, www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) și ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 2026/C6/2228

Data: 18.07.2018

Prin contestația nr. 80/28.06.2018, înregistrată la C.N.S.C. sub nr. 27103/04.07.2018, formulată de către SC GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMÂNIA SRL, cu sediul în București, Str. Barbu Văcărescu nr. 301-311, Clădirea Lakeview, etaj 3, biroul nr. 1, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/3731/2000, având CUI RO 12924986, reprezentată legal prin administrator Alexandra Munteanu, împotriva documentației de atribuire publicată de MINISTERUL APĂRĂRII - SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „Dr. CONSTANTIN PAPILIAN” CLUJ-NAPOCA (UM 02454), cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moșoiu Traian, general, nr. 22, județul Cluj, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin licitație deschisă, desfășurată online, având ca obiect atribuirea contractului de furnizare „**Sistem angiografic monoplan**”, cod CPV – 33111720-4 – *Aparate de angiografie (Rev. 2)*, s-au solicitat următoarele:

„(i) *Obligarea Autorității Contractante la modificarea parțială a Documentației de Atribuire, și anume, înlocuirea mențiunilor cu privire la specificațiile tehnice ale echipamentelor medicale ce se doresc a fi contractate așa cum vor fi prezentate mai jos de Subscrisa, astfel încât Documentația de Atribuire să respecte principiile atribuirii contractelor de achiziție publică prevăzute de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice („Legea 98/2016”);*

(ii) suspendarea Procedurii de Achiziție Publică până la data soluționării prezentei contestații;

(iii) *în subsidiar, dacă modificarea parțială a Documentației de Atribuire nu este posibilă, anularea Documentației de Atribuire și reluarea Procedurii de Achiziție Publică, dacă va fi cazul*".

CONSILIUL DECIDE:

Admite, în parte, contestația formulată de către SC GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMÂNIA SRL, cu sediul în București, Str. Barbu Văcărescu nr. 301-311, Clădirea Lakeview, etaj 3, biroul nr. 1, sector 2, în contradictoriu cu MINISTERUL APĂRĂRII - SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „Dr. CONSTANTIN PAPILIAN” CLUJ-NAPOCA (UM 02454), cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moșoiu Traian, general, nr. 22, județul Cluj.

Obligă autoritatea contractantă la modificarea/reformularea următorilor parametri tehnici, din documentația de atribuire, cu publicarea unui anunț de tip erată, în termen de 15 zile de la comunicarea prezentei, astfel:

- **C.33:** din *„Rotație pentru brațul C în poziție cefalică (la 0°): minim 120° LAO la 120° RAO”*, în: *„Rotirea brațului C în poziție cefalică (la 0°) minimum 117° LAO la 105° RAO”*;

- **C.48:** din *„Mișcare motorizată și manuală a blatului mesei, longitudinală, transversală și în lateral (rotație)”*, în: *„Mișcare motorizată și manuală a blatului mesei longitudinală și transversală”*;

- **C.64:** din *„Frecvența pulsurilor, programabile: interval 1-30 cadre/s achiziții dinamice și fluoroscopia pulsată, până la 60 cadre/s pentru achiziții tip CT”*, în: *„Frecvența impulsurilor programabilă: minimum 3,75-30 cadre/secundă pentru fluoroscopia pulsată și pentru achizițiile dinamice, până la 50 cadre/s pentru achizițiile tip CT”*;

- **C.65:** din *„Timp minim de expunere: 1 ms”*, în: *„Timpul minim de expunere: 2 ms”*;

- **C.84:** din *„1 detector plat de înaltă rezoluție cu rotație de 90° din portret în landscape și invers”*, în: *„1 detector plat de înaltă rezoluție cu rotație de 90° de la portret în landscape și invers (în caz de detector rectangular)”*;

- **C.86:** din *„FOV selectabil pentru minim 5 formate”* în: *„FOV selectabil pentru minim 4 formate”*;

- **C.111:** eliminarea cerinței *„Senzor de lumină ambientală pentru adaptarea optimă a imaginii la luminozitatea camerei”*;

- **C.193:** din *„Viteza de achiziție în achizițiile dinamice: minim 1-30 cadre/s”* în: *„Viteza de achiziție în achizițiile dinamice: minim 3,75-30 cadre/s”*.

Respinge, ca rămasă fără obiect, solicitarea ce vizează modificarea parametrului **C.52**.

Respinge, ca nefondată, solicitarea de modificare a parametrilor:
C.30, C.32, C.35, C.54, C.85, C.87, C.90 ȘI C.198.

Respinge, ca nefondat, capătul de cerere în ceea ce privește
anularea procedurii de atribuire.

Obligatorie.

Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere în termen
de 10 zile lucrătoare de la comunicare.