

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea:

DECIZIE

Nr. 177/C3/3482

Data: 22.01.2026

Prin contestația nr. 359/04.09.2025, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sub nr. 61817/04.09.2025, formulată de RENAMED FARMA SRL, cu sediul în Craiova, Calea Unirii nr. 145, județul Dolj, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J1994003200169, având cod unic de înregistrare RO 6488777, reprezentată legal prin Manager general Dan Duțescu, împotriva documentației de atribuire întocmită de către SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DROBETA TURNU SEVERIN, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str. Mihai Viteazu nr. 6D, județul Mehedinți, în cadrul procedurii licitație deschisă, derulată online, în vederea atribuirii unui „*Contract de furnizare echipamente medicale, inclusiv operațiunile de instalare și punere în funcțiune*”, cod CPV 33100000-1, anunț de participare nr. CN1085041/28.08.2025, s-a solicitat:

« - *admiterea contestației pentru organizarea Ucitatiei prin separarea celor doua aparate medicale continute in Lotul 1 (aparat dializa si statie de osmoza inversa), datorita faptului ca acestea au functionalitati diferite.*
- *suspendarea licitatiei pana la soluționarea pe fond a contestației* ».

DECIDE:

Admite, în parte, contestația formulată de RENAMED FARMA SRL, în contradictoriu cu SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DROBETA TURNU SEVERIN.

Obligă autoritatea contractantă la remedierea caietului de sarcini nr. 24723/25.08.2025, prin **eliminarea caracteristicii tehnice „Sa permită monitorizare presiuni: venoasă, arterială si la intrare dializor”** și prin **modificarea caracteristicii tehnice privind dimensiunile aparatului de dializă** de o așa manieră încât acestea să fie prezentate

sub forma unui interval valoric maximal și/sau minimal, astfel încât să poată fi asigurat un mediu concurențial real în procedura de atribuire, în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei decizii, cu luarea în considerare a celor cuprinse în aceasta.

Respinge, ca nefondată, critica vizând **obligarea autorității contractante la separarea în două loturi distincte a procedurii de achiziție publică a celor două aparate**, câte un lot pentru fiecare dintre acestea, precum și critica vizând **obligarea autorității**

contractante la eliminarea caracteristicii tehnice „Sa aiba greutate: max. 85 kg”.

Obligatorie.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.