



CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleos nr.6, Sectorul 3, București, România, CP 030084, CIF 20329980
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 Fax. +4 021 8900745 www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) și ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 18/C4/2600

Data: 05.01.2021

Prin contestația nr. 268/20.11.2020, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 51488/23.11.2020, formulată de SC VELMED INTERNAȚIONAL SRL, cu sediul în București, Șos. București-Ploiești nr. 42-44, clădirea C1, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/15015/2014, având CUI RO29403699, reprezentată legal de Alexandru Dumitru Bucur - administrator, împotriva documentației de atribuire, respectiv a caietului de sarcini pentru lotul 1, elaborată de SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI, cu sediul în Pitești, str. Alea Spitalului nr. 36, jud. Argeș, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin licitație deschisă, organizată în vederea încheierii acordului-cadru având ca obiect *„Furnizare aparatură și echipamente medicale pentru o perioadă de 12 luni la Spitalul Județean de Urgență Pitești”*, cod CPV 33100000-1 - echipamente medicale (Rev.2), pentru lotul 1 – *„furnizare și instalare lampă scialitică - 1 buc.”*, cod CPV 31524110-9 - lămpi pentru săli de operație, s-a solicitat remedierea documentației de atribuire, în conformitate cu solicitările justificate prin contestație și prevederile legale privind achizițiile publice, iar în măsura în care acest lucru nu mai este posibil, anularea procedurii de atribuire pentru lotul 1.

Pentru aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

În temeiul art. 26 alin. (2) și (5) din Legea nr. 101/2016, Consiliul admite, în parte, contestația formulată de către SC VELMED INTERNAȚIONAL SRL, în contradictoriu cu SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI și dispune remedierea specificațiilor tehnice „temperatura culorii să fie ajustabilă: 3750K - 4750K”, „adâncimea de iluminare 20%: 150 cm +/-5%” și „adâncimea de iluminare 60%: 40 cm +/-5%”, în conformitate cu considerentele prezentei decizii, în termen de 15 zile de la primire.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părțile cauzei, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.

Redactată în 4 (patru) exemplare, conține 15 (cincisprezece) pagini.