



CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

C.N.S.C.

București, Str.Stavropoleos nr.6, sector 3, România, CP 030084, CIF 20329980,
Tel. +4 021 3104641, Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745, www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) și ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, Consiliul adoptă următoarea:

DECIZIE

Nr. 1267 / C6 / 1349

Data: 14.05.2018

Prin contestația nr. 1620/19.04.2018, înregistrată la Consiliu sub nr. 16061 din 20.04.2018, formulată de către S.C. BELLA ROMÂNIA IMPEX S.R.L., cu sediul în municipiul București, b-dul Timișoara nr. 84, sector 6, și adresă de corespondență în șos. de centură nr. 3E, sat Olteni, comuna Clinceni, județul Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8047/2000, având CIF RO9693687, reprezentată legal prin administrator Lucian Bala, împotriva caietului de sarcini – specificațiile tehnice pentru **loturile nr. 1 și nr. 2**, elaborate de SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII „MARIA SKLODOWSKA CURIE”, cu sediul în București, b-dul Constantin Brâncoveanu nr. 20, sector 4, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitație deschisă, derulată online, în vederea încheierii, pe loturi, a **„Acordului cadru furnizare produse mănuși examinare și chirurgicale”**, coduri CPV 33141420-0 – Mănuși chirurgicale (Rev. 2) și 18424300-0 – Mănuși de unică folosință (Rev. 2) - **loturile nr. 1 și nr. 2**, se solicită: *„obligarea autorității contractante la remedierea caietului de sarcini – loturile nr. 1 și 2, respectiv la modificarea specificațiilor tehnice în sensul înlăturării specificației tehnice descriere – lungime mănușă vârf degete – manșeta să fie <>29 cm», sau să se înlocuiască cu specificația <≥ 25 cm», conform Standard EN 455-2:2015”*.

Pentru cele constatate,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

Admite contestația formulată de S.C. BELLA ROMÂNIA IMPEX S.R.L., cu sediul în municipiul București, b-dul Timișoara nr. 84, sector 6, în contradictoriu cu SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII „MARIA SKLODOWSKA CURIE”, cu sediul în București, b-dul Constantin Brâncoveanu nr. 20, sector 4.

Obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 10 zile de la primirea prezentei, să procedeze la modificarea specificației tehnice comună loturilor nr. 1 și nr. 2 referitoare la lungimea mănușilor chirurgicale, astfel: **„Lungime manuşă vârf degete - manşetă sa fie conformă cu prevederile Standardului SR EN 455-2+A2:2013”**.

Obligatorie.

Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare.

Preşedinte

Membru

Membru