C.N.S.C.

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CP 030084, CIF 20329980
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +40218900745 www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) şi ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE
Nr. 1726/C3/2126
Data: 11.07.2017

Prin contestația FN (fără număr de înregistrare la emitent), înregistrată la Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor sub nr. 25013/22.06.2017, înaintată de SC GADAGROUP ROMÂNIA SRL, cu sediul în București, str. Barbu Văcărescu nr. 241A, et. 1, sectorul 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/9320/1996, având CUI RO 8936710, reprezentată legal prin Netcu Octavian – Administrator, formulată împotriva caietului de sarcini al Lotului 1 al procedurii, licitație deschisă, organizată de SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE IAȘI, cu sediul în Iași, str. Octav Botez nr. 2, județul Iași, în calitate de autoritate contractantă, în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect „Aparatură medicală pentru Laboratoarele din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase *Sfânta Paracheva* Iași”, cu anunț de participare nr. 176015, publicat în SEAP la 09.06.2017, s-a solicitat Consiliului, în principal, suspendarea procedurii de atribuire până la soluționarea fondului cauzei și obligarea autorității contractante la modificarea specificațiilor tehnice restrictive și nelegale din caietul de sarcini, privitor la caracteristicile produsului ”Ecograf cu soft și sonde” și, în subsidiar, anularea procedurii de atribuire.

Pentru aceste motive,
în baza legii şi a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

Admite, în parte, contestația SC GADAGROUP ROMÂNIA SRL, în contradictoriu cu SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE IAȘI, în

procedura inițiată cu anunț de participare nr. 176015, publicat în SEAP la 09.06.2017, şi obligă autoritatea contractantă la continuarea procedurii de atribuire, în maxim 11 zile, prin modificarea caietului de sarcini, privitor la cerințele *Greutate maximă 70 kg, Tipuri de traductori, Adâncimea minimă de scanare, traductor de tip convex, traductor de tip liniar și standarde de siguranță*.

Respinge solicitarea de modificare a caietului de sarcini în privința scăderii limitei la 18 MHz, aferentă *domeniul 7-19 MHz și de* acceptare a optimizării manuale, precum și cererea de anulare a procedurii, ca nefondate.

Prezenta decizie este obligatorie, dar împotriva ei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare, conform dispozițiilor art. 28 alin. (1) și art. 29 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.