

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 1575/C5/1758

Data: 06.06.2025

Prin contestația nr. 841/16.05.2025, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 32218/16.05.2025, formulată de PROTON IMPEX 2000 SRL, cu sediul în Voluntari, str. Ionel Teodoreanu nr. 5, județ Ilfov, având CUI RO9000578, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J23/2605/2004, reprezentată legal administrator dr. Codrin Bernevig, împotriva documentației de atribuire, elaborată de către SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ, cu sediul în str. Clinicilor nr. 3-5, Cluj-Napoca, județul Cluj, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitație deschisă, organizată în vederea încheierii acordului-cadru „Furnizare reactivi cu punere la dispoziție aparate 2025” - lot 5, s-a solicitat, s-a solicitat:

1. Obligarea autorității contractante la publicarea unor răspunsuri conforme cu legea, clare, nediscriminatorii și conforme cu principiile transparenței și tratamentului egal;

2. Suspendarea procedurii de atribuire, potrivit art. 22 din Legea 101/2016, până la soluționarea prezentei contestații.

3. În subsidiar, dacă nu se pot implementa măsurile de remediere solicitate, anularea procedurii de achiziție publică, lot 5, în baza art. 212 din Legea nr. 98/2016.

Procedura de soluționare în fața Consiliului s-a desfășurat în scris.

Pentru aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

Admite în parte contestația formulată de PROTON IMPEX 2000 SRL în contradictoriu cu SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ, și obligă autoritatea contractantă ca în termen de 10 zile de la comunicare să reformuleze răspunsul la solicitările de clarificări aferente lotului 5 cu privire la reactivii să se măsoare magneziu ionic (iMg), reactivii să

calculeze: Raportul dintre presiunea oxigenului la nivel alveolar și arterial (a/A); PSO ; indice respirator (RI); raportul dintre PO_2 și FIO_2 (PO_2/FIO_2); magneziu normalizat (nMg), raportul dintre nCA și nMg (nCa/Mg) și vizualizarea detaliată a informațiilor cu privire la starea consumabilelor.

Respinge ca tardive restul criticilor.

Obligatorie

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință de către alte persoane vătămate.