



C.N.S.C.

CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

Str. Stavropoleos nr.6, Sectorul 3, București, România, CP 030084, CIF 20329980
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 Fax. +4 021 8900745 www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) și ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 162/C3/2748

Data: 22.01.2021

Prin contestația nr. 3379/07.12.2020, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sub nr. 53944/08.12.2020, înaintată de GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA SRL, cu sediul în București, str. Barbu Văcărescu nr. 301-311, Clădirea Lakeview, et. 3, biroul nr. 1, sector 2, înmatriculată în registrul comerțului sub nr. J40/3731/2000, având CUI 12924986, reprezentată legal prin Alexandra Munteanu, administrator, formulată împotriva documentației de atribuire aferente lotului 5 - *Furnizare computer tomograf UPU proiect „Dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina”*, elaborată de autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEȚEAN OLT, cu sediul în Slatina, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 14, județul Olt, în procedura, licitație deschisă organizată în vederea atribuirii contractului de furnizare „Echipamente medicale UPU proiect *Dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina*”, inițiată cu anunțul de participare nr. CN1026493/26.11.2020, s-a solicitat, în principal, obligarea autorității contractante la modificarea parțială a documentației de atribuire pentru lotul 5 și înlocuirea unor mențiuni cu privire la specificațiile tehnice ale echipamentului computer tomograf și, în subsidiar, anularea procedurii de atribuire.

Totodată, GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA SRL solicită suspendarea procedurii de atribuire a lotului 5, până la data soluționării contestației.

Pentru aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

Admite, în parte, contestația GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA SRL, în contradictoriu cu CONSILIUL JUDEȚEAN OLT.

Obligă autoritatea contractantă la continuarea procedurii, prin modificarea caietului de sarcini (lotul 5), privitor la specificațiile tehnice atacate (pct. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, și 14 din contestație), în 20 de zile de la primirea deciziei prezente.

Respinge cererile de modificare a valorii "rata maximă de răcire a anodei" și pentru "mărimea câmpului de imagine" (punctele 6 și 13 din contestație), precum și cererea subsidiară, de anulare a documentației/procedurii de atribuire, ca nefondate.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, dar împotriva ei se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) și art. 29 din Legea nr. 101/2016.