



În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea:

DECIZIE

Nr. 2564/C1/2579

Data: 06.08.2026

Prin contestația înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sub nr. 47803/26.06.2026 (transmisă prin e-mail, în aceeași zi), formulată de SOF MEDICA SA, cu sediul în București, Șoseaua Nicolae Titulescu nr. 3, bloc A1, etaj 6, Ap. 46, sector 1, având cod fiscal RO 6719715, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/24635/1994, reprezentată legal prin administrator și convențional prin SCA ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură în București, Șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, America House, Aripa de Vest, etaj 8, sector 1, împotriva documentației de atribuire elaborată de către autoritatea contractantă SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTA ZALAU, cu sediul în Zalău, str. Bărnăuțiu Simion, nr. 67, jud. Sălaj, în cadrul procedurii de licitație deschisă online, organizată în vederea atribuirii contractului de achiziție publică, având ca obiect: „Furnizare Sistem de Chirurgie Robotica” cod CPV 33169500-7, s-a solicitat:

1. În principal, obligarea Autorității contractante la adoptarea măsurilor de remediere necesare stabilirii legalității Procedurii de atribuire CN1093507, în sensul:

(i) eliminării și/sau reformulării specificațiilor tehnice și factorilor de evaluare restrictivi și discriminatorii din cuprinsul anunțului de participare, din cuprinsul fișei de date a achiziției și din cuprinsul caietului de sarcini, precum și din orice alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire, respectiv

(ii) în sensul stabilirii unor cerințe minimale, cu respectarea principiilor generale al transparenței, al nediscriminării și al liberului acces;

2. În subsidiar, în măsura în care adoptarea măsurilor de remediere nu ar fi posibilă, să dispună anularea Procedurii de atribuire CN1093507;

3. Obligarea autorității contractante la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers.

4. Accesul la dosarul cauzei.

În luarea deciziei, CONSILIUL, legal investit, a avut în vedere următoarele:

Pentru aceste motive
în baza documentelor depuse de părți,
CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

DECIDE:

Admite, în parte, contestația formulată de SOF MEDICA SA în contradictoriu cu autoritatea contractantă SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU și obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 10 zile de la data comunicării prezentei decizii, să remedieze documentația de atribuire, cu respectarea prevederilor legale și a considerentelor prezentei, în sensul:

- eliminării cerinței privind integrarea consolei cu un al doilea sistem robotic modular cu un singur braț, Single-Port, de la același producător;
- reformulării în termeni funcționali, ori completării cu mențiunea „sau echivalent”, a cerințelor privind poziționarea mânerelor de transport ale consolei, arhitectura de susținere a brațelor robotice, respectiv cerința ca acestea să fie montate pe un braț principal orizontal, numărul minim de articulații totale și ajustabile ale brațelor robotice, numărul de hub-uri rotative, capacitatea minimă de rotație a structurii portante, amplitudinea minimă a articulației dedicate distanței pacient-braț, numărul de comutatoare dedicate ajustării distanței față de pacient, numărul de joystick-uri de comandă a structurii portante, forța maximă de inițiere a mișcării platformei, modalitatea de reglaj al sursei de lumină, în sensul acceptării deopotrivă a reglajului continuu și a celui în trepte, numărul minim de moduri de activare a markerului ICG, diagonala minimă a monitorului, factorul minim de magnificare, numărul și structura ieșirilor video, numărul minim de butoane de control ale endoscopului, debitul insuflatorului și cerința sistemului de încălzire a CO2, numărul minim de porturi de ieșire și de programe de memorie ale generatorului electrochirurgical, autonomia minimă și localizarea bateriei interne de rezervă;
- completării cu mențiunea „sau echivalent” a cerințelor privind funcțiile EndoCut IQ, TwinCoag și PreciseSect ale sistemului de electrochirurgie;

- clarificării caracterului obligatoriu ori opțional al cerințelor privind unitatea de telechirurgie, precum și a conținutului cerinței privind ajustările avansate ale brațelor;

- eliminării sau reformulării factorilor de evaluare nr. 3 - bateria internă de rezervă și nr. 4 - sistemul de telechirurgie, distanța de operare, cu recalcularea corespunzătoare a ponderilor.

Respinge, în rest, ca nefondată, contestația formulată de SOF MEDICA SA în contradictoriu cu autoritatea contractantă SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU.

Respinge, ca nedovedit, capătul de cerere privind obligarea autorității contractante la plata cheltuielilor de judecată.

Obligatorie.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.