

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea:

DECIZIE

Nr. 651/C1/698

Data: 12.03.2024

Prin contestația nr. 600/04.03.2025, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sub nr. 13916/04.03.2025 (transmisă prin e-mail, la data de 04.03.2025), formulată de HIDRO SALT B-92 SRL, cu sediul în București, sector 2, str. Viitorului, nr. 50, având cod unic de înregistrare RO8309185, înmatriculată la Oficiul pentru Registrul Comerțului sub nr. J40/2167/1996, reprezentată prin administrator, împotriva răspunsului consolidat nr. 2 din 26.02.2025, aferent documentației de atribuire elaborată de către ORAȘUL NEHOIU, cu sediul în localitatea Nehoiu, județul Buzău, Calea Mihai Viteazu, nr. 43, în cadrul procedurii simplificate online, organizată în vederea încheierii contractului de achiziție publică, având ca obiect: *„Servicii pentru elaborarea P.T., D.D.E., D.T.A.C., D.T.O.E., asistența tehnică din partea proiectantului în perioada de execuției a lucrărilor și execuție de lucrări de construcții, aferente obiectului de investiții: Înființare spațiu pentru îngrijiri paliative în unități cu paturi și spațiu RMN la Spitalul Orășenesc Nehoiu”*, cod CPV: 45215120-4, s-a solicitat:

(i) înlăturarea următoarelor specificații tehnice care sunt restrictive, afectează libera concurență (sunt copiate specificații tehnice ale unui echipament regăsit pe piață și sunt redactate astfel încât: (i) nu permit niciunui alt producător în afara de Canon să participe și (ii) nu aduc niciun plus de valoare), respectiv:

(1) Magnet: Lungime tunel pacient, inclusiv capace: maxim 162 cm

(2) Sistem de gradient: Amplitudine maximă, pe fiecare axă minim 33 m T/m; Slew Rate, maxim pe fiecare axă: minim 200 mT/m/msec

(3) Masa pacient și facilități pentru confortul pacientului: Masa de examinare a pacientului trebuie să asigure un domeniu de scanare pe axa z de minim 200 cm pentru realizarea unei examinări de tip whole body

(4) Masa pacient si facilitate pentru confortul pacientului: Masa de examinare a pacientului trebuie sa suporte o greutate a acestuia (pentru orice mișcare a mesei, fie vertical, fie orizontal) de minim 250 kg (pacient si echipamente accesorii) și să permită o coborâre până la o distanță față de sol de 50 cm sau mai jos.

(5) Computer gazda: Consola de achiziție trebuie să includă un sistem echipat cu un procesor performant cu minim 8 nuclee, cu o viteză de minim 3 GHz si o memorie RAM de minim 32 GB care sa asigure puterea necesara pentru achiziția și procesarea rapidă a imaginilor, cu capacitate de stocare minim 1 TB

(6) Computer gazda: Consola de achiziție trebuie să includă un monitor color cu ecran plat, cu o diagonala de minim 24 inch, cu rezoluție monitor minim 1600x1200

(7) Antene: Antena pentru examinări de coloana vertebrală cu minim 40 elemente/40 canale, integrată în masa de examinare - 1 bucata

(8) Parametrii de scanare: FOVmaxim scanat: minim 50x50x45 cm (axX, Y, Z); Secțiune minima slice în 2D: maxim 0,1 mm și Secțiune minima slice în 3D: maxim 0,05 mm; Matrice de achiziție: interval minim 64x64 - 1024x1024

(9) Tehnica bazată pe deep learning care generează imagini cu rezoluție spațială mai mare din imagini cu rezoluție mai mica, cu capacitatea de a tripla dimensiunile matricei în ambele direcții în plan, atenuând în același timp artefactele de repliere.;

(ii) obligarea autorității contractante la indicarea unor specificații tehnice care să respecte libera concurență.

În luarea deciziei, **CONSILIUL**, legal investit, a avut în vedere următoarele:

Pentru aceste motive
în baza documentelor depuse de părți,
CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

DECIDE:

Admite excepția invocată de către autoritatea contractantă și, pe cale de consecință, respinge, ca tardivă, contestația depusă de HIDRO SALT B-92 SRL, în contradictoriu cu ORAȘUL NEHOIU.

Obligatorie.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.