

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) și ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr.

Data:

Prin contestația 764/16.11.2021, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 60021/17.11.2021, înaintată de SC ... SRL, cu sediul social în ..., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ..., reprezentată legal prin administrator Gheorghe Bulat, formulată împotriva raportului procedurii nr. 12452/08.11.2021, emis de ..., cu sediul în ..., în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii simplificate organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect „*Lotul 1 - Seringă automată – injectomat*”, cod CPV 33194110-0 - Pompe de perfuzie (Rev.2), s-a solicitat:

- *anularea raportului procedurii nr. 12452/08.11.2021, aferent lotului 1, publicat în SEAP la data de 10.11.2021, prin care a fost declarată câștigătoare oferta SC SRL;*

- *obligarea autorității contractante la reluarea procedurii de atribuire de la etapa evaluării ofertelor tehnice depuse pentru lotul 1 și la reevaluării ofertei tehnice câștigătoare, cu respectarea cerințelor solicitate prin lege, prin caietul de sarcini și fișa de date a achiziției.*

**CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR,
asupra cauzei de față, constată următoarele:**

Consiliul a fost legal sesizat și este competent, potrivit dispozițiilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 101/2016, să soluționeze contestația de față, prin care SC ... SRL reclamă decizia autorității contractante de a desemna câștigătoare oferta depusă de SC ... SRL.

În fapt, în data de 10.11.2021, contestatoarea a luat la cunoștință că oferta declarată câștigătoare, pentru lotul 1, a fost cea depusă de SC ... SRL, după aplicarea criteriului de atribuire și verificarea documentelor suport aferente probării informațiilor prezentate în DUAE.

În urma studierii documentelor tehnice ale ofertantului declarat câștigător, petenta a ajuns la concluzia că acesta a fost calificat tehnic și declarat admisibil, pentru lotul 1, în mod eronat, nefondat.

Aceasta apreciază că există neconcordanțe majore între solicitările minimale din caietul de sarcini și oferta tehnică depusă de SC ...SRL, raportat și la răspunsul consolidat la clarificări, și anume:

Specificație solicitată în caietul de sarcini

14. Seringa automată/pompă ce poate fi utilizată la adulți, copii și nou-născuți. Posibilitate de administrarea intermitentă sau continuă a lichidelor parenterale și enterale, posibilitate de administrare a substanțelor medicale și farmaceutice în regim PCA și TCI, posibilitate de folosire de sine stătător, ușor de utilizat în transport pacienți sau posibilitate de andocare într-o stație.

Neconformități ...(...) ținând cont de Răspunsul consolidat nr. 10196 - din 15.09.2021

La pagina indicată **7** din Manualul de utilizare nu se regăsește informația ce dovedește îndeplinirea următoarei cerințe minime din caietul de sarcini: „posibilitatea de andocare într-o stație”

Cerința minimă neîndeplinită!

Specificație solicitată în caietul de sarcini

19. Timpul de funcționare al bateriei reîncărcabile-aprox. 19 h la debit de 5 ml/h sau 10 h la la 25 ml/h tip

Neconformități ...(...) ținând cont de Răspunsul consolidat nr. 10196 - din 15.09.2021

La pagina indicată **72** din Manualul de utilizare nu se regăsește informația ce dovedește îndeplinirea următoarei cerințe minime din caietul de sarcini: timpul de funcționare „10 h un debit de 25 ml/h” ci doar 30 h pe un debit mult inferior (5 ml)

Cerința minimă neîndeplinită!

Specificație solicitată în caietul de sarcini

23. Posibilitate de funcționare în regim Analgezie Controlată de Pacient (PCA) cu posibilitatea de atașare a unui dispozitiv pentru pacient (buton de cerere). Pompa să aibă posibilitatea de a fi setată inițial pentru mod de administrare continuu și apoi comutată pe administrare în regim PCA dacă pacientul are nevoie. Semnalizare acustică a bolusurilor cerute de pacient.

Neconformități ...(...) ținând cont de Răspunsul consolidat nr. 10196 - din 15.09.2021

În oferta tehnică este prezentat Manualul de utilizare pentru 3 modele: **S100, S200** și **S300** cu prezentarea la pagina 9 (4/32) a diferențelor dintre cele 3 echipamente.

La pagina **1, 2** din Fișa cu specificații tehnice sunt prezentate două modele S300PCA/PCEA și S300TCI/TIVA.

Acest fapt induce în eroare prin necorespondența clară între echipamentul oferit și Fișa tehnică cu date ale tuturor echipamentelor ... disponibile pe piața (injectomate și infusomate).

În niciun alt document prezentat în propunerea tehnică nu se face referire la celelalte modele (S300 PCA/PCEA și S300TCI/TIVA) care fac trimitere la respectarea acestei cerințe minime din caietul de sarcini.

Cerința minimă neîndeplinită!

Specificație solicitată în caietul de sarcini

39. Posibilitate de afișare a următorilor parametri de perfuzie în timpul perfuziei:

- stare acumulator;
- conectarea la sursa principală de curent alternativ (220 V);
- nivelul presiunii de ocluzie setat;
- nivelul presiunii de ocluzie actual;
- profilul de administrare;
- semnalarea stării de volum sau a timp preselectat/țintă;
- semnalare faptului că pompa se află în proces de perfuzie;
- debitul/doza de administrare;
- unitatea de măsură a dozei/debitului;
- volumul deja perfuzat;
- perioadă cât mai perfuzează;
- volumul rămas de perfuzat;
- numele medicamentului selectat din biblioteca de medicamente;
- concentrația din seringă;

Neconformități ...(...) ținând cont de Răspunsul consolidat nr. 10196 - din 15.09.2021

La pagina indicată **28** din Manualul de utilizare nu se regăsesc informațiile ce dovedesc îndeplinirea următoarelor cerințe minime din caietul de sarcini:

- perioadă cât mai perfuzează;
- volumul rămas de perfuzat;

Cerința minimă neîndeplinită!

Specificație solicitată în caietul de sarcini

41. Bibliotecă de medicamente cu posibilitate de editare a dozelor recomandate, limite maxime și minime de dozaj, clasificare în 30 de categorii a 1200 medicamente, cu 10 concentrații pe medicament, 16 profile de pacient și 50 de domenii de tratament.

Neconformități ...(...) ținând cont de Răspunsul consolidat nr. 10196 - din 15.09.2021

La pagina indicată **73** din Manualul de utilizare nu se regăsește informația ce dovedește îndeplinirea următoarei cerințe minime din caietul de sarcini: „16 profile de pacient”

Cerința minimă neîndeplinită!

PREALARME ȘI ALARME

Specificație solicitată în caietul de sarcini

49. Prealarma înainte de terminarea seringii

Neconformități ...(...) ținând cont de Răspunsul consolidat nr. 10196 din 15.09.2021

La pagina indicată 59 din Manualul de utilizare nu se regăsește informația ce dovedește îndeplinirea acestei cerințe minime, ci doar că „seringa a fost complet golită” - specificație solicitată în acest Caiet de sarcini, la punctul 55

Cerinta minima neîndeplinită!

Specificație solicitată în caietul de sarcini

53. Alarmă la atingerea volumului sau timpului preselectat/programat

Neconformități ...(...) ținând cont de Răspunsul consolidat nr. 10196 din 15.09.2021

La pagina indicată **60** din Manualul de utilizare nu se regăsește informația ce dovedește îndeplinirea cerinței: „ alarma la atingerea ... timpului preselectat”, ci doar a volumului preselectat cu afișarea timpului până la golirea seringii. Timpul de administrare este setat în funcție de terapia de infuzie, cu administrare continuă prin schimbarea multiplă a seringilor până la atingerea timpului maxim indicat de medic, cu respectarea intervalului maxim al oricărui injectomat, în cazul de față indicat la pagina **72** din Manual: „Preselectare timp 00:01 - 200:00 h”

Cerința minimă neîndeplinită!

Specificație solicitată în caietul de sarcini

56. Posibilitate de modificare a volumului alarmei cel puțin în 9 nivele

Neconformități ...(...) ținând cont de Răspunsul consolidat nr. 10196 din 15.09.2021

La pagina indicată **57** din Manualul de utilizare nu se regăsește informația ce dovedește îndeplinirea acestei cerințe, ci doar 3 nivele: ridicat, mediu și scăzut. Totodată, la punctul 13.3 din această pagină este menționat faptul că „ajustarea nivelului de volum nu este disponibil în pompă”, așa cum s-a solicitat.

Cerința minimă neîndeplinită!

Specificație solicitată în caietul de sarcini

FUNCȚII SPECIALE

Posibilitate de programare a modului de administrare:

Specificație solicitată în caietul de sarcini

66. - Mod intermitent (cu 2 faze repetitive)

Neconformități ...(...) ținând cont de Răspunsul consolidat nr. 10196 din 15.09.2021

La pagina indicată **47** din Manualul de utilizare se regăsește informația ce dovedește îndeplinirea acestei cerințe și a fost indicat ca răspuns și la cerința nr 67.

Cerința minimă neîndeplinită!

Specificație solicitată în caietul de sarcini

67. - Mod crescător și descrescător (cu faza de creștere, faza continuă și faza de descreștere)

Neconformități ...(...) ținând cont de Răspunsul consolidat nr. 10196 din 15.09.2021

Specificație solicitată în caietul de sarcini

69. Funcția pentru depistarea scăderilor și creșterilor de presiune cu reducerea duratei de timp până la declanșarea alarmei pentru perfuziile efectuate la debite scăzute și/sau cu medicamente cu timp scurt de înjumătățire; poate fi utilizată cu toate dimensiunile de seringi.

Funcția se activează când debitul perfuziei este mai mic decât următoarele valori în funcție de dimensiunea seringii:

- La seringă 50 ml funcția se activează la debite < 30 ml/h
- La seringă 20 ml funcția se activează la debite < 14 ml/h
- La seringă 10 ml funcția se activează la debite < 9,8 ml/h

Neconformități ...(...) ținând cont de Răspunsul consolidat nr. 10196 din 15.09.2021

La pagina indicată **57** din Manualul de utilizare nu se regăsește informația ce dovedește îndeplinirea acestei cerințe, cu limitele de debite impuse pentru diferite tipuri de seringă.

Cerința minimă neîndeplinită!

Specificație solicitată în caietul de sarcini

70. Conexiune USB la un computer

Neconformități ...(...) ținând cont de Răspunsul consolidat nr. 10196 din 15.09.2021

La pagina indicată **73** din Manualul de utilizare nu se regăsește informația ce dovedește îndeplinirea acestei cerințe, ci se indică porturi de comunicare RS232 și conector optic pentru a comunica cu stația de andocare.

Cerința minimă neîndeplinită!

Specificație solicitată în caietul de sarcini

71. Posibilitate de andocare într-o stație cu modul de centralizare și amplificare alarme

Neconformități ...(...) ținând cont de Răspunsul consolidat nr. 10196 din 15.09.2021

La pagina indicată **4** din Manualul de utilizare nu se regăsește informația completă: „stație cu modul de centralizare și amplificare alarme”.

Cerința minimă neîndeplinită!

Specificație solicitată în caietul de sarcini

72. Posibilitatea de suprapunere a trei pompe în diferite combinații: 3 injectomate sau injectomate cu infuzomate, fără necesitatea utilizării unei stații speciale sau alte accesorii ce ar implica costuri suplimentare

Neconformități ...(...) ținând cont de Răspunsul consolidat nr. 10196 din 15.09.2021

La pagina indicată **4** din Manualul de utilizare nu se regăsește informația conform căreia echipamentul oferă „posibilitatea de suprapunere a trei pompe în diferite combinații: 3 injectomate sau

injectomate cu infuzomate, fără necesitatea utilizării unei stații speciale sau alte accesorii ce ar implica costuri suplimentare”.

Cerința minimă neîndeplinită!

Specificație solicitată în caietul de sarcini

73. Șine de ghidare pentru atașare asistată cu sistem de blocare, pentru conectarea pompelor suprapuse sau pentru introducerea într-o stație;

Neconformități ...(...) ținând cont de Răspunsul consolidat nr. 10196 din 15.09.2021

La pagina indicată **4** din Manualul de utilizare nu se regăsește informația conform căreia echipamentul ofertat are „șine de ghidare pentru atașare asistată cu sistem de blocare, pentru conectarea pompelor suprapuse sau pentru introducerea într-o stație”.

Cerința minimă neîndeplinită!

Petenta precizează că numerotarea curentă a neconformităților corespunde numerotării făcute de ofertantul câștigător în propunerea sa tehnică.

De asemenea, aceasta invocă următoarele prevederi din fișa de date și caietul de sarcini, puse la dispoziție de autoritatea contractantă:

„IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice:

Ofertantul are obligația de a face dovada conformității produselor care urmează să fie furnizate cu cerințele prevăzute în Caietul de sarcini”, respectiv

„Toate condițiile și caracteristicile menționate în specificația tehnică sunt obligatorii. Neîndeplinirea unei singure cerințe atrage de la sine excluderea din procedură”.

Având în vedere motivele prezentate, autoarea contestației apreciază că oferta tehnică a SC ...SRL, pentru lotul 1, a fost declarată câștigătoare în mod nefondat.

Autoritatea contractantă a transmis documentele necesare în soluționarea contestației și punctul său de vedere nr. 12979/22.11.2021, înregistrat la Consiliu cu nr. 61141/23.11.2021, prin care a răspuns punctual criticilor, după cum urmează:

1. Cerința invocată: *Seringă automată/pompă ce poate fi utilizată la adulți, copii și nou-născuți. Posibilitate de administrarea intermitentă sau continuă a lichidelor parenterale și enterale, posibilitate de administrare a substanțelor medicale și farmaceutice în regim PCA, posibilitate de folosire de sine stătător, ușor de utilizat în transport pacienți sau posibilitate de andocare într-o stație.*

Răspuns: Cerința tehnică este îndeplinită de către ..., prin documentația tehnică transmisă (Manual utilizare injectomate ... pag. 7 și 73) - menționată cu nr. 1 în cadrul analizei propunerii tehnice.

Autoritatea precizează că petenta scoate cerința din context, menționând că echipamentul ofertat nu respectă „posibilitatea de andocare într-o stație”, însă cerința prevede că echipamentul trebuie să

fie "... ușor de utilizat în transport pacienți SAU posibilitate de andocare într-o stație...".

2. Cerința invocată: *Timpul de funcționare al bateriei reîncărcabile -aprox. 19 h la debit de 5 ml/h sau 10 h la la 25 ml/h tip.*

Răspuns: Cerința tehnică îndeplinită de ..., prin documentația tehnică transmisă (Manual utilizare injectomate ... pag . 72). Timpul de funcționare al bateriei este de 30 ore la debit de 5 ml/h, fiind superior (cu 11 ore) celui solicitat prin caietul de sarcini - menționată cu nr. 9 în cadrul analizei propunerii tehnice.

3. Cerința invocată: *Posibilitate de funcționare în regim Analgezie Controlată de Pacient (PCA) cu posibilitatea de atașare a unui dispozitiv pentru pacient (buton de cerere). Pompa să aibă posibilitatea de a fi setată inițial pentru mod de administrare continuu și apoi comutată pe administrare în regim PCA dacă pacientul are nevoie.*

Răspuns: Cerința tehnică îndeplinită de ..., prin documentația tehnică transmisă (Fișa cu specificații tehnice pag. 1, 2), unde este menționată această specificație.

4. Cerința invocată: *Posibilitate de afișare a următorilor parametri de perfuzie în timpul perfuziei:*

- stare acumulator;
- conectarea la sursa principală de curent alternativ (220 V);
- nivelul presiunii de ocluzie setat;
- nivelul presiunii de ocluzie actual;
- profilul de administrare;
- semnalarea stării de volum sau a timp preselectat/țintă;
- semnalare faptului că pompa se află în proces de perfuzie;
- debitul/doza de administrare;
- unitatea de măsură a dozei/debitului;
- volumul deja perfuzat;
- perioadă cât mai perfuzează;
- volumul rămas de perfuzat;
- numele medicamentului selectat din biblioteca de medicamente;
- concentrația din seringă;

Răspuns: Cerința tehnică îndeplinită de ..., prin documentația tehnică transmisă (Manual utilizare injectomate ... pag. 28, 29, 33) - menționată cu nr. 23 (a,b... m,n) în cadrul analizei propunerii tehnice.

5. Cerința invocată: *Biblioteca de medicamente cu posibilitate de editare a dozelor recomandate, limite maxime și minime de dozaj, clasificare în 30 de categorii a 1200 medicamente, cu 10 concentrații pe medicament, 16 profile de pacient și 50 de domenii de tratament sau echivalent.*

Răspuns: Cerința tehnică îndeplinită de ..., prin documentația tehnică transmisă (Manual utilizare injectomate ... pag. 73). Cerința tehnică superioară: 40 categorii, 5000 proceduri - menționată cu nr. 25 în cadrul analizei propunerii tehnice.

6. Cerința invocată: Prealarma înainte de terminarea seringii

Răspuns: Cerința tehnică îndeplinită de ..., prin documentația tehnică transmisă (Manual utilizare injectomate ... pag. 59). Menționată cu nr. 33 în cadrul analizei propunerii tehnice – „...Seringă goală. Alarma aparare atunci când a fost atins vol. minim de lichid definit în seringă...”.

7. Cerința invocată: Alarmă la atingerea volumului sau timpului preselectat/programat.

Răspuns: Cerința tehnică îndeplinită de ..., prin documentația tehnică transmisă (Manual utilizare injectomate ... pag. 60) - menționată cu nr. 37 în cadrul analizei propunerii tehnice – „... Alarma ... atingerea timp până la golire. Timpul prealarmerii poate fi configurat...”

8. Cerința invocată: *Posibilitate de modificare a volumului alarmei cel puțin în 9 nivele.* Cerința modificată prin răspuns la solicitare de clarificare nr. 10196 din 15.09.2021, astfel: *Volum alarmă cu posibilitate de reglare pe 3 niveluri*

Răspuns: Cerința tehnică îndeplinită de ...prin documentația tehnică transmisă (Manual utilizare injectomate ... pag. 57) - menționată cu nr. 40 în cadrul analizei propunerii tehnice.

9. Cerința invocată: *Posibilitate de programare a modului de administrare: Mod intermitent (cu 2 faze repetitive).*

Răspuns: Cerința tehnică îndeplinită de ..., prin documentația tehnică transmisă (Manual utilizare injectomate ... pag. 47) - menționată cu nr. 47 în cadrul analizei propunerii tehnice - *Perfuzie intermitenta.*

10. Cerința invocată: *Posibilitate de programare a modului de administrare: Mod crescător și descrescător (cu faza de creștere, faza continuă și faza de descreștere), cerința modificată prin răspunsul consolidate la solicitări de clarificare nr. 10196 din 15.09.2021, astfel: Posibilitate de programare a modului de administrare: Mod crescător și descrescător (cu faza de creștere, faza continuă și faza de descreștere) sau echivalent.*

Răspuns: Cerința tehnică îndeplinită de ..., prin documentația tehnică transmisă (Manual utilizare injectomate ... pag. 47) - menționată cu nr. 48 în cadrul analizei propunerii tehnice - *modul ofertat fiind echivalent - conform cerinței.*

11. Cerința invocată: *Funcția pentru depistarea scăderilor și creșterilor de presiune cu reducerea duratei de timp până la declanșarea alarmei pentru perfuziile efectuate la debite scăzute și/sau cu medicamente cu timp scurt de înjumătățire; poate fi utilizată cu toate dimensiunile de seringi. Funcția se activează când debitul perfuziei este mai mic decât următoarele valori în funcție de dimensiunea seringii: La seringă 50 ml funcția se activează la debite < 30 ml/h, la seringă 20 ml funcția se activează la debite < 14 ml/h, la seringă 10 ml funcția se activează la debite < 9,8 ml/h.*

Răspuns: Cerința tehnică îndeplinită de ..., prin documentația tehnică transmisă (Manual utilizare injectomate ... pag. 41, 42) - menționată cu nr. 50 în cadrul analizei propunerii tehnice.

12. Cerința invocată: *Conexiune USB la un computer*

Răspuns: Cerința tehnică îndeplinită de ..., prin documentația tehnică transmisă (Manual utilizare injectomate ... pag. 73) - menționată cu nr. 51 în cadrul analizei propunerii tehnice.

13. Cerința invocată: *Posibilitate de andocare într-o stație cu modul de centralizare și amplificare alarme*

Răspuns: Cerința tehnică îndeplinită de ..., prin documentația tehnică transmisă (Manual utilizare injectomate ... pag. 4) - menționată cu nr. 52 în cadrul analizei propunerii tehnice - „...montare în stații de andocare ...”

14. Cerința invocată: *Posibilitatea de suprapunere a trei pompe în diferite combinații; 3 injectomate sau injectomate cu infuzomate, fără necesitatea utilizării unei stații speciale sau alte accesorii ce ar implica costuri suplimentare.*

Răspuns: Cerința tehnică îndeplinită de ...prin documentația tehnică transmisă (Manual utilizare injectomate ... pag. 4) - menționată cu nr. 53 în cadrul analizei propunerii tehnice - "...montare în stații de andocare... pe coloana verticală sau orizontală ...”

15. Cerința invocată: *Șine de ghidare pentru atașare asistată cu sistem de blocare, pentru conectarea pompelor suprapuse sau pentru introducerea într-o stație;*

Răspuns: Cerința tehnică îndeplinită de ..., prin documentația tehnică transmisă (Manual utilizare injectomate ... pag. 4) - menționată cu nr. 54 în cadrul analizei propunerii tehnice - „...montare în stații de andocare... pe coloana verticală sau orizontală ...”.

În concluzie, autoritatea contractantă consideră temeinică și legală decizia sa de admitere și stabilire a conformității și admisibilității propunerii tehnice a ofertantului SC ...SRL, prin îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini - lot 1, iar contestația depusă ca fiind netemeinică și nefondată.

De asemenea, menționează că în cadrul procesului de verificare și evaluare a ofertelor, comisia de evaluare a respectat întocmai principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică, stabilite conform prevederilor art. 2 din Legea nr. 98/2016, cât și a obligațiilor care îi revin în conformitate cu dispozițiilor art. 132 și următoarele din HG nr. 395/2016.

Din analiza susținerilor părților și a documentelor existente la dosarul cauzei, Consiliul reține cele ce urmează:

..., în calitate de autoritate contractantă, a inițiat la 03.09.2021, procedura simplificată, pe loturi, în vederea atribuirii contractului având ca obiect „Lotul 1 - Seringă automată - injectomat” și „Lotul 2 -

Fibroscop flexibil și unit de examinare", prin publicarea în SEAP a anunțului de participare simplificat și a documentației de atribuire SCN1092300, valoarea estimată fiind de 361.600 lei, fără TVA, termen stabilit pentru depunerea ofertelor 20.09.2021, ora 15:00. Criteriul de atribuire „Prețul cel mai scăzut”.

În cadrul procedurii de atribuire pentru lotul 1 au fost depuse 3 oferte, respectiv SC SRL, SC ...SRL și SC SRL, contestatoarea din prezenta cauză.

Preliminar analizei contestației, Consiliul constată că, pentru a îndeplini obligația stabilită la art. 61¹ alin. (2¹) din Legea nr. 101/2016, contestatoarea a înaintat recipisa de consemnare a cauțiunii nr. 207643429/1, în valoare de 4.032,00 lei, emisă de CEC Bank – Sucursala ..., la data de 16.11.2021.

Cauțiunea constituită se va restitui, la cerere, nu mai devreme de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii, în temeiul art. 61¹ alin. (5) și (6) din Legea nr. 101/2016.

Prin contestația formulată SC ...SRL critică decizia autorității contractante cu privire la oferta declarată câștigătoare solicitând anularea raportului procedurii de atribuire nr. 12452/08.22.2021, aferent lotului 1 și obligarea autorității contractante la reluarea procedurii de atribuire de la etapa evaluării ofertelor tehnice depuse pentru lotul 1 și la dispunerea de măsuri de remediere, în sensul reevaluării ofertei tehnice câștigătoare cu respectarea cerințelor din caietul de sarcini și fișa de date a achiziției.

Contestatoarea susține că după studierea ofertei la sediul autorității contractante a ajuns la concluzia că propunerea tehnică a ofertantului declarat câștigător a fost declarată în mod eronat admisibilă pentru lotul 1, pentru aspecte pe care le prezintă punctual, Consiliul urmând de asemenea să le analizeze în ordinea și modul prezentat de contestatoare.

O primă critică a contestatoarei se referă la următoarele:

Specificație solicitată în caietul de sarcini

(pct 14 oferta ...) *„Seringa automată/pompă ce poate fi utilizată la adulți, copii și nou-născuți. Posibilitate de administrarea intermitentă sau continuă a lichidelor parenterale și enterale, posibilitate de administrare a substanțelor medicale și farmaceutice în regim PCA și TCI, posibilitate de folosire de sine stătător, ușor de utilizat în transport pacienți sau posibilitate de andocare într-o stație”.*

Neconformități ...(...) ținând cont de Răspunsul consolidat nr. 10196 din 15.09.2021

La pagina indicată **7** din Manualul de utilizare nu se regăsește informația ce dovedește îndeplinirea următoarei cerințe minime din caietul de sarcini *„posibilitatea de andocare într-o stație”.*

Cerința minimă neîndeplinită!

Contestatoarea invocă în apărare prevederile fișei de date a achiziției de la cap. IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice, potrivit cărora:

„Ofertantul are obligația de a face dovada conformității produselor care urmează să fie furnizate cu cerințele prevăzute în Caietul de sarcini”.

În soluționarea criticii, Consiliul reține că urmare unor solicitări de clarificări referitoare la cerințele stabilite prin caietul de sarcini pentru lotul 1, autoritatea contractantă a publicat în SEAP Răspunsul consolidat la solicitările de clarificări, prin care, la întrebarea nr. 1, a fost publicat următorul răspuns:

„1. Se acceptă

*Astfel specificația „...Seringă automată/pompa ce poate fi utilizată la adulți, copii și nou-născuți. Posibilitatea de administrare intermitentă sau continuă a lichidelor parenterale și enterale, posibilitate de administrare a substanțelor medicale și farmaceutice în regim PCA și TCI, posibilitate de folosire de sine stătător, ușor de utilizat în transport pacienți sau posibilitatea de andocare într-o stație...” devine „Seringă automată/pompă ce poate fi utilizată la adulți, copii și nou-născuți. Posibilitate de administrarea intermitentă sau continuă a lichidelor parenterale și enterale, posibilitate de administrare a substanțelor medicale și farmaceutice în regim PCA, posibilitate de folosire de sine stătător, **ușor de utilizat în transport pacienți sau posibilitate de andocare într-o stație**”, fiind astfel eliminată sintagma „și TCI”.*

Consiliul constată că din Manualul de utilizare, prezentat tradus în limba română ca urmare a solicitării de clarificări nr. 11114/08.10.2021, rezultă că cerința este îndeplinită, așa cum a fost aceasta stabilită prin clarificări.

În acest sens, Consiliul reține că cerința este permisivă, prin aceasta s-a dat posibilitatea ofertanților să facă dovada că echipamentul este „... **ușor de utilizat în transport pacienți SAU posibilitate de andocare într-o stație...**”.

La pagina 7/83 a Manualului de utilizare este menționat că:

*„Injectomatele pot fi utilizate în diverse medii clinice, **inclusiv transport**, secții de profil general, unități de terapie intensivă, unități de neonatologie și pediatrie, săli de operații și secții postoperatorii, precum și secții de prim ajutor”.*

De asemenea, Consiliul constată că la punctul 2.1 Modalități de montare a pompelor, printre acestea este indicată ca modalitate de montare **„În stații de andocare”**, alături de **„Montat pe coloană verticală sau pe șină orizontală”** sau **„Pe noptieră (nerecomandat)”**.

Faptul că echipamentul are posibilitatea de andocare rezultă inclusiv din informațiile din Fișa tehnică unde sunt prezentate imagini cu stații de andocare de 2-4-6-8 unități.

Astfel, se face dovada că echipamentul este ușor de utilizat în cazul transportului pacienților și de asemenea că poate fi montat în stații de andocare, cerința fiind îndeplinită în totalitate, critica urmând a fi respinsă ca nefondată.

Este criticată de asemenea neîndeplinirea cerinței din caietul de sarcini prevăzută la punctul 19.

Specificație solicitată în caietul de sarcini

(pct 19 oferta ...) *„Timpul de funcționare al bateriei reîncărcabile- aprox. 19 h la debit de 5 ml/h sau 10 h la 25 ml/h tip”.*

Neconformități ...(...) ținând cont de Răspunsul consolidat nr. 10196 - din 15.09.2021.

La pagina indicată 72 din Manualul de utilizare nu se regăsește informația ce dovedește îndeplinirea următoarei cerințe minime din caietul de sarcini: timpul de funcționare *„10 h un debit de 25 ml/h”* ci doar 30 h pe un debit mult inferior (5 ml).

Cu privire la această cerință Consiliul constată că la pagina 72/83 din Manualul de utilizare rezultă că echipamentul îndeplinește cerința de *„Timp de funcționare: 30 hours @ 5 ml/h”*, cum de altfel în mod corect a indicat și ofertantul în coloana 2 din propunerea sa tehnică, respectiv *„Timp de funcționare baterie 30 ore la debit de 5ml/h – **Conform Manual de utilizare injectomate ...pag. 72**”*. Timpul de funcționare al bateriei reîncărcabile de 30 de ore față de cerința de „aprox. 19” impusă de autoritatea contractantă fiind o cerință superioară celei din caietul de sarcini, critica dovedindu-se nefondată.

Specificație solicitată în caietul de sarcini

(pct 23 oferta ...) *„Posibilitate de funcționare în regim Analgezie Controlată de Pacient (PCA) cu posibilitatea de atașare a unui dispozitiv pentru pacient (buton de cerere). Pompa să aibă posibilitatea de a fi setată inițial pentru mod de administrare continuu și apoi comutată pe administrare în regim PCA dacă pacientul are nevoie. Semnalizare acustică a bolusurilor cerute de pacient”.*

Neconformități ...(...) ținând cont de Răspunsul consolidat nr. 10196 - din 15.09.2021.

În susținerea criticii contestatoarea arată că în oferta tehnică este prezentat Manualul de utilizare pentru 3 modele: **S100, S200 și S300** cu prezentarea la pagina 9 (4/32) a diferențelor dintre cele 3 echipamente, iar la pagina 1, 2 din Fișa cu specificații tehnice sunt prezentate două modele S300PCA/PCEA și S300TCI/TIVA, fapt ce induce în eroare prin necorespondența clară între echipamentul ofertat și fișa tehnică ce conține date ale tuturor echipamentelor ... disponibile pe piață (injectomate și infusomate) și că în niciun alt document prezentat în propunerea tehnică nu se face referire la modelele S300 PCA/PCEA și S300TCI/TIVA care fac trimitere la respectarea acestei cerințe minime din caietul de sarcini.

Consiliul reține că prin solicitarea de clarificări a fost cerută eliminarea cerinței „*Semnalizare acustică a bolusurilor cerute de pacient*”, solicitare cu care autoritatea contractantă a fost de acord prin adresa nr. 10196/15.09.2021 publicată în SEAP.

În ceea ce privește susținerile contestatoarei acestea sunt nefondate, modelul ofertat de către ofertantul câștigător este cel produs de către ...pentru care a depus Manual de utilizare pentru Injectomat S100, S200, S300 și Fișa tehnică care include și Modelul S300PCA/PCEA și S300TCI/TIVA, așa cum se identifică pe prima pagină a Fișei tehnice, iar la pagina 2 este menționat la Specificații tehnice „*Moduri de infuzie continuu, intermitent, profil TPN, PCA/PCEA, TCI/TIVA*”.

Fișa tehnică depusă de către ofertant însoțită de Manualul de utilizare sunt documente suficiente dacă din acestea rezultă că cerințele stabilite prin caietul de sarcini sunt îndeplinite.

Astfel, apare ca nerelevant dacă există sau nu diferențe între cele trei modele S100, S200 și S300, ci relevant este doar dacă modelul ofertat îndeplinește sau nu cerința din caietul de sarcini. Cerință s-a constatat că este îndeplinită pentru modelul ofertat, motiv pentru care critica va fi respinsă ca nefondată.

Specificație solicitată în caietul de sarcini

(pct 39 oferta ...) „*Posibilitate de afișare a următorilor parametri de perfuzie în timpul perfuziei:*

- *stare acumulator;*
- *conectarea la sursa principală de curent alternativ (220 V);*
- *nivelul presiunii de ocluzie setat;*
- *nivelul presiunii de ocluzie actual;*
- *profilul de administrare;*
- *semnalarea stării de volum sau a timp preselectat/țintă;*
- *semnalare faptului că pompa se află în proces de perfuzie;*
- *debitul/doza de administrare;*
- *unitatea de măsură a dozei/debitului;*
- *volumul deja perfuzat;*
- *perioadă cât mai perfuzează;*
- *volumul rămas de perfuzat;*
- *numele medicamentului selectat din biblioteca de medicamente;*
- *concentrația din seringă”.*

Neconformități ...(...) ținând cont de Răspunsul consolidat nr. 10196 - din 15.09.2021

La pagina indicată **28** din Manualul de utilizare nu se regăsesc informațiile ce dovedesc îndeplinirea următoarelor cerințe minime din caietul de sarcini:

- *perioadă cât mai perfuzează;*
- *volumul rămas de perfuzat;*

Consiliul va respinge ca nefondată critica contestatoarei având în vedere că în Manualul de utilizare, așa cum a indicat și ofertantul în

coloana a 2-a a propunerii sale tehnice, aceste informații se regăsesc la paginile 28-33, punctele 10.3.4 Fereastra de infuzie în unități, 10.4 Biblioteca de medicamente, 10.4.1 Structura librăriei de medicamente, 10.4.4 Fereastra infuziei în biblioteca de medicamente.

O altă critică a contestatoarei se referă la neîndeplinirea cerinței din caietul de sarcini care se regăsește în propunerea tehnică a ofertantului la punctul 41.

Specificație solicitată în caietul de sarcini

(pct 41 oferta ...) *„Bibliotecă de medicamente cu posibilitate de editare a dozelor recomandate, limite maxime și minime de dozaj, clasificare în 30 de categorii a 1200 medicamente, cu 10 concentrații pe medicament, 16 profile de pacient și 50 de domenii de tratament”.*

Neconformități ...(...) ținând cont de Răspunsul consolidat nr. 10196 - din 15.09.2021

La pagina **73** din Manualul de utilizare nu se regăsește informația ce dovedește îndeplinirea următoarei cerințe minime din caietul de sarcini *„16 profile de pacient”*.

Consiliul reține că în coloana a 2-a a propunerii tehnice a SC ...SRL a menționat îndeplinirea cerinței prin indicarea paginii 73 din Manualul de utilizare.

Cu privire la această cerință, Consiliul constată că printr-o solicitare de clarificări s-a cerut autorității contractante *„Vă rugăm să acceptați și alte variante de bibliotecă de medicamente, cu un alt număr de profile și categorii”*, iar prin răspunsul publicat în SEAP cu adresa nr. 10196/15.09.2021, cerința inițială din caietul de sarcini *„devine ... Bibliotecă de medicamente cu posibilitate de editarea a dozelor recomandate, limite maxime și minime de dozaj, clasificare în 30 de categorii a 1200 medicamente, cu 10 concentrații pe medicament, 16 profile de pacienți 50 de domenii de tratament, sau echivalent ...”*.

Verificând informațiile din Manualul de utilizare, pagina 73 indicată în propunerea tehnică, Consiliul constată că cerința este îndeplinită prin specificații tehnice superioare celor solicitate, respectiv:

„Până la 40 categorii în CCA (în funcție de medicamentele administrate)” și „Până la 5000 proceduri de dozare a medicamentelor (protocoale)”, critica dovedindu-se nefondată.

Contestatoarea formulează critici și cu privire la neîndeplinirea de către echipamentul ofertat a cerințelor din caietul de sarcini referitoare la **Prealarme și alarme**, respectiv Prealarma înainte de terminarea seringii.

Specificație solicitată în caietul de sarcini

(pct 49 oferta ...) *„Prealarma înainte de terminarea seringii”.*

Neconformități ...(...) ținând cont de Răspunsul consolidat nr. 10196 - din 15.09.2021

Cu privire la această cerință contestatoarea arată că la pagina 59 din Manualul de utilizare nu se regăsește informația ce dovedește

îndeplinirea acestei cerințe minime, ci doar că „seringa a fost complet golită”.

Consiliul constată că în propunerea tehnică ofertantul a indicat faptul că această cerință este îndeplinită „Conform Manual de utilizare injectomat ...pag.59”.

Critica se dovedește nefondată având în vedere că susținerile contestatoarei sunt nereale, aceasta evitând a prezenta faptul că în realitate specificația tehnică completă este următoarea:

„Seringa goală

Alarma apare atunci când:

- **A fost atins volumul minim de lichid definit în seringă (diferită în funcție de mărimea seringii)**
- **Seringa a fost complet golită”.**

Cu privire la această cerință nu au fost solicitate clarificări situație în care în mod eronat contestatoarea afirmă că ar exista neconformități față de răspunsul consolidat nr. 10196/15.09.2021.

Următoarea critică se referă la

Specificație solicitată în caietul de sarcini

(pct 53 oferta ...) „Alarmă la atingerea volumului sau timpului preselectat/programat”

Neconformități ...(...) ținând cont de Răspunsul consolidat nr. 10196 - din 15.09.2021

Contestatoarea susține că la pagina 60 din Manualul de utilizare, indicată de ofertant, nu se regăsește informația ce dovedește îndeplinirea cerinței „ *alarma la atingerea ... timpului preselectat*”, ci doar a volumului preselectat cu afișarea timpului până la golirea seringii. Timpul de administrare este setat în funcție de terapia de infuzie, cu administrare continuă prin schimbarea multiplă a seringilor până la atingerea timpului maxim indicat de medic, cu respectarea intervalului maxim al oricărui injectomat, în cazul de față indicat la pagina **72** din Manual: „*Preselectare timp 00:01 - 200:00 h*”

Cu privire la această cerință, Consiliul constată că nu au fost solicitate clarificări prin urmare cerința este cea prezentată în caietul de sarcini, respectiv „*Alarmă la atingerea volumului sau timpului preselectat/programat*”.

În propunerea tehnică ofertantul indică faptul că îndeplinește cerința prin indicarea paginii 60 din Manualul de utilizare.

Din informațiile prezentate la punctul 13.5.2 Alarmer de importanță medie, în tabelul prezentat, în coloana „Mesajul” este „(Timp) până la terminarea dozei”, iar în coloana „Posibile condiții de activare a alarmei” sunt menționate două astfel de condiții, respectiv „Doza programată se apropie (timpul afișat este calculat până la golirea seringii)” și „Timpul prealarmei setat poate fi configurat în software-ul Configurator ... în intervalul 0-30min”.

Un alt tip de alarmă este menționat la mesajul „(Timp) până la golirea seringii” unde sunt menționate alte două posibile condiții de activare a alarmei, respectiv când „Se apropie golirea seringii (timpul afișat este calculat până la golirea seringii)” și „Timpul prealarmei setat poate fi configurat în software-ul Configurator ... în intervalul 0-30min”.

Prin urmare, se dovedește că echipamentul este dotat cu alarmă la atingerea volumului sau timpului preselectat așa cum s-a solicitat prin caietul de sarcini, motiv pentru care critica va fi respinsă ca nefondată. Perioada de timp selectată la care face trimitere contestatoarea este nerelevantă având în vedere că cerința nu are în vedere o astfel de prevedere.

Este criticată neîndeplinirea cerinței potrivit căreia echipamentul să aibă „Posibilitate de modificare a volumului alarmei cel puțin în 9 nivele”,

Specificație solicitată în caietul de sarcini

(pct 56 oferta ...) Neconformități (...) ținând cont de Răspunsul consolidat nr. 10196 - din 15.09.2021

În susținerea criticii contestatoarea arată că la pagina 57 din Manualul de utilizare indicată de ofertant nu se regăsește informația ce dovedește îndeplinirea acestei cerințe, regăsindu-se doar 3 nivele: ridicat, mediu și scăzut și că la punctul 13.3 la această pagină este menționat faptul că „ajustarea nivelului de volum nu este disponibil în pompă”.

Consiliul constată însă că legat de această cerință au fost solicitate următoarele clarificări „Referitor la cerința tehnică «Volum alarmă cu posibilitate de reglare pe 9 niveluri (de la nivel 1=59 bBA până la 9=74 bBA» pentru asigurarea unui cadru concurențial corect și respectarea regulilor general-aplicabile în materia desfășurării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică vă rugăm acceptați și următoarea soluție: «Volum alarmă cu posibilitate de reglare 3 niveluri». Echipamentul pe care compania noastră dorește să îl ofereze respectă toate standardele în vigoare. Menționăm că soluția oferită nu afectează actul medical”.

Prin Răspunsul consolidat publicat în SEAP cu adresa nr. 10196/15.09.2021 autoritatea contractantă a răspuns la punctul 10 cu mențiunea „Se acceptă”.

Consiliul constată că în Manualul de utilizare, la pagina 57, este prezentat un tabel în care la coloana „Nivel alarmă” sunt indicate 3 nivele „Ridicat”, „Mediu” și „Scăzut”, dovadă că cerința este îndeplinită așa cum a fost modificată ca urmare a solicitărilor de clarificări.

Acest fapt este confirmat și de mențiunile de la punctul 13.1 Modalități de notificare și de alarmare unde este menționat că „Injectomatele S100, S200, S300 au fost echipate cu sistem avansat de notificare a utilizatorului despre situațiile care necesită intervenție. **Sistemul de alarmare constă în trei nivele de prioritate definite în funcție de starea de risc a pacientului**”.

Astfel, față de cele constatate de către Consiliu criticile formulate cu privire la această cerință sunt nefondate.

Contestatoarea critică și cerințe din caietul de sarcini referitoare la Funcții speciale, respectiv *„Posibilitatea de programare a modului de administrare”, „Mod crescător și descrescător (cu faza de creștere, faza continuă și faza de descreștere)”*

Specificație solicitată în caietul de sarcini

(pct 66 și pct 67 oferta ...) – *„Mod intermitent (cu 2 faze repetitive) și „Mod crescător și descrescător (cu faza de creștere, faza continuă și faza de descreștere)”*

Neconformități ...(...) ținând cont de Răspunsul consolidat nr. 10196 din 15.09.2021

SC ...SRL susține că la pagina 47 din Manualul de utilizare prezentat de ofertantul declarat câștigător nu se regăsesc informații care să dovedească îndeplinirea acestor cerințe.

În analiza criticii, Consiliul constată că legat de cea de a doua cerință au fost solicitate autorității contractante următoarele clarificări *„Referitor la cerința «Mod crescător și descrescător (cu faza de creștere, faza continua și faza de descreștere)».* Vă rugăm să acceptați și alte moduri de administrare”, la care aceasta a răspuns prin postarea în SEAP a adresei nr. 10196/15.09.2021, prin care afirmă că *„Se acceptă”*.

Consiliul constată că la pagina 47 din Manualul de utilizare la punctul 11.4.2 Perfuzie intermitentă se regăsesc informații detaliate cu privire la specificațiile tehnice și procedeul de lucru, informații din care rezultă că echipamentul îndeplinește cerința în mod echivalent.

De altfel, Consiliul constată că SC ...SRL nu a indicat în mod concret care este motivul pentru care consideră că echipamentul ofertat de SC ...SRL nu respectă cerința de la punctul 66 iar în ceea ce privește cerința de la punctul 67 susține, neîntemeiat, având în vedere că cerința a suportat modificări prin răspunsul publicat în SEAP, că *„La pagina indicată 47 din Manualul de utilizare nu se regăsește informația ce dovedește îndeplinirea acestei cerințe, ci se indică același mod de administrare solicitat la punctul 66 de mai sus (Mod intermitent) și nu specificația solicitată în acest Caiet de sarcini”*.

Astfel, având în vedere că autoritatea contractantă a acceptat ca pentru îndeplinirea cerinței de la punctul 67 din caietul de sarcini să poată fi prezentată și o soluție echivalentă, criticile aduse celor două cerințe vor fi respinse ca nefondate.

Specificație solicitată în caietul de sarcini considerată neîndeplinită de către contestatoare

(pct 69 oferta ...) *„Funcția pentru depistarea scăderilor și creșterilor de presiune cu reducerea duratei de timp până la declanșarea alarmei pentru perfuziile efectuate la debite scăzute și/sau cu medicamente cu timp scurt de înjumătățire; poate fi utilizată cu toate dimensiunile de seringi”*.

Funcția se activează când debitul perfuziei este mai mic decât următoarele valori în funcție de dimensiunea seringii:

- La seringă 50 ml funcția se activează la debite < 30 ml/h
- La seringă 20 ml funcția se activează la debite < 14 ml/h
- La seringă 10 ml funcția se activează la debite < 9,8 ml/h

Neconformități ...(...) ținând cont de Răspunsul consolidat nr. 10196 din 15.09.2021

Prin contestația formulată SC ...SRL arată că în Manualul de utilizare, la pagina 57, nu se regăsește informația ce dovedește îndeplinirea acestei cerințe, cu limitele de debite impuse pentru diferite tipuri de seringă.

Consiliul reține că această cerință nu a făcut obiectul unor clarificări, prin urmare, este nefondată invocarea unor neconformități raportat la Răspunsul consolidat nr. 10196/15.09.2021.

De asemenea, Consiliul constată că în propunerea tehnică ofertantul indică îndeplinirea cerinței conform Manualului de utilizare ...la paginile 41 și 42.

Informațiile referitoare la limitele de debite impuse pentru diferite tipuri de seringă despre care vorbește contestația se regăsesc la punctul 11.2.3 Doza unde este menționat că:

„Este posibilă verificarea sau modificarea «Limita dozei» sau «Limita volumului». «Limita dozei» este vizibilă în unitatea aleasă și în mL/h. Parametrul «Left» indică cât din volum/doză mai este de administrat.

Utilizatorul poate modifica ambii parametri «Limita dozei/Limita vol» și «Valoarea rămasă». Sunt dependenți unul de celălalt, deoarece schimbarea unuia îl va schimba automat pe celălalt”, partea scrisă fiind însoțită și de imagini.

Așa cum rezultă și din imagini echipamentul oferă informații personalului care îl utilizează, mecanismul putând fi activat din software-ul ...Configurator cum se precizează în Manual.

Față de cele reținute anterior criticile se dovedesc nefondate.

Specificație solicitată în caietul de sarcini

(pct 70 oferta ...) Conexiune USB la un computer

Neconformități ...(...) ținând cont de Răspunsul consolidat nr. 10196 din 15.09.2021

În susținerea criticii contestația arată că la pagina **73** din Manualul de utilizare nu se regăsește informația ce dovedește îndeplinirea acestei cerințe, ci se indică porturi de comunicare RS232 și conector optic pentru a comunica cu stația de andocare.

Consiliul constată că și cu privire la această cerință au fost solicitate clarificări, respectiv *„Referitor la cerința Conexiune USB la un computer: «Vă rugăm să acceptați să accepte și alte tipuri de conexiune la un computer», inclusiv port usb”* iar prin adresa nr. 10196/15.09.2021 autoritatea contractantă a răspuns *„Se acceptă, nu se modifică”*.

Având în vedere, modul confuz în care a fost formulat răspunsul autoritatea contractantă, în mod corect, în evaluarea ofertelor a acceptat și alte tipuri de conexiuni cum este și în cazul echipamentului oferat care a prezentat pentru îndeplinirea cerinței *„RS232, rata de transmisie 115KBIT/S Conector optic pentru a comunica cu stația de andocare”*, context în care critica va fi respinsă ca nefondată.

Specificație solicitată în caietul de sarcini

(pct 71 oferta ...) *„Posibilitate de andocare într-o stație cu modul de centralizare și amplificare alarme”.*

Neconformități ...(...) ținând cont de Răspunsul consolidat nr. 10196 din 15.09.2021

Contestatoarea critică neîndeplinirea cerinței, întrucât la pagina 4 din Manualul de utilizare nu se regăsește informația completă *„stație cu modul de centralizare și amplificare alarme”.*

Consiliul constată că într-adevăr la pagina 4 sunt informații din care rezultă că este oferată și posibilitatea de montare în stații de andocare iar informațiile despre care contestatoarea susține că nu ar exista se regăsesc în Fișa tehnică unde este precizat că *„Sistemul de alarmă centralizat indică pompe care sunt în prezent în funcțiune care necesită intervenție”* iar cu privire la *„amplificare alarme”* informațiile se regăsesc în secțiunea 13.1 Modalități de notificare și de alarmare.

În analiza îndeplinirii cerințelor stabilite prin caietul de sarcini comisia de evaluare are obligația de a verifica conținutul documentelor depuse și nu doar paginile indicate de către ofertant și doar în măsura în care informații necesare evaluării nu se regăsesc atunci se pot solicita clarificări sau documente suplimentare.

Având în vedere că informațiile necesare verificării îndeplinirii cerinței se regăsesc în documentele depuse de către ofertant Consiliul va respinge ca nefondată critica.

Specificație solicitată în caietul de sarcini

(pct 72 oferta ...) *„Posibilitatea de suprapunere a trei pompe în diferite combinații: 3 injectomate sau injectomate cu infuzomate, fără necesitatea utilizării unei stații speciale sau alte accesorii ce ar implica costuri suplimentare”.*

Neconformități ...(...) ținând cont de Răspunsul consolidat nr. 10196 din 15.09.2021

În susținerea neconformității echipamentului contestatoarea arată că la pagina 4 din Manualul de utilizare nu se regăsește informația conform căreia echipamentul oferă *„posibilitatea de suprapunere a trei pompe în diferite combinații: 3 injectomate sau injectomate cu infuzomate, fără necesitatea utilizării unei stații speciale sau alte accesorii ce ar implica costuri suplimentare”.*

Cu privire la această cerință nu au fost solicitate clarificări prin urmare trimiterile contestatoarei la neconformități ale echipamentului

raportat la Răspunsul consolidat din adresa nr. 10196/15.09.2021 sunt nefondate.

Prin propunerea tehnică ofertantul a indicat îndeplinirea cerinței „Conform Manual de utilizare injectomate ...pag. 4”, unde se constată că sunt prezentate 3 Modalități de montare ale pompelor la punctul 2.1, iar la punctul 2.2 sunt reprezentate grafic Montarea pompelor pe coloane vertical sau pe șine orizontale, fiind astfel îndeplinire cerințele invocate de către contestatoarea.

Specificație solicitată în caietul de sarcini

(pct 73 oferta ...) „Șine de ghidare pentru atașare asistată cu sistem de blocare, pentru conectarea pompelor suprapuse sau pentru introducerea într-o stație”, este o altă cerință despre care contestatoarea susține că nu este îndeplinită de oferta declarată câștigătoare.

Neconformități ...(...) ținând cont de Răspunsul consolidat nr. 10196 din 15.09.2021

Contestatoarea critică faptul că oferta declarată câștigătoare nu respectă această cerință, invocând neconformitatea ofertei și prin raportare la Răspunsul consolidat publicat în SEAP.

Consiliul constată că pentru cerința în discuție nu au fost solicitate clarificări, prin urmare, susținerile care fac trimitere la Răspunsul consolidat sunt nefondate.

În ceea ce privește îndeplinirea cerinței, Consiliul reține că în propunerea tehnică ofertantul a indicat că aceasta este îndeplinită „Conform Manual de utilizare injectomate ...pag.4”.

Din informațiile cuprinse la pagina 4 a Manualului de utilizare cât și din Fișa tehnică depusă rezultă că echipamentul are mai multe modalități de montare a pompelor au un „sistem de prindere” „mecanism de blocare a clemei de fixare” iar din imagini rezultă că acestea pot fi ghidate pe șine asistat așa cum se solicită prin cerință, situație față de care criticile vor fi respinse ca nefondate.

În consecință, luând în considerare cele mai sus menționate, respectiv caracterul nefondat al criticilor aduse ofertei câștigătoare, în temeiul art. 26 alin. (6) din Legea nr. 101/2016, Consiliul va respinge ca nefondată contestația formulată de SC ...SRL, în contradictoriu cu ...

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.

Pentru aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

În temeiul art. 26 alin. (6) din Legea nr. 101/2016, respinge ca nefondată contestația formulată de SC ...SRL, în contradictoriu cu ...

Prezenta decizie este obligatorie pentru părțile cauzei, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.

PREȘEDINTE,

...

MEMBRU,

...

MEMBRU,

...

Redactată în 4 exemplare, ...

Redactată practica deciziei, ...