



CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleos nr.6, Sectorul 3, București, România, CP 030084, CIF 20329980
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 Fax. +4 021 8900745 www.cnscc.ro

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) și ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 1607/C4/1741

Data: 19.09.2019

Prin contestația nr. 10250/29.08.2019, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 33841/30.08.2019, înaintată de SC SIEMENS HEALTHCARE SRL, cu sediul în București, str. Preciziei nr. 24, Centrul pentru Sprijinirea Afacerilor „West Gate Business Center”, et. 4, birourile nr. 4.01-4.05, sector 6, având CUI 36153005, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7694/2016, împotriva răspunsului la clarificări postat în SEAP în data de 22.08.2019, emis de către SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ „ELENA BELDIMAN”, cu sediul în Bârlad, str. Republicii nr. 300, județul Vaslui, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitație deschisă organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect „*Achiziție echipamente medicale*” – Lotul 1 „*Aparate de radiologie*”, s-a solicitat:

- *anularea răspunsului la solicitările de clarificare cu privire la punctele care au fost modificate, în sens restrictiv, cu privire la Lotul 1 „Aparate de radiologie”, și anume:*

1. APARAT DE RADIOLOGIE (GRAFIE+SCOPIE) - 1 BUC.

a) *La punctul „Masă basculantă telecomandată” cerința „Greutatea maxim admisă pentru pacient fără limitarea mișcărilor mesei și a vitezei: minim 150 kg” a fost modificată în „Greutatea maxim admisă pentru pacient fără limitarea mișcărilor mesei și a vitezei: minim 200 kg”;*

b) *La punctul „Detector digital” - „Dimensiune pixel: maxim 150 μm a fost modificată în „Dimensiune pixel: maxim 140 μm”;*

c) *La punctul „Modul stitching - necesar pentru analiza segmentelor lungi cerința Modul stitching - necesar pentru analiza segmentelor lungi”*

a fost modificat în „Modul stitching - necesar pentru analiza segmentelor lungi de cel puțin 120 cm”;

2. APARAT DE RADIOLOGIE (GRAFIE) - 1 BUC

a) La punctul „8. Detectorul digital plat mobil de tip wireless sau fix” a fost modificat în „8. Detectorul fix la masa pacient și detector fix la stativul vertical”, iar următoarele cerințe aferente acestui punct au fost modificate în sens restrictiv :

i) În loc de: „Mărimea suprafeței active: min. 35x42 cm” se va scrie „Mărimea suprafeței active pentru ambii detectori precizați va fi de min. 42x42 cm”

ii) În loc de: „Cel wireless să poată fi folosit și la masa Rx și la stativul vertical” se va scrie „Rezoluția minim: 3000 x 3000 pixeli”;

iii) În loc de: „Greutatea suportată de detectorul wireless în poziția stat în picioare pe detector: min 100 kg” nu se va scrie nimic, cerința fiind eliminată datorita faptului că se referă exclusiv la detectorii wireless la care achizitorul a renunțat.

3. APARAT DE RADIOLOGIE (MOBIL) - 1 BUC

a) „Ansamblu tub-cupolă” - „Dimensiune focar: minim 0,6 mm” - Detector digital wireless de format standard mic 24x30 cm - Dimensiune pixel: maxim 140 μm;

4. APARAT DE RADIOLOGIE (MOBIL) - 1 BUC

a) La punctul „Ansamblu tub-cupola” alineatul „Dimensiune focar: minim 0,6 mm” modificat în „Dimensiune focare: un focar de maxim 0,6 mm, al doilea focar de maxim 1.5 mm.”

b) La punctul „Detector digital wireless de format standard mic 24x30 cm”, alineatul „Dimensiune pixel: maxim 150 μm” modificat în „Dimensiune pixel: maxim 140 140 μm”;

5. APARAT DE RADIOLOGIE MOBIL CU BRAȚ C - 1 BUC

a) La punctul „1. Generator de înaltă tensiune și înaltă frecvență” alineatul „putere la ieșire minim 2.0 kW - pentru fluoroscopia continuă și pulsatorie” modificat în „putere la ieșire: minim 5.0 kW - pentru fluoroscopia continuă și pulsatorie”;

b) La punctul „3. Tub Rx” alineatul „tub Rx cu minim 2 focare modificat în „tub Rx cu minim 2 focare: unul de max. 0,3 mm, al doilea de max. 0,6 mm”;

6. Anularea tuturor actelor emise de către autoritatea contractantă ulterior datei de depunere a ofertelor (30.08.2019)

- în subsidiar, anularea procedurii de atribuire pentru Lotul 1 dacă nu sunt posibile măsurile de remediere solicitate.

De asemenea, s-a solicitat suspendarea procedurii de atribuire până la soluționarea fondului contestației. Prin Încheierea nr. 1370/C4/1741/06.09.2019, Consiliul s-a pronunțat asupra capătului de cerere de suspendare a procedurii de atribuire până la soluționarea fondului contestației, pe care l-a respins, ca nefondat.

Pentru aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

În temeiul art. 26 alin. (6) din Legea nr. 101/2016, respinge ca nefondată contestația formulată de către SC SIEMENS HEALTHCARE SRL în contradictoriu cu SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „ELENA BELDIMAN” BÂRLAD.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părțile cauzei, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare.