

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) și ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, Consiliul adoptă următoarea:

DECIZIE

Nr. 462/C6/267

Data: 01.03.2023

Prin contestația nr. 24/03.02.2023, înregistrată la C.N.S.C. cu nr. 5639/03.02.2023, formulată de către SC RENAMED FARMA SRL, cu sediul în municipiul Craiova, str. Calea Unirii nr. 145, județul Cluj, înregistrată la ONRC sub nr. J16/3200/1994, având CUI 6488777, reprezentată legal prin manager general Dan Duțescu, împotriva răspunsului la solicitarea de clarificări nr. „1867/27301.2023”, publicat, în S.E.A.P., în data de 30.01.2023, emis de către SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGOVIȘTE, cu sediul în municipiul Târgoviște, str. Tudor Vladimirescu nr. 48, județul Dâmbovița, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul licitației deschisă, derulată online, în vederea atribuirii contractului având ca obiect: *„Contract de furnizare echipamente medicale în cadrul proiectului Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște, cod MySMIS 140881”*, lot nr. 2 – *„Echipamente pentru transfuzie”*, cod CPV 38430000-8 Aparat de detectare și de analiză (Rev.2), anunț de participare nr. CN1051028/06.01.2023, s-au solicitat următoarele: „1. anularea actului nr. „1867/27301.2023” - răspuns consolidat la solicitările de clarificări, publicat în SEAP în data de 30.01.2023 ca răspuns la solicitările de clarificări pentru lotul 2 - Echipamente pentru Transfuzie; 2. împărțirea lotului 2 pe trei loturi distincte, câte unul pentru fiecare produs medical solicitat în acest lot; 3. modificarea specificațiilor tehnice inserate în caietul de sarcini pentru cele 3 produse de la lotul 2, respectiv aparat de dezghețat plasma, frigider omologat pentru probe de laborator și geantă omologată transport probe/fluide umane; 4. Suspendarea procedurii pentru acest lot; 5. Dispunerea de măsuri necesare restabilirii legalității prin obligarea autorității contractante la: A. Divizarea lotului 2, în 3 loturi distincte și anume: aparat de dezghețat plasma - un lot, frigider omologat pentru probe de laborator - un lot, geantă omologată transport probe/fluide umane - un lot, B. Modificarea specificațiilor tehnice”.

CONSILIUL DECIDE:

Respinge excepția tardivității invocată de către autoritatea contractantă.

Respinge contestația formulată de către SC RENAMED FARMA SRL, cu sediul în municipiul Craiova, str. Calea Unirii nr. 145, județul Dolj, în contradictoriu cu autoritatea contractantă SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGOVIȘTE, cu sediul în municipiul Târgoviște, str. Tudor Vladimirescu nr. 48, județul Dâmbovița, astfel:

- ca nefondată, solicitarea de anulare a *„actului nr.1867/27301.2023 - răspuns consolidat la solicitările de clarificări, publicat în SEAP în data de 30.01.2023”* în ceea ce privește *„divizarea Lotului 2 în trei loturi diferite”* și *„achiziționarea unui frigider (bancă de sânge) cu un volum între 280 – 300 litri, echipat cu trei rafturi și trei sertare, fără a avea 2 compartimente și 2 uși separate (...). Vă solicităm să renunțați la menționarea ca obligatorie a dimensiunilor interioare și exterioare, sau să admiteți și alte dimensiuni exterioare cuprinse între 66 – 68 cm x 63 – 65 cm x 184 – 185 cm și dimensiuni interioare cuprinse între 52 – 54 cm x 45 – 74 cm x 140 – 142 cm”*;

- ca tardive, celelalte solicitări privind specificațiile tehnice din documentația de atribuire.

Obligatorie.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare, conform dispozițiilor art. 29 din Legea nr. 101/2016.