



CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, București, România, CP 030084, CIF 20329980
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +40218900745 www.cnscl.ro

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) și ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 2201/C3/2392

Data: 06.08.2018

Prin contestația nr. 354/20.07.2018, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sub nr. 29783/20.07.2018, înaintată de SC GENERAL MEDICALS ACTIVE SRL, cu sediul în Târgu Mureș, str. Arany Janos nr. 4/2, cp 540045, județul Mureș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J26/647/2006, având CUI RO18604735, reprezentată legal prin Alina Nicoleta Solovăstru - Administrator, formulată împotriva documentației de atribuire elaborate de SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGOVIȘTE, cu sediul în Târgoviște, str. Vladimirescu Tudor nr. 48, cp 130095, județul Argeș, în calitate de autoritate contractantă în procedura simplificată, organizată în vederea încheierii acordului-cadru având ca obiect „Furnizare suturi chirurgicale”, cu anunț de participare simplificat nr. SN1007814, publicat în SEAP la 16.07.2018, s-a solicitat Consiliului:

- „aplicarea măsurilor corective de modificare a cerințelor documentației de atribuire, respectiv a caietului de sarcini prin uniformizarea cerințelor în ceea ce privește dimensiunea acelor, fie prin prevederea unui interval de 2 mm la lungimea acestora (conform cerințelor existente în cazul unor sub loturi), fie prin prevederea acceptării unui grad de toleranță în cazul acelor de lungime mai mică de 20 mm, de +/- 10% la lungimea acului, având în vedere că prin acceptarea acestor modificări nu este afectată calitatea actului medical;
- (...) prin uniformizarea cerințelor în ceea ce privește dimensiunea firelor, fie prin prevederea unui interval de 15 cm la lungimea firului, fie prin introducerea cuvântului *minim* înainte de valoare lungimii firului, având în vedere că prin acceptarea acestor modificări nu este afectată calitatea actului medical;

- (...) prin eliminarea indicării culorilor și introducerea cerinței *color* sau *incolor* după caz, având în vedere că prin acceptarea acestor modificări nu este afectată calitatea actului medical”.

Pentru aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

Admite contestația înaintată de SC GENERAL MEDICALS ACTIVE SRL, în partea vizând *eliminarea indicării culorilor și introducerea cerinței "color" sau "incolor" după caz*, și dispune anularea procedurii de atribuire, pentru imposibilitatea continuării ei prin modificarea documentației de atribuire.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, dar împotriva ei se poate formula plângere, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare, în temeiul art. 28 alin. (1) și art. 29 din Legea nr. 101/2016.