



CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

C.N.S.C.

Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, București, România, CP 030084, CIF 20329980
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +40218900745 www.cnsr.ro

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) și ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 565/C3/418

Data: 16.03.2017

Prin contestația nr. 1602/16.02.2017, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sub nr. 5686/17.02.2017, înaintată de SC MG MEDICAL ECOLINE SRL, cu sediul în Voluntari, bd-ul. Pipera nr. 1 - IA, parter, cp 077190, județul Ilfov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/111/2016, având CUI R033801315, reprezentată legal prin Marian Ghinescu – Administrator unic, formulată împotriva rezultatului procedurii ce i-a fost comunicat prin procesul-verbal nr. 5/15.02.2017 publicat în SEAP de SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, str. Hector nr. 1, cp 300074, județul Timiș, în calitate de autoritate contractantă în cadrul procedurii, licitație deschisă online, organizată în vederea atribuirii contractului de furnizare având ca obiect "Aparat radiologic", cu anunț de participare nr. 170787, publicat în SEAP la data de 20.10.2016, s-a solicitat Consiliului anularea rezultatului procedurii de atribuire, reevaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire prin redistribuirea punctajului alocat pentru suprafața minimă a încăperii pentru montarea aparatului (20 puncte) celor doi parametri tehnici rămași - număr detectori digitali mobili, respectiv mărime diagonală ecran monitor vizualizare imagini, reluarea procedurii de atribuire și stabilirea ofertei câștigătoare dintre ofertele admisibile și conforme/realiste din punct de vedere tehnic, depuse în cadrul procedurii.

CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR,
asupra cauzei de față, constată următoarele:

Pentru aceste motive,

În baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

Respinge contestația formulată de SC MG MEDICAL ECOLINE SRL, ca nefondată.

Prezenta decizie este obligatorie, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare.