

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea:

DECIZIE

Nr. 113/C3/3388

Data: 15.01.2024

Prin contestația nr. 1323/04.12.2023, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sub nr. 65913/04.12.2023, formulată de TZMO ROMÂNIA SRL, cu sediul în sat Olteni, comuna Clinceni, Șoseaua de Centură nr. 3E, județul Ilfov, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J23/6006/2018, având cod unic de înregistrare 9693687, reprezentată legal de administrator Lucian Bala, împotriva caietului de sarcini privind loturile nr. 3 („MĂNUȘI CHIRURGICALE”) și nr. 4 („MĂNUȘI EXAMINARE”), întocmit de către SPITALUL JUDEȚEAN TG-JIU, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în Târgu-Jiu, str. Progresului nr. 18, județul Gorj, în cadrul procedurii licitație deschisă, derulată online, organizată în vederea încheierii unui „ACORD CADRU MATERIALE SANITARE”, cod CPV 33140000-3 – Consumabile medicale (Rev. 2), anunț de participare nr. CN1061964/22.11.2023, s-a solicitat: *„obligarea autorității contractante la remedierea caietului de sarcini – loturile sus-menționate, respectiv la modificarea specificațiilor tehnice în sensul prezentei contestații”*.

Pentru aceste motive
în baza documentelor depuse de părți,
CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

DECIDE:

Admite, în parte, contestația formulată de TZMO ROMÂNIA SRL în contradictoriu cu autoritatea contractantă SPITALUL JUDEȚEAN TG-JIU, conform celor reținute în considerentele prezentei decizii și

Obligă autoritatea contractantă la remedierea documentației de atribuire și la publicarea în SEAP a modificărilor efectuate, cu respectarea

prevederilor legale și a motivării aferentă prezentei în termen de 10 zile de la comunicare.

Respinge, restul criticilor și capetelor de cerere formulate de TZMO ROMÂNIA SRL, respectiv cererile contestatorului de eliminare a cerințelor cu privire la culoarea mănușilor chirurgicale din neopren pentru proceduri cu risc ridicat sterile și a mănușilor de examinare din nitril pentru proceduri cu risc ridicat.

Obligatorie.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.