

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) și ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționări a Contestațiilor, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 1518/C3/1527,1530,1531

Data: 14.07.2021

Prin contestațiile nr. 2579/22.06.2021, nr. 2580/22.06.2021 și nr. 2577/22.06.2021, înregistrate la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 32196/22.06.2021, nr. 32193/22.06.2021 și nr. 32198/22.06.2021, înaintate de MEDIST IMAGING & POC SRL, cu sediul în București, str. Ion Urdăreanu nr. 34, et. 1, cp 050688 Sector 5, înmatriculată în registrul comerțului cu nr. J40/12399/2008, CUI 24205100, reprezentată legal de Bogdan Radu Niculescu, administrator, formulate împotriva caietelor de sarcini aferente loturilor 1 - *Ecograf multifuncțional performant cu diferite tipuri de sonde*, 2 - *Ecograf pentru cardiologie* și 3 - *Ecograf pentru ginecologie*, elaborate de autoritatea contractantă MINISTERUL APĂRĂRII - UNITATEA MILITARĂ 02464 BUCUREȘTI, cu sediul în București, str. Drumul Taberei nr. 7G, cp 061416, sector 6, în procedura de licitație deschisă, organizată în vederea încheierii unui „Acord-cadru centralizat pentru 24 luni de furnizare ecografe și mamografe”, inițiată prin publicarea, în SEAP, a anunțului de participare nr. CN1031705/10.06.2021, s-a solicitat obligarea autorității contractante la adoptarea de măsuri corective, în sensul refacerii caietelor de sarcini, prin modificarea acelor cerințe tehnice restrictive, precum și suspendarea procedurii, până la soluționarea pe fond a cauzelor.

Contestațiile vor fi conexe în condițiile prevăzute de art. 17 alin. (2) din Legea nr. 101/2016.

Pentru aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

Conexează contestațiile MEDIST IMAGING & POC SRL formulate în contradictoriu cu MINISTERUL APĂRĂRII - UNITATEA MILITARĂ 02464 BUCUREȘTI, autoritate contractantă în licitația deschisă inițiată cu anunțul de participare nr. CN1031705/10.06.2021.

Respinge excepția lipsei cauțiunii aferente contestațiilor, ca nefondată.

Admite, în parte, contestațiile împotriva caietelor de sarcini pentru loturile 1, 2 și 3.

Obligă autoritatea contractantă la continuarea procedurii, în 15 zile, prin modificarea caietelor de sarcini aferente loturilor, în sensul următor:

a. Lotul 1: eliminarea trimerelor la nivelul intervalului minim (40 cm/30 cm) dereglare a înălțimii, pentru cerința *Consola de comanda* și completarea ei cu privire la nevoia asigurării unei ergonomii specifice scopului utilizării echipamentului; reformularea cerinței specifice în sensul *Gama de frecvențe de lucru ale sistemului în intervalul minim: 1 - 18 MHz*; reformularea cerinței specifice în sensul *"Sonde microconvexe endocavitare end-fire cu vedere minim 150 grade"*; adăugarea acceptării de echipamente care asigură funcția de reglare a vitezei de propagare a ultrasunetelor automat, în raport cu densitatea structurilor anatomice investigate, indiferent de intervalul minim stabilit; completarea informației din documentul intitulat "clarificare din oficiu", în sensul că se elimină paragraful *Mod PW multiplu - permite afișarea simultană a minim 2 porți Doppler PW necesar în aplicațiile cardiace, vasculare, fetale. Mod PW multiplu pentru afișarea simultana in timp real a debitelor vasculare/vitezelor pre si post stenoza*; eliminarea specificației C. 82. *Eșantionul de volum PW Doppler va asigura dimensiuni în intervalul minim: 0,5-20 mm*; eliminarea sau diminuarea nivelului minim al specificațiilor C.87. *Hărți de culoare: minim 21 și C. 91. Codare culori: min. 18 selecții*, conform motivării ce precede.

b. Lotul 2: modificarea specificației C. 71. *Imagine compunere spațială - minim 11 unghiuri de transmisie a fascicolului de ultrasunete*, la nivelul a 9 unghiuri de transmisie a fascicolului; excluderea cerinței C. 94. - *ajustarea mărimii porții (esantionului) minim: 0,5-18 mm*; completarea cerinței specifice actuale privind funcția de reglare a vitezei de propagare a ultrasunetelor automat, în raport cu densitatea structurilor anatomice investigate, indiferent de intervalul minim stabilit prin caietul de sarcini; modificarea specificației C. 180. *Gamă de frecvențe 2D min. 1,5-5,5 MHz*, aferentă componentei *SONDA PHASED ARRAY CARDIOLOGICA adulti si pediatria*, la nivelul "min. 1,5-4,5 MHz".

c. Lotul 3: eliminarea specificațiilor C. 160. *Soft de calcul automat al intimei medii (sau IMT) pe baza imaginii inghetate*; C. 161. *Software de masurare automata a Indicelui de Performanta Miocardica la cordul fetal (sau TEI index)* și C. 162. *Modul de calcul automat al intimei medii (sau IMT) pe baza datelor brute (RF data) in timp real*.

Respinge contestațiile, în rest, ca nefondate.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, dar împotriva ei se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) și art. 29 din Legea nr. 101/2016.