

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea:

DECIZIE

Nr. 982/C1/756

Data: 09.04.2025

Prin contestația nr. 118/10.03.2025, înregistrată la Consiliu sub nr. 15180/10.03.2025, formulată de RENAMED FARMA SRL, cu sediul în municipiul Craiova, str. Calea Unirii nr. 145, județul Dolj, înmatriculată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J16/3200/1994, având cod unic de înregistrare RO6488777, reprezentată legal prin administrator, împotriva documentației procedurii de atribuire elaborată de către autoritatea contractantă SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC, cu sediul în municipiul Miercurea Ciuc, str. dr. Dénes László, nr. 2, județul Harghita, în cadrul procedurii de licitație deschisă, organizată în vederea încheierii acordului-cadru având ca obiect: „Consumabile medicale 1”, CPV: 33140000-3, s-a solicitat:

În principal:

- cu privire la lotul 1 – Dializor sintetic – punctul 1.1 și punctul 1.2:
 - obligarea autorității contractante să divizeze loturile 1 și 2 pe produse distincte, în vederea licitării fiecărui produs în parte;
 - eliminarea din caietul de sarcini a denumirii comerciale a Dializoarelor FX8 și FX60, care sunt produse exclusive ale firmei Fresenius Medical Care și denumirea dializoarelor ce urmează a fi licitate cu următoarele denumiri: lot 1.1. se va numi Dializor sintetic/noncelulozic low flux suprafața 1,4 mp; Lot 1.2. se va numi Dializor sintetic/noncelulozic high flux suprafața 1,4 mp.;
 - cu privire la membrana dializorului, să se elimine denumirea polisulfona plus, care, de asemenea, este proprie firmei Fresenius Medical Care; să se admită în licitație și alte membrane sintetice, similare sau echivalente cu polisulfona (polietersulfona, polimetilmetacrilat, acrilonitril, etilvinilalcol etc.);
 - eliminarea condiționării sterilizării dializoarelor numai cu abur, această procedură de sterilizare este, de asemenea, proprie firmei Fresenius Medical Care, pentru dializoarele care le produce; să se admită și sterilizarea dializoarelor cu raze gama, alte tipuri de radiații sau alte metode de sterilizare ca metode admise în întreaga lume și, implicit și în România de Ministerul Sănătății, respectiv ANMDMR;

- să se acorde o marje de plus/minus 3-5% cu privire la parametri KuF, KOA, TMP, deoarece, parametrii menționați în caietul de sarcini sunt copiați exact după parametrii firmei Fresenius Medical Care;

• cu privire la lotul 2 – Set linii sânge – punctul 2.1., punctul 2.2 și punctul 2.3:

- să se organizeze licitația prin divizarea acestui lot și licitarea separată a fiecărui set de linii de sânge, având în vedere faptul că, din datele pe care le deține, liniile de sânge pentru aparatele 5008 sunt un produs sub licență și în aceste condiții el nu poate fi oferat de alte firme.

- să fie de acord cu privire la acest lot și cu sterilizarea cu etilenoxid sau raze gama, având în vedere faptul că aceste tipuri de sterilizare sunt unanim acceptate în întreaga lume, dar și în România de organismul specializat al Ministerului Sănătății, respectiv ANMDMR.

- să liciteze și celelalte produse specific hemodializei, cum ar fi: cartușe cu bicarbonat sau Bbag-uri pentru aparatele din dotarea secției, catetere pentru hemodializa, fistuline și concentrat pentru hemodializă.

În subsidiar, în cazul în care Consiliul decide că solicitările menționate mai sus nu pot fi realizate, solicită să dispună anularea licitației pentru aceste loturi și organizarea unei alte licitații, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

În luarea deciziei, **CONSILIUL**, legal investit, a avut în vedere următoarele:

Pentru aceste motive
în baza documentelor depuse de părți,
CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

DECIDE:

Admite, în parte, contestația formulată de RENAMED FARMA SRL în contradictoriu cu autoritatea contractantă SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC, în ceea ce privește denumirea dializoarelor și a membranei, metodele de sterilizare și structura lotului 2 iar, pe cale de consecință, obligă autoritatea contractantă la remedierea documentației de atribuire aferentă loturilor 1 și 2, cu respectarea prevederilor legale și a motivării aferentă prezentei, în termen de 10 zile de la comunicarea deciziei.

Respinge, ca neîntemeiate, criticile din contestația formulată de RENAMED FARMA SRL cu privire la structura lotului 1 și marja parametrilor Kuf, KOA, TMP și, ca inadmisibilă, solicitarea contestatorului de obligare a autorității contractante la completarea obiectului achiziției loturilor 1 și 2 cu alte consumabile specifice hemodializei.

Obligatorie.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.

**Complet de soluționare a contestațiilor
în domeniul achizițiilor publice:**

Consilier de soluționare

PREȘEDINTE

Consilier de soluționare

Redactat practicaua deciziei

Redactată în 4 (patru) exemplare originale, conține 18 (optsprezece) pagini.