CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleos nr.6, Sectorul 3, București, România, CP 030084, CIF 20329980
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642Fax. +4 021 8900745 www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea:

DECIZIE
Nr. 895/C1/853
Data: 05.06.2019

Prin contestația nr. 1329/13.05.2019, înregistrată la CNSC sub nr. 17655/14.05.2019, formulată de SC GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMÂNIA SRL cu sediul în str. Barbu Văcărescu nr. 301-311, Clădirea Lakeview, etaj 3, biroul 1, sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3731/2000, având CUI RO12924986, reprezentată prin administrator, împotriva documentației de atribuire elaborată de către SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE ȘI TBC OSTEOARTICULAR FOIȘOR cu sediul în București, B-dul Ferdinand I, nr. 35-37, sector 2, în calitate de autoritate contractantă, în vederea atribuirii contractului de achiziție publică, având drept obiect: *„Echipamente medicale. Lot 1: RMN 3T cu toată aparatura adiacentă adaptată aplicație ortopedie”* cod CPV 33100000-1, s-a solicitat: obligarea autorității contractante la modificarea parțială a documentației de atribuire cu privire la Lotul 1 - RMN 3T cu toată aparatura adiacentă adaptată aplicație ortopedie, respectiv înlocuirea mențiunilor cu privire la specificațiile tehnice ale echipamentelor medicale ce se doresc a fi contractante, astfel încât documentația de atribuire să respecte principiile atribuirii contractelor de achiziție publică; suspendarea procedurii cu privire la Lotul 1; în subsidiar, dacă modificarea parțială a documentației de atribuire nu este posibilă, anularea documentației de atribuire și reluarea procedurii, dacă va fi cazul.

În luarea deciziei, **CONSILIUL**, legal investit, a avut în vedere următoarele:

Pentru aceste motive

în baza documentelor depuse de părți,
CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

DECIDE:

Admite în parte contestația formulată de SC GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMÂNIA SRL în ceea ce privește criticile referitoare la *„posibilitatea de a se oferi softuri de evaluare RM care să cuprindă minim substracție și corecție distorsiuni compatibile cu stația de lucru multimodalitate existentă în cadrul clinicii”* și *„imagistică de difuzie tensorială cu minim 256 direcții de difuzie”*, prin achiesarea autorității contractante SPITALULUL CLINIC DE ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE ȘI TBC OSTEOARTICULAR FOIȘOR la contestația formulată de SC GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMÂNIA SRL, și obligă autoritatea contractantă să posteze în SEAP informațiile din punctul de vedere cu privire la contestație la care a achiesat, pentru a fi aduse la cunoștința tuturor operatorilor economici interesați, în termen de 15 zile de la comunicare.

Respinge ca nefondate celelalte critici.

Obligatorie.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare.