



În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) și ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr....

Data:....

Prin contestația nr. înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. ..., depusă de SRL, cu sediul social în, județul, având număr înregistrare la ORC cod unic de înregistrare ..., reprezentată legal de administrator, împotriva rezultatului procedurii de atribuire consemnat în Raportul procedurii nr. A-150/17.01.2025, publicat în SEAP la data de 24.01.2025, privind procedura de licitație deschisă, online, organizată pentru încheierea acordului-cadru având ca obiect „Furnizare materiale sanitare și consumabile medicale” – în referire la loturile 12, 101, 132, 224, cod CPV 33100000-1, organizată de-, cu sediul în, str. județul, în calitate de autoritate contractantă, s-a solicitat:

-admiterea contestației așa cum este formulată;

-anularea Raportului procedurii nr. A-150/17.01.2025, aferent loturilor nr. 12, 101, 132 și 224, prin care au fost decise câștigătoare pe locul 1 ofertele altui (aceluiași) furnizor, după declararea acestor oferte ca fiind conforme din punct de vedere tehnic, ca fiind nelegal aferent acestor loturi.

-obligarea autorității contractante la reluarea procedurii de atribuire de la etapa evaluării ofertelor tehnice depuse pentru loturile 12, 101, 132 și 224 și la dispunerea de măsuri de remediere, în sensul reevaluării ofertelor tehnice câștigătoare de pe locul 1 - cu respectarea cerințelor solicitate prin lege, prin caietul de sarcini și fișa de date a achiziției, enunțate prin documentele procedurii mai sus menționate.

**CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR,
asupra cauzei de față, constată următoarele:**

Consiliul a fost legal sesizat și este competent, potrivit dispozițiilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 101/2016, să soluționeze contestația de față, prin care SRL, reclamă rezultatul procedurii de atribuire, apreciindu-l nelegal, din considerentele expuse, pe larg, în cele ce urmează.

Contestatorul arată că oferte depuse pentru loturile 12,101,132 și 224, au fost declarate admisibile de comisia de evaluare, dar situate pe locul 2, conform Raportul procedurii nr. A-150/17.01.2025 întocmit de autoritatea contractantă și comunicat în data de 24.01.2025, ofertantul (aceiași) câștigător pe locurile 1, fiind SRL.

În urma studierii dosarului tehnic pus la dispoziție de către autoritatea contractantă, contestatorul a remarcat următoarele neconcordanțe majore, în cazul loturilor 12,101,132 și 224, față de solicitările caietului de sarcini:

Nr Lot	Denumire	Specificatii tehnice solicitate de autoritatea contractanta in caietul de sarcini	Propunere tehnica Analiza propunere tehnica si documentatie depusa
12.1	Cateter venos central 3 lumene, antimicrobian	Setul contine: Materiale pe bază de biguanide (polyhexanide methacrylate) 1. Ac de punționare cu valva laterala - 1,3mm x 70mm / 18G- permite introducerea ghidului prin ac fara a mai fi necesara detașarea seringii; 2. Ghidul metalic J (0,89mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; - 3. Cateter 7F (2,4mm x 15cm)-canale-16G/16G- tratat antimicrobian, debite 60/50ml/ min si/sau tratat antimicrobian prin polimerizare cu polihexanide metacrilat: - lumene - distal 16G- debit 46 ml/min, priming 0,380ml - medial 18G- debit 22ml/min, priming 0,215ml - proximal 18G- debit 22ml/min, priming 0,205ml -Fabricat din PUR	In propunerea tehnica este copiata exact descrierea din caiet sarcini iar in documentatia la care se face trimitere , cateterul venos central propus Multicath Expert, cod 8155.172, pag 76-81 s-au identificat diferente fata de cerintele din caiet: 1. Nu corespunde cerintei din caietul de sarcini ca si material cu efect antimicrobian:- Cateterul venos central propus Multicath Expert, cod 8155.172, pag 76-contine ioni de Argint si nu Biguanida asa cum era solicitat in caietul de sarcini. Eficienta cateterului cu ioni de Ag este inferioara; este impregnat cu ioni de argint , care si se spala in fluxul sanguin, datorita presiunii mari a sangelui si nu este mentinuta eficienta antimicrobiana constanta mai multe zile pe vena pacientului. Cateterul antimicrobian solicitat in caietul de sarcini, are eficienta antimicrobiana ridicata, constanta timp de 30 zile, fiind polarizat cu biguanida (substanta testata ca fiind biocompatibila, fara riscuri de reactii alergice), atat pe suprafata interna cat si pe cea externa, pe toata lungimea-de la ambou la varful cateterului;nu se spala in fluxul sanguin puternic avand o suprafata hidrofilă, puternic polarizată, ce distruge prin interacțiuni fizice membranele celulare ale bacteriilor ce aderă pe ea. 2. Nucorespunde cerintei din caietul de sarcini- Cateterul solicitat in caietul de sarcini a fost de 7Fr 15 cm si s-a oferat 7.5 Fr 16 cm

	(poliuretan); -Suprafața internă și externă a cateterului este impregnată cu o substanță antibacteriană: polihexanide metacrilat -Vârful cateterului atraumatic (soft); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Aripioare fixe, la joncțiunea liniei de extensie cu cateterul propriu-zis, pentru fixarea cateterului prin puncte de sutură; -Aripioare mobile pe lungimea cateterului pentru fixarea acestuia prin puncte de sutură la nivelul locului de puncție; 4. Linii de extensie transparente, 3 - Prevăzute cu cleme pentru întreruperea temporară a perfuziei; -Ambele capete ale liniei de extensie sunt prevăzute cu conectoare de tip luer-lock (prin înșurubare) și căpăcele de protecție 5. Dilatator - Compatibil cu cateterele 7F; 6. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; 7. Valve acces tip „needle-free” pentru fiecare lumen/valve ce previn riscul de embolism; 8. Bisturiu de unică folosință; 9. Cablu de conectare pentru poziționare simultană cu ajutorul ECG; 10. Clip de blocare a aripioarei mobile de fixare de pe cateter; 11. Sterilizare EO; 12. Ambalare și etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive) (numele produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, mod de sterilizare, dimensiuni, adresa producător etc).	3. Nu corespunde cerinței din caietul de sarcini-Cerința din caietul de sarcini a fost acționare cu valvă laterală și s-a oferit ac Seldinger care nu are valvă laterală. Acul cu valvă laterală permite conectarea facilă a seringii de aspirație în timpul manevrei de montare a cateterului venos central, asigurând un circuit închis ce reduce riscul contaminărilor, beneficiu pe care nu îl aduce utilizarea unui ac Seldinger. 4. Nu corespunde cerinței din caietul de sarcini-In caietul de sarcini s-au solicitat lumene: - distal 16G- debit 46 ml/min, priming 0,380ml - medial 18G- debit 22ml/min, priming 0,215ml - proximal 18G- debit 22ml/min, priming 0,205ml și s-a oferit: - distal 14G, debit 63ml/min, volum de amorțare 0.30ml - medial: 18G-debit 34 ml/min, volum de amorțare 0.33ml - proximal: 18G-debit 36 ml/min, volum de amorțare 0.38ml 5. Nu corespunde cerinței din caietul de sarcini pentru Dilatator solicitat în caietul de sarcini-compatibil cu cateterele 7 Fr și s-a oferit dilatator 8Fr/100mm
--	---	---

12.2	Cateter venos central 3 cai 15 cm	"Setul contine: 1. Ac de punționare cu valva laterala - 1,3mm x 70mm / 18G- permite introducerea ghidului prin ac fara a mai fi necesara detașarea seringii; 2. Ghidul metalic J (0,63mm x 50 cm) si/sau (0.89mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7F (2,4mm x 15cm)- canale-16G/16G, debite 64/53ml/ min, priming 0,4/0,3ml si/sau lumene -distal 16G- debit 50 ml/min, priming volume 0,37 - medial 18G- debit 28ml/min, priming volume 0.28 ml - proximal 18G- debit 28ml/min, priming volume 0.27ml -Fabricat din PUR(poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft); -Radioopac ,detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Aripioare fixe, la joncțiunea liniei de extensie cu cateterul propriuzis, pentru fixarea cateterului prin puncte de sutură; -Aripioare mobile pe lungimea cateterului pentru fixarea acestuia prin puncte de sutură la nivelul locului de punție; 4. Linii de extensie transparente - Prevăzute cu cleme pentru întreruperea temporară a perfuziei; - Ambele capete ale liniei de extensie sunt prevăzute cu conecitoare de tip luer-lock (prin	În propunerea tehnica este copiata exact descrierea din caiet sarcini iar in documentatia la care se face trimitere, pag 82-87, Cateterul venos central propus cod 155.172, are specificatii diferite: 1. Nu corespunde cerintei din caietul de sarcini- ca dimensiuni: are dimensiunea de 7.5Fr 16 cm iar cerinta din caietul de sarcini este 7Fr 15 cm 2. Nu corespunde cerintei din caietul de sarcini, ca tip de ac solicitat-Cerinta din caietul de sarcini a fost ac punctionare cu valva laterala si s-a oferta ac Seldinger care nu are valva laterala. Acul de punctionare cu valva laterala permite conectarea facila a seringii de aspiratie in timpul manevrei de montare a cateterului venos central, asigurand un circuit inchis ce reduce riscul contaminarilor, beneficiu pe care nu il aduce utilizarea unui ac Seldinger. 3. Nu corespunde cerintei din caietul de sarcini- Dilatator solicitat in caietul de sarcini-compatibil cu cateterele 7 Fr si s-a ofertat dilatator 8Fr/100mm 4. Nu corespunde cerintei din caietul de sarcini/propunerii tehnice, ca si caracteristici lumene - distal 16G- debit 50 ml/min, priming volume 0,37 - medial 18G- debit 28ml/min, priming volume 0.28 ml - proximal 18G- debit 28ml/min, priming volume 0.27ml <u>si s-a ofertat:</u> <u>distal 14G-debit 63ml, volum de amorsare 0.30ml</u> <u>medial 18G-debit 34 ml/min, volum de amorsare 0.33 ml</u> <u>proximal 18G-debit 36 ml/min, volum de amorsare 0.38ml</u>
------	-----------------------------------	--	---

		înșurubare) și căpăcele de protecție "5. Dilatator - Compatibil cu cateterele 7F; 6. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; 7. Valve acces tip „needle-free” pentru fiecare lumen/valve ce previn riscul de embolism; 8. Bisturiu de unică folosință; 9. Cablu de conectare pentru poziționare simultană cu ajutorul ECG; 10. Clip de blocare a aripioarei mobile de fixare de pe cateter; 11. Sterilizare EO; 12. Ambalare si etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive) (numele produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, mod de sterilizare, dimensiuni, adresa producator etc). "	
12.3	Cateter venos central antimicorbian cu 5 lumene si kit insertie cu debit ridicat, pentru terapii acces vascular	"Cateter din material poliuretan, radioopac, antimicrobian Cateterul este impregnat cu PolyHexaMethylene Biguanide sau echivalent cu eficienta antifungica, antimicrobiana si antivirala Numar lumene: 5 Dimensiune: 9FR si/sau 12FR Lungime: 15cm / 20cm Prevazut cu conectori tip LuerSafe cu valve unidirectionale fixate din constructie pe extensiile cateterului, pentru a preveni din infectiile asociate Rezistent la livrări sub presiune > 300 PSI Debitele lumenelor cateterului sunt notate pe fiecare extensie Kit cateter compus din: Ghid introducător realizat din material otel cu miez din nitinol (reduce din kinking), adaptat dimensiunii cateterului, cu vârf in J, situat intr-un dispozitiv de introducere prevazut cu o rotita ajutatoare pentru un	In propunerea tehnica este copiată exact descrierea din caiet sarcini iar in documentatia la care se face trimitere , pag 88-97, Cateterul venos central propus Multicath 5 Expert, cod 8159.152 s-a identificat: -Nu corespunde cerintei din caietul de sarcini : in fisa tehnica, cateterul oferat contine ioni de Argint si nu biguanida asa cum era solicitat in caietul de sarcini. Eficienta cateterului cu ioni de Ag este inferioara fiind impregnat cu ioni de argint , care se spala in fluxul sanguin, datorita presiunii mari a sangelui si nu este mentinuta eficientata antimicrobiana constanta mai multe zile pe vena pacientului. Cateterul antimicrobian solicitat in caietul de sarcini, trebuie sa aiba eficienta antimicrobiana ridicata, constanta timp de 30 zile, fiind polarizat cu biguanida (substanta testata ca fiind biocompatibila, fara riscuri de reactii alergice), atat pe suprafata interna cat si pe cea externa, pe toata lungimea lui-de la ambou la varful cateterului;nu se spala in fluxul sanguin puternic avand o suprafata hidrofilă, puternic polarizată, ce distruge prin interactiuni fizice membranele celulare ale bacteriilor ce aderă pe ea. - Nu corespunde cerintei din caietul de sarcini- Cateterul solicitat in caietul de sarcini a fost de 9Fr 15 cm si s-a oferat 9.5 Fr 16 cm

		control mai bun al acestuia în timpul manipulării Ac ecogenic punctie, adaptat dimensiunii cateterului Seringa de 5 ml, tip Luer-Slip ofera posibilitatea introducerii ghidului prin piston, fara a se demonta seringă, in vederea prevenirii riscului de embolism); Dilatator adaptat dimensiunii cateterului cu proprietati hidrofile (reduce riscul de traumă al vasului) Bisturiu nr. 11 Dispozitiv pentru fixarea cateterului pe piele tip fluturas, realizat dintr-o componenta rigidă si o componentă moale (silicon) Produs steril Marcaj CE, Valabilitate minim 12 luni."	
101.1	Seringa pentru administrare medicamentoasă orală 20 ml	•Fabricata din polipropilena/polietilena •Dedicata administrării medicatiei orale lichide •Ambou conic luer slip centric •Cilindrul transparent cu vizibilitate ridicata •Gradatii de cate 1 ml, de culoare neagra, cu contrast ridicat, usor de identificat •Piston de culoare mov, pentru identificarea usoara a scopului utilizării seringii (administrare orală) •Opritor de siguranta al pistonului •Nu contine ulei de silicon •Volum : 20 ml, poate fi folosita pana la 25 ml •Nu contine PVC, DEHP, Latex sau Nichel •Sterilizare cu Etilen Oxid •Ambalare: cutie cu 100 bucati."	
101.2	Seringa 50 ml cu LUER LOCK	materialul de constructie al seringii este: polipropilena (pistonul si cilindrul) si cauciuc natural (garnitura de etansare din capatul pistonului) materialul de constructie al seringii nu contine latex garnitura de etansare a	In propunerea tehnica este copiată exact descrierea din caiet sarcini iar in documentatia la care se face trimitere , pag 152-154, s-a identificat: 1. Cerinte din caietul de sarcini: dimensiuni fizice; interior 0 27 mm, lungime seringă masurata pe interior/exterior la nivelul umarului 121 mm/122 mm, la pagina 152-154 in fisa tehnica pentru produsul oferat nu s-au regasit

		pistonului cu doua trepte/fronturi de etansare gradare din ml in ml sistemul de prindere al acului/tubului prelungitor de tip "luer-lock" centrat ac premontat la seringa dimesiunile acului: 2 x 30 mm dimensiuni fizice: interior 0 27 mm, lungime seringa masurata pe interior/exterior la nivelul umarului 121 mm/122 mm sterilizare EO ambalare si etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive) (numele produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, mod de sterilizare, dimensiuni, adresa producator etc) 100 buc/cut "	
101.3	Seringa 50 ml cu ac LUER LOCK, UV protect	"Seringa de unica utilizare 50 ml din 3 piese cu ac premontat pentru substante fotosensibile - protectie pentru lumina pana la 520 nm lungime de unda; - culoare portocaliu - transparent Componente: 3 piese (cilindru, piston si garnitura) si ac S cilindru- material polipropilena - pereti transparenti - interval de gradatie - 1 ml; - gradatii de culoare neagra - pentru contrast si vizibilitate ideala; - volum rezidual redus - ambou centric cu conexiune Luer-Lock/male; S piston - material polipropilena -fara canelura la placa de prindere - placă de prindere ovală pentru o mai bună manipulare a seringii si pentru prevenirea rostogolirii - sistem de siguranță a pistonului pentru a preveni retragerea neintenționată a pistonului din cilindrul seringii	In propunerea tehnica este copiată exact descrierea din caiet sarcini iar in documentatia la care se face trimitere , pag 152-154, s-a identificat: 1.Cerinta ca dimensiunea acului G14 (2x30 mm) iar produsul oferat de la pag 152-154 are ac G14x11/4 2.la pag 152-154 in fisa tehnica a ofertantului nu s-a regasit specificatia: filtru de particule cu dimensiune 15 y.m 3. Nu se regaseste cerinta din caietul de sarcini: protectie pentru lumina pana la 520 nm lungime de unda la pagina 152-154 in fisa tehnica a produsului; Aceasta caracteristica este importanta in administrarea substantelor fotosensibile pe injectomat; 5. Nu se regaseste cerinta din caietul de sarcini: - cu inel dublu de etansare pentru aspiratie lenta sau perfuzie lenta de solutii medicamentoase; este o caracateristica importanta in utilizare seringilor la administrarea sub presiune(pe injectomat) • ac de aspiratie cu filtru, la pag 152-154 nu s-au gasit aceste specificatii in fisa tehnica atasata

		- garnitura - material sintetic (fara Latex) - cu inel dublu de etansare pentru aspiratie lenta sau perfuzie lenta de solutii medicamentoase S ac de aspiratie cu filtru - acul este premontat la seringa - dimensiunea acului G14 (2x30 mm) -filtru de particule cu dimensiune 15 ^m" -nici o componenta a seringii nu contine Latex, PVC, DEHP; sterilizare EO ; -valabilitate 5 ani ; - ambalare si etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive) (numele produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, mod de sterilizare, dimensiuni, adresa producator etc). 100 buc./cutie"	
101.4	Seringa 30 ml cu ac	"Seringa de unica utilizare 30 ml din 3 parti fara ac cu conexiune luer - lock •este formata din 3 piese (piston, corp si garnitura); •cilindru si piston: -material- polipropilena; -pereti transparenti; -interval de gradatie - 1ml; -gradatii de culoare neagra-pt. un contrast si o vizibilitate ideala; -ambou luer-lock centric -poate fi utilizata pana la capacitatea de 33 ml •garnitura de etansare a pistonului -are doua trepte/ fronturi de etansare; - material- cauciuc sintetic-ISO 10993 •nicio componenta a seringii nu contine latex, DEHP sau PVC •sterilizare EO ; •valabilitate 5 ani ; •ambalare si etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive) (numele produsului, descriere, cod, valabilitate,	

		lot, mod de sterilizare, dimensiuni, adresa producator etc). 100 buc./cutie"	
132.1	Trusa perfuzie cu regulator de flux	•Canula de plastic pentru introducerea în flacon este suficient de ascuțită. •Dispozitiv de aerisire manual cu filtru antibacterian de 0,2 Sm și căpăcel de protecție. •Cameră de picurare cu două corpuri: cel superior transparent rigid cu formator de picături performant (20 picături =1 ml); cel inferior flexibil, suficient de mare și cu pereți flexibili. Inelul alb care îmbină cele două corpuri, permite prinderea sigură a camerei de picurare. •Filtru standard de 15 microni în camera de picurare. •Lungimea tubului de perfuzie de 180 cm (material flexibil cu tendință de cudare redusă) •Dispozitiv mecanic de reglare a debitului gradat în ml/h. •Clemă pentru întreruperea rapidă a perfuziei fără modificarea debitului setat. •Conexiune luer lock •Etichetare si ambalare corespunzătoare a produsului conform Medical Device Directive (numele produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, mod de sterilizare, lungime, calibrare picătură etc)- 50 buc./ cutie si/sal 100buc/cutie	In propunerea tehnica este copiata exact descrierea din caiet sarcini iar in documentatia la care se face trimitere , pag 185-188, s-a identificat 1. Nu se respecta cerinta din caietul de sarcini; Dispozitiv de aerisire manual cu filtru antibacterian de 0,2 2m și capacel de protecție, la pag 183-184 din propunerea tehnica nu exista specificatii despre filtru antibacterian de 0.2 microni 2. Nu se respecta cerinta din caietul de sarcini; • Filtru standard de 15 microni în camera de picurare la pag 183-184 din propunerea tehnica nu exista specificatii despre filtru standard de 15 microni 3. Nu se respecta cerinta din caietul de sarcini, lungimea produsului oferat este de 120+30 cm , in fisa tehnica pag 183- 184,iar specificatia minima din caietul de sarcini este: • Lungimea tubului de perfuzie de 180 cm (material flexibil cu tendința de cudare redusa)
132.2	Tub extensie perfuzie 150 cm	Tub prelungitor pentru seringi automate cu sistem de prindere prin infiletare; -rezistent la presiune (2 bari si/sau 4 bari); -lungime 150 cm, 0 0,9 x 1,9 mm si/sal 1.00 x 2.00 mm (diametru intern x diametru extern); -conectare „luer lock”; -material PVC; -priming 0,94 ml si/sau 1.27 ml	In propunerea tehnica este copiata exact descrierea din caiet sarcini iar in documentatia la care se face trimitere , pag 185-188, s-a identificat 1. Nu se respecta cerinta din caietul de sarcini: priming 0,94 ml si/sau 1.27 ml iar la pag 185-188 produsul oferat are un volum de amorsare de 1.5ml

		-sterilizare a produsului cu EO; -termen de valabilitate a produsului 60 luni; -etichetare si ambalare corespunzătoare a produsului conform Medical Device Directive (numele produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, mod de sterilizare, lungime, calibrare picătură etc)- 25 buc./ cutie si/sal 100buc/cutie	
132.3	Rampa 3 robineti cu prelungitor	• rezistenta la o presiune de max. 2 bar- 4 bar; •rezistenta la solicitarile mecanice si la substantele medicamentoase agresive (ex.lipide), eliminand astfel riscul de fisurare a robinetului, contaminarea sau embolismul aerian; •robinetii cu 3 cai prezinta -canale de curgere cu diametru constant, ce asigura o curgere laminara pentru masurarea cu precizie a presiunii; -conector cu posibilitate de miscare atat in planul axial, cat si in planul radial al lui - permite o cuplare rapida si sigura la sistemul de perfuzie; -culoare robineti: albastra; -posibilitate de fixare pe dispozitivul de fixare hipoalergenice la tegument-PinPad; •prelungitorul: -lungime 180 cm; -prevazut cu conector luer-lock si valve cu dislocare pozitiva pentru administrare needle free •sterilizare EO. •ambalare si etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive) (numele produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, mod de sterilizare, dimensiuni, adresa producator etc). 50 buc./ cutie"	In propunerea tehnica este copiată exact descrierea din caiet sarcini iar in documentatia la care se face trimitere , pag 189-193, s-a identificat: 1. Nu se respecta cerinta minima din caietul de sarcini: lungime 180 cm-iar produsul oferat la pag 189-193 din propunerea tehnica are dimensiunea de 150 cm,
132.4	Robinet cu 3 cai	-rezistenta la o presiune de max. 2 bar - 4 bar;	

		•rezistentă la solicitările mecanice și la substanțele medicamentoase agresive (ex.lipide), eliminând astfel riscul de fisurare a robinetului, contaminarea sau embolismul aerian; •robinetul cu 3 cai prezintă canale de curgere cu diametru constant, ce asigură o curgere laminară pentru măsurarea cu precizie a presiunii; -conector cu posibilitate de mișcare atât în planul axial, cât și în planul radial al lui - permite o cuplare rapidă și sigură la sistemul de perfuzie fără a modifica poziția robinetului sau a sistemului de perfuzie- prevăzut cu capacel de protecție de culoare verde; -culoare albastră; -posibilitate de fixare pe dispozitivul de fixare hipoalergenic la tegument-PinPad; -posibilitate de oprire a robinetului la poziție intermediară (unghi de 45° față de caile de curgere); •sterilizare prin iradiere. •ambalare și etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive) (numele produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, mod de sterilizare, dimensiuni, adresa producător etc). 50 buc./cutie"	
132.5	Mini Spike cu valvă	Canula de plastic -pentru introducerea dispozitivului în flacon; •Filtru antibacterian de 0,45Sm; •Filtru de particule de 5Sm; •Prezintă o valvă integrată pentru prevenirea scurgerilor nedorite de substanțe; •Conector luer-lock prevăzut cu capacel de protecție de culoare albastră- pentru conectarea seringii; •Sterilizare EO ; •Ambalare și etichetare	În propunerea tehnică este copiată exact descrierea din caiet sarcini iar în documentația la care se face trimitere , pag 200, s-a identificat: Produsul oferit nu prezintă valvă integrată pentru prevenirea scurgerilor nedorite de substanțe-caracteristica importantă în timpul manevrelor medicale pentru a se evita pierderea de medicamente și contaminarea .

		conform EU-MDD (EU Medical Device Directive) (numele produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, mod de sterilizare, dimensiuni, adresa producator etc) 50buc/cutie."	
132.6	Valva acces vascular Caresite	Conector universal de tip needle-free cu valva de silicon cu dislocare pozitiva, pentru acces vascular (administrare medicamente sau prelevare sange): -Tehnologie "sept divizat"-previne ocluzia cateterului; -Flux deschis de curgere, nu interfereaza cu fluxul de fluid; -Rezistenta minima la curgere, fara risc de retentie a fluidului; -Vizibilitate completa a fluxului de curgere; -Compatibilitate conexiune male/female, atat "Luer-Lock" cat si "Luer Slip"; Specificatii tehnice: •Debit: 148-208ml/min (9-12l/h); •Presiune: 20 bar @ 10 ml/sec; •Volum retinut: 0,2 ml; •Volum de umplere: 0,22 ml; •Dislocare volum: 0,03 ml (pozitiv); •Durabilitate: minim 216 accesari; -Suprafata fina, posibilitate de dezinfectare prin tamponare; -Nu contine latex, nu contine DEHP; -Compatibilitate cu produsele din sange, cu lipidele si cu substante citotoxice; -Materialul de fabricatie: Policarbonat si Silicon; -Compatibilitate RMN: nu contine metale; -Sterilizare: Etilen Oxid; -Ambalare si etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive) (numele produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, mod de sterilizare, dimensiuni, adresa	In propunerea tehnica este copiat exact descrierea din caiet sarcini iar in documentatia la care se face trimitere , pag 201-209, cod 898.03,s-a identificat: 1. Nu se respecta cerinta din caietul de sarcini: • Presiune: 20 bar @ 10 ml/sec; • Volum retinut: 0,2 ml; • Volum de umplere: 0,22 ml; • Dislocare volum: 0,03 ml (pozitiv Produsul ofertat la pag 201-209, cod produs 898.03 din propunerea tehnica are specificatiile:volum de amorsare-0.07 ml si presiune 24 bar, Nu s-au gasit restul specificatiilor solicitate in caietul de sarcini.

		producator etc), cutie cu 200 bucati si/sau 100 buc/cutie	
132.7	Valva Caresite needle-free cu tub prelungitor in Y	"Linie de extensie in Y cu tub de calibru mic (1,3 mm) si lungimea de 18 cm, prevazuta cu 2 conectori universale de tip needle-free cu valva de silicon cu dislocare pozitiva si un conector Spin-Lock, folosita pentru acces vascular (administrare medicamente sau prelevare sange): Specificatii tehnice conector needle-free: • Debit: 148-208ml/min (9-12l/h); • Presiune: 20 bar @ 10 ml/sec; • Volum retinut: 0,2 ml; • Volum de umplere: 0,22 ml; • Dislocare volum: 0,03 ml (pozitiv); • Durabilitate: minim 216 accesari; - Suprafata fina, posibilitate de dezinfectare prin tamponare; - Nu contine latex, nu contine DEHP - Compatibilitate cu produsele din sange si cu lipidele - Materialul de fabricatie: Policarbonat si Silicon Sterilizare: Etilen Oxid. Ambalare si etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive) (numele produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, mod de sterilizare, dimensiuni, adresa producator etc), cutie cu 50 bucati."	In propunerea tehnica este copiat exact descrierea din caiet sarcini iar in documentatia la care se face trimitere , pag 206-214, s-a identificat 1. Nu se respecta cerinta din caietul de sarcini: lungimea de 18 cm,, produsul oferat are lungimea de 8 cm (mai scurt decat se solicita) asa cum este specificat la pag 206-214 din propunerea tehnica 2. Nu se respecta cerinta din caietul de sarcini: Presiune: 20 bar @ 10 ml/sec Produsul oferat are o presiune de 16.5 bar 3. Nu se respecta cerinta din caietul de sarcini: Volum retinut: 0,2 ml; • Volum de umplere: 0,22 ml; • Dislocare volum: 0,03 ml (pozitiv) Produsul oferat la pag 206-214 are un volum de amorsare de 0.43 ml, volum total de amorsare 75 ml, debit tub 91ml/min, debit(lumen fara valva de retinere) 106 ml/min
132.8	Sistem transfer solutii	Sistem de transfer solutii ce permite transferul substantelor medicamentoase din containere (flacoane sau pungi) de dimensiuni mari cu urmatoarele caracteristici : -dispozitivul este format din doua canule de plastic	Nu se regaseste cerinta minima din caietul de sarcini in documentatie: In propunerea tehnica este copiat exact descrierea din caiet sarcini iar in documentatia la care se face trimitere, pag 215-217,, cod produs 282.00, atasata nu se regesc aceste cerinte -este doar poza cu produsul si modul de ambalare

		identice unite printr-un grip, diametrul minim al portului de administrare (al flaconului) compatibil cu acest dispozitiv este de 6,3 mm, canulele de introducere in flacoane (sau pungi) sunt prevazute cu cate 2 orificii de scurgere si cu capacele de protectie, gripul larg ce uneste cele doua canule permite prinderea facila a dispozitivului, lungime: 70,50 mm, volum de amorsare: 2,900 ml. Fara DEHP, fara Latex, fara PVC, fara Nichel, fara BPA. Sterilizare individuala a produsului: raze Gamma. Valabilitate produs: 60 luni Etichetare si ambalare corespunzătoare a produsului conform EU-MDR (EU Medical Device Regulation) (numele produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, mod de sterilizare, lungime, calibrare picătură etc) Declaratia de conformitate Unitate de vanzare: 50 buc./cutie.	
224	Cateter cu valva G14, G16, G17, G18, G2C, G22, G24 cu dispozitiv siguranta	•sistem autoactiv de acoperire a bizoului acului după punționarea venei; •cateter din PUR (poliuretan) - •braunula este „latex free”; •pereți subțiri ai cateterului - deci se poate asigura un debit de perfuzie foarte bun astfel: G 14/50 mm - minim 343 ml/min; G 16/50 mm - minim 196 ml/min; G 17/45 - minim 128 ml/min; G 18/33 mm - minim 103 ml/min; G 20/25 mm - minim 65 ml/min; G22/25 mm - minim 36ml/min; G24/19 mm - minim 22 ml/min; Măsurare conform Standardului Britanic. •4 linii radio opace înglobate în structura cateterului - pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de	l.In propunerea tehnica este copiată exact descrierea din caiet sarcini iar in documentatia la care se face trimitere , pag 223- 235,Produsul oferat nu respecta cerinte minime din caietul de sarcini: G 14/50 mm - minim 343 ml/min; G 16/50 mm - minim 196 ml/min; G 17/45 - minim 128 ml/min; G 18/33 mm - minim 103 ml/min; G 20/25 mm - minim 65 ml/min; G22/25 mm - minim 36ml/min; G24/19 mm - minim 22 ml/min; Produsele oferate au urmatoarele specificatii asa cum se regasesc in propunerea tehnica la pag 223-235: G14: 45mm, 290ml/min G16: 45 mm, 225 ml/min G17: 45 mm, 155 ml/min G18: 45, 32 mm, 96, 103 ml/min G20: 32 mm, 59 ml/min G22: 25 mm, 42 ml/min G24: 19 mm, 29 ml/min 2. Nu se respecta cerinta minima din caietul de sarcini: • 4 linii radio opace înglobate în structura cateterului Produsul oferat are 3 linii de contrast raze X incorporate pentru opacitate la raze X 3. Nu se respecta cerinta din caietul de

		aparitie al flebitului; •suprafață foarte netedă a cateterului - ne trombogenă - ce permite o alunecare mult mai bună; •canulă cu bizou scurt - pentru prevenirea perforării peretelui opus al venei - ascuțită și pe partea dorsală "back cut bevel", ceea ce reduce trauma (reduce cu 50% forța de apăsare); •pereți transparenți ai cateterului - observare rapidă a succesului punționării prin apariția sângelui pe cateter; •filtru hidrofof în amboul canulei (camera de reflux) - pentru evitarea revărsării sângelui prin canulă/cameră de reflux eliminând riscul contaminării aripioare de fixare flexibile cu înclinație anatomică și cu orificii (pentru aerisire sau fixare). •Portul de injectare sa fie certificat ca functioneaza ca o bariera antimicrobiana	sarcini: filtru hidrofof în amboul canulei (camera de reflux) - pentru evitarea revărsării sângelui prin canulă/cameră de reflux eliminând riscul contaminării aripioare de fixare flexibile cu înclinație anatomică și cu orificii (pentru aerisire sau fixare). La pag 223-235 nu s-a gasit aceasta specificatie despre filtru hidrofof asa cum apare in caietul de sarcini 4. Nu se respecta cerinta minima din caietul de sarcini: • Portul de injectare sa fie certificat ca functioneaza ca o bariera antimicrobiana. Nu este mentionata aceasta cerinta minima in documentele din propunerea tehnica de la pag 223-235
--	--	---	---

Contestatorul susține că toate neconcordanțele ofertelor situate pe poziția 1 fata de solicitarile caietului de sarcini se regasesc în documentația depusă de ofertantul castigator, pentru loturile 12, 101, 132 și 224 și pot fi verificate și de Consiliu, în dosarul achizitiei, la paginile din ofertele tehnice contestate indicate în tabelul comparativ de mai sus. Aceste neconcordanțe ar fi trebuit verificate de autoritatea contractantă prin cereri de clarificări, deoarece prin faptul că documentația de atribuire nu a fost contestată în termenul legal de după publicarea acesteia în SEAP, aceasta a devenit obligatorie pentru toate partile implicate.

De asemenea, contestatorul apreciază că este de luat în considerare și următoarele prevederi din Fisa de date a achizitiei, la cap.IV.4 Prezentarea ofertei, pct. IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice pus la dispoziție de autoritatea contractantă:

„Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei, în raport cu caietul de sarcini ori prevederile legislației în vigoare, inclusiv în cazul lipsei unui document aferent propunerii financiare/tehnice și/sau completarea greșită a unui document ori neprezentarea acestuia conținând cel puțin informațiile solicitate, poate conduce la declararea ofertei ca fiind neconforma.

Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul propunerii tehnice, ofertanții având obligația de a proba conformitatea ofertei cu cerințele acestuia prin prezentarea propriei abordări/metodologii asupra modului de îndeplinire a contractului și de

rezolvare a eventualelor dificultăți legate de îndeplinirea acestuia, prin raportare la conținutul propunerii tehnice mai sus menționat. (...)

Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic și a resurselor prevazute în oferta, de natura sa nu asigure satisfacerea cerințelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme."

Prin urmare, fiind nerespectată documentația de atribuire (prevederile din fișa de date a achiziției și ale caietului de sarcini), contestatorul opinează că autoritatea contractantă trebuia să aplice prevederile art. 137, alin. 3, litera a din H.G. 395/2016, care dispune: *"Oferta este considerată neconformă dacă nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini"* și cele art. 137, alin. 1 din același act normativ, care dispune: *"Comisia de evaluare are obligația de a respinge ofertele inacceptabile și neconforme"*. Deci singura decizie legală era de respingere a acestor oferte, pe motive de neconformitate conform art. 215, alin 5 din Legea 98/2016.

Având în vedere motivele mai sus prezentate, contestatorul precizează că, în mod eronat, autoritatea contractantă a declarat conformă oferta tehnică a pentru loturile 12, 101, 132 și 224, situație în care solicită admiterea contestației, așa cum a fost formulată.

Prin adresa nr. .., înregistrată la CNSC cu nr. ..., autoritatea contractantă a transmis punct de vedere cu privire la contestația depusă de SRL, precizând următoarele:

Pentru loturile 101, 132 și 224, autoritatea contractantă admite contestația și este de acord cu anularea Raportului procedurii nr. A-150/17.01.2025 aferent loturilor 101, 132 și 224 și a tuturor documentelor ce au urmat acestuia și cu reluarea procedurii de atribuire de la etapa evaluării ofertelor tehnice depuse pentru loturile 101, 132 și 224 și reevaluării ofertelor tehnice câștigătoare de pe locul 1.

Drept urmare, ..., va proceda la anularea Raportului procedurii nr. A-150/17.01.2025 aferent loturilor 101, 132 și 224 și a tuturor documentelor ce au urmat acestuia, va relua procedura de atribuire de la etapa evaluării ofertelor tehnice depuse pentru loturile 101, 132 și 224 și va reevalua ofertele tehnice câștigătoare de pe locul 1 pentru loturile amintite anterior.

În ceea ce privește lotul 12 (punctele 12.1, 12.2 și 12.3) autoritatea contractantă consideră produsele oferite de către operatorul economic declarat câștigător ca fiind superioare specificațiilor tehnice solicitate în caietul de sarcini și își menține evaluarea inițială pentru acest lot.

Conform Anexei la prezentul punct de vedere, față de critica contestatorului la Lotul 12, pct. 12.1, 12.2 și 12.3, raportată la faptul că propunerea tehnică a ofertantului câștigător SRL *Nu corespunde cerinței din caietul de sarcini ca și material cu efect antimicrobian:- Cateterul venos central propus Multicath Expert, cod 8155.172, pag 76- conține ioni de Argint și nu Biguanida așa cum era solicitat în caietul de sarcini*, Autoritatea contractantă Răspunde - în ghidurile de prevenție ale infecțiilor datorate cateterelor venoase centrale nu s-a dovedit superioritatea biguanidei față de ionii de argint (ghid CDC-2011).

Referitor la critica contestatorului la Lotul 12, pct. 12.1, 12.2 și 12.3, raportată la faptul că propunerea tehnică a ofertantului

câștigător SRL *Nu corespunde cerinței din caietul de sarcini-Cateterul solicitat in caietul de sarcini a fost de 7Fr 15 cm si s-a oferat 7.5 Fr 16 cm*, Autoritatea contractantă Răspunde - dimensiunea permite debit mai bun.

Față de critica contestatorului la Lotul 12, pct. 12.1, 12.2 și 12.3, raportată la faptul că propunerea tehnică a ofertantului câștigător SRL *Nu corespunde cerinței din caietul de sarcini-Cerinta din caietul de sarcini a fost ac punctionare cu valva laterala si s-a oferta ac Seldinger care nu are valva laterala*, Autoritatea contractantă Răspunde - diferența nu are semnificație clinică.

Privitor la critica contestatorului la Lotul 12, pct. 12.1, 12.2 și 12.3, raportată la faptul că propunerea tehnică a ofertantului câștigător SRL *Nu corespunde cerinței din caietul de sarcini-In caietul de sarcini s-au solicitat anumite debite de lumene*, Autoritatea contractantă Răspunde - debitele oferate sunt superioare celor din caietul de sarcini, iar volumele de priming mai mici oferind o pierdere mai mica de substanța activă.

Față de critica contestatorului la Lotul 12, pct. 12.1, raportată la faptul că propunerea tehnică a ofertantului câștigător SRL *Nu corespunde cerinței din caietul de sarcini pentru Dilatator solicitat in caietul de sarcini-compatibil cu cateterele 7 Fr si s-a oferat dilatator 8Fr/100mm*, Autoritatea contractantă Răspunde - considerăm că prin dimensiune produsul oferat este superior caietului de sarcini.

În consecință, pentru lotul 12 (punctele 12.1, 12.2 și 12.3... .., ..., solicită Consiliului să respingă contestația formulată de către ... SRL ca neîntemeiată.

Cu adresa înregistrată la Consiliu sub nr. ..., ... SRL depune *Concluzii scrise* la punctul de vedere al autorității contractante, învederând următoarele:

Referitor la loturile 101, 132 și 224, contestatorul a luat la cunoștință despre achiesarea autorității contractante la punctul său de vedere și solicită Consiliului să ia în considerare dispunerea măsurilor de remediere menționate în punctul de vedere. Ele încă nu au fost implementate.

Referitor la lotul 12, autoritatea contractantă solicită respingerea contestației pe motivul că produsul este superior din punct de vedere calitativ.

Contestatorul susține că produsul oferat de ofertantul câștigător conține ioni de argint si nu biguanide (polyhexanide methacrylate), asa cum se solicita atat in documentatia de atribuire cat si după răspunsurile la clarificări. Odata confirmate prin clarificari, aceste caracteristici devin obligatorii tuturor partilor implicate in aceasta procedura de achizitie. De asemenea contestatorul solicită Consiliului sa tina cont si de urmatoarele aspecte:

Polyhexanide methacrylate (PHM) si ionii de argint sunt doi agenți antimicrobieni utilizați în prevenirea infecțiilor asociate cu cateterele venoase centrale. Fiecare dintre aceștia are propriile sale avantaje si limitări, iar comparația între cele doua poate fi influențată de mai mulți factori, inclusiv eficiența antimicrobiană, toxicitatea, costul și stabilitatea.

1. Eficiența antimicrobiană

- Polyhexanide methacrylate: PHM este cunoscut pentru eficiența sa împotriva unei game largi de bacterii și fungi, având un mecanism de acțiune care perturbă integritatea membranelor celulare ale microorganismelor. Studiile au arătat că PHM poate reduce semnificativ incidența infecțiilor asociate cateterelor.

- Ioni de argint: Ioni de argint au proprietăți antimicrobiene bine documentate și au fost utilizați de mult timp în diverse aplicații medicale. Totuși, eficiența lor poate fi influențată de factori precum concentrația, tipul de microorganisme și prezența materialelor organice.

2. Toxicitate

- Polyhexanide methacrylate: De obicei, PHM este considerat a avea o toxicitate mai scăzută în comparație cu alte substanțe antimicrobiene.

- Ioni de argint: Deși ionii de argint sunt eficienți, utilizarea lor pe termen lung poate duce la argiria (depunerea argintului în țesuturi) și alte efecte adverse. De asemenea, există preocupări legate de dezvoltarea rezistenței bacteriene.

3. Stabilitate și durabilitate

- Polyhexanide methacrylate: PHM are o stabilitate bună în condiții de utilizare clinică, ceea ce îl face potrivit pentru aplicații pe termen lung, cum ar fi cateterele venoase centrale.

- Ioni de argint: Stabilitatea ionilor de argint poate fi afectată de condițiile de mediu (pH, temperatură, umiditate), ceea ce poate reduce eficiența lor în timp.

4. Cost

- Costul poate varia semnificativ în funcție de sursă și formula specifică utilizată. În general, PHM poate fi considerat mai costisitor în comparație cu soluțiile pe bază de argint, dar eficiența sa superioară și reducerea infecțiilor pot justifica costul suplimentar.

În concluzie, polyhexanide methacrylate (biguanide) poate fi considerat superior ionilor de argint, în contextul cateterelor venoase centrale, datorită eficienței sale antimicrobiene, toxicității mai scăzute și stabilității pe termen lung.

Totodată, contestatorul apreciază nedovedit celelalte concluzii expuse de autoritatea contractantă în punctul de vedere.

Prin urmare, fiind nerespectată documentația de atribuire (prevederile din fișa de date a achiziției și ale caietului de sarcini), contestatorul opinează că autoritatea contractantă trebuia să aplice prevederile art. 137, alin. 3, litera a din H.G. 395/2016, care dispune: *"Oferta este considerată neconformă dacă nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini"* și cele art. 137, alin. 1 din același act normativ, care dispune: *"Comisia de evaluare are obligația de a respinge ofertele inacceptabile și neconforme"*. Deci singura decizie legală era de respingere a ofertei situate pe locul 1 pentru lotul 12, pe motive de neconformitate conform art 215, alin 5 din Legea 98/2016.

Având în vedere motivele mai sus prezentate, contestatorul solicită CNSC să constate că, în mod eronat, autoritatea contractantă a declarat conformă oferta tehnică a pentru toate loturile contestate (12,101,132 și 224), situație în care solicită admiterea contestației, așa cum a fost formulată.

Cu adresa înregistrată la Consiliu sub nr. ..., autoritatea contractată depune Procesul verbal nr. ... privind măsurile de remediere efectuate pentru loturile 101, 132 și 224 contestate de SRL.

Prin adresa înregistrată la CNSC cu nr., ... SRL depune, în original, recipisa de consemnare a cauțiunii nr. 211000594/1 din 31.01.2025, emisă de ... Bank SA – Sucursala ..., în valoare de 14.317,00 RON, potrivit dispozițiilor art. 61¹ din Legea nr. 101/2016.

Analizând documentele depuse la dosarul cauzei, Consiliul constată următoarele:

.... -, în calitate de autoritate contractantă, a organizat procedura de licitație deschisă, online, pentru încheierea acordului-cadru având ca obiect „Furnizare materiale sanitare și consumabile medicale” – 331 loturi, cod CPV 33100000-1. În acest sens a elaborat documentația de atribuire aferentă și a publicat în SEAP anunțul de participare nr. ..., criteriul de atribuire stabilit fiind „prețul cel mai scăzut”.

Împotriva rezultatului procedurii de atribuire, în referire la loturile 12, 101, 132 și 224, consemnat în Raportul procedurii nr. A-150/17.01.2025, ... SRL a formulat contestația în cauză care face obiectul dosarului nr. ...

Analizând susținerile părților, coroborate cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei și având în vedere dispozițiile legale în materie, Consiliul urmează să admită în parte contestația SRL, pentru considerentele ce se vor arăta în continuare.

Față de criticile contestatorului la loturile 101, 132 și 224, Consiliul constată că autoritatea contractantă a achiesat la acestea, procedând la adoptarea măsurilor de remediere constând în anularea Raportului procedurii nr. A-150/17.01.2025 și a tuturor documentelor ce au urmat acestuia, reluarea procedurii de la etapa de evaluare a ofertelor tehnice depuse pentru respectivele loturi, precum și reevaluarea ofertelor tehnice câștigătoare clasate pe locul 1. Aceste măsuri au fost consemnate în Procesul verbal nr. A1162/31.03.2025. Potrivit acestui document, Consiliul a constatat că oferta desemnată câștigătoare pentru loturile 101, 132 și 224, în urma reevaluării ofertelor tehnice, este oferta SRL

În ceea ce privește criticile contestatorului referitoare la lotul 12, Consiliul reține următoarele:

În Raportul procedurii nr. A-150/17.01.2025, s-a consemnat pentru Lotul 12 contestat depunerea a 2 oferte, admisibilitatea acestora, precum și desemnarea ofertei SRL câștigătoare a procedurii cu o propunere financiară de 112.400,00 lei fără TVA; oferta contestatorului s-a clasat pe locul 2 cu o propunere financiară de 142.000,00 lei fără TVA

Prin contestația depusă, ... SRL critică admisibilitatea ofertei declarate câștigătoare, considerând că oferta depusă de SRL este neconformă întrucât nu respectă cerințele prevăzute în caietul de sarcini.

În punctul de vedere, autoritatea contractantă nu neagă cele susținute de contestator, însă consideră că specificațiile tehnice ale produselor ofertate de SRL ar fi superioare (fără a prezenta dezechilibru care să demonstreze cele afirmate) sau că nerespectarea unor cerințe prevăzute în caietul de sarcini nu ar avea semnificație clinică.

Contrar alegațiilor autorității contractante, Consiliul apreciază că această modalitate de evaluare care presupune acceptarea unor produse care nu respectă cerințele caietului de sarcini, cerințe pe care ea însăși le-a solicitat, încalcă principiile ce guvernează achizițiile publice, în special principiile nediscriminării, al tratamentului egal și transparenței.

Conținutul documentației de atribuire, așa cum este întocmită de autoritatea/entitatea contractantă, este obligatoriu, atât pentru operatorii economici participanți la procedură, care au obligația de a-și elabora ofertele în conformitate cu prevederile acesteia, cât și pentru autoritatea/entitatea contractantă, aceasta fiind obligată ca, în desfășurarea procedurii de achiziție publică, să respecte atât dispozițiile legale aplicabile în acest domeniu, cât și prevederile propriei documentații de atribuire, care stabilesc regulile ce trebuie respectate de ambele părți în derularea procesului de evaluare.

În condițiile în care orice operator economic interesat în a participa la procedura de atribuire ar fi avut nemulțumiri/nelămuriri cu privire la conținutul documentației de atribuire avea posibilitatea să conteste în termenul legal prevăzut de dispozițiile art.8 din Legea nr.101/2026, ceea ce în cauză nu s-a întâmplat.

Prin urmare, în opinia Consiliului, ofertantul SRL avea obligația de a depune oferta cu respectarea cerințelor documentației de atribuire, potrivit dispozițiilor art.123 alin.(1) teza I din HG nr. 395/2016,conform căroră „*Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire..*”

Având în vedere cel mai sus reținute, Consiliul apreciază că, în mod eronat autoritatea contractantă a declarat conformă oferta tehnică a SRL pentru lotul 12, criticile contestatorului fiind întemeiate.

Pe cale de consecință, în temeiul dispozițiilor art. 26 alin. (1) și (6) din Legea nr. 101/2016, Consiliul va respinge ca rămasă fără obiect contestația formulată la loturile 101, 132 și 224 de către SRL în contradictoriu cu -

În consecință, luând în considerare cele mai sus menționate, în temeiul dispozițiilor art. 26 alin. (2) lit.a) și b) și alin.(5) din Legea nr. 101/2016, Consiliul va admite contestația formulată de SRL la lotul 12 și va dispune anularea Raportului procedurii nr. A-150/17.01.2025 și a tuturor comunicărilor subsecvente acestuia, în referire la lotul 12, precum și continuarea procedurii prin reevaluarea ofertei depuse la lotul 12 de SRL conform motivării, și, ulterior, stabilirea ofertei câștigătoare dintre ofertele admisibile depuse la acest lot potrivit criteriului de atribuire, în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei decizii.

Pentru aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

În temeiul dispozițiilor art. 26 alin. (1) și (6) din Legea nr. 101/2016, respinge ca rămasă fără obiect contestația formulată la loturile 101, 132 și 224 de către SRL în contradictoriu cu -

În temeiul dispozițiilor art. 26 alin. (2) lit.a) și b) și alin.(5) din Legea nr. 101/2016, admite contestația formulată de către SRL la lotul 12, în contradictoriu cu .. -

Dispune anularea Raportului procedurii nr. A-150/17.01.2025 și a tuturor comunicărilor subsecvente acestuia, în referire la lotul 12.

Dispune continuarea procedurii prin reevaluarea ofertei depuse la lotul 12 de SRL conform motivării, și, ulterior, stabilirea ofertei câștigătoare dintre ofertele admisibile depuse la acest lot potrivit criteriului de atribuire, în termen de 10 zile de la comunicare.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 și poate fi atacată cu plângere, în temeiul art. 29 din același act normativ, în termen de 10 zile de la comunicare.