



În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea:

DECIZIE

Nr. 2363/C10/2478

Data: 22.07.2026

Prin contestația nr. 123981/19.06.2026, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 46025/22.06.2026, depusă de ADG MEDICAL SUPPLY SRL, cu sediul social în București, str. Vasile Lascăr nr. 216-218, 220, etaj 11 + 12 (DUPLEX), sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2012010912406, având codul de înregistrare fiscală RO 30702848, reprezentată legal de administrator Drăghici Constantin-Andrei și convențional de Sinescu & Nazat - Societate civilă de avocați, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură în București, Piața Sfântul Ștefan nr. 7, sector 2, împotriva Răspunsului consolidat la solicitările de clarificări la documentația de atribuire nr. 10608/09.06.2026, privind procedura de licitație deschisă, online, organizată în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de furnizare având ca obiect „Echipament de tomografie computerizată + Amenajare amplasament”, cod CPV 33115000-9, de către INSTITUTUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE “MARIUS NASTA”, cu sediul în mun. București, str. Viilor nr. 90, sector 5, în calitate de autoritate contractantă, s-a solicitat admiterea contestației și:

-anularea în parte a Răspunsului, respectiv în privința punctelor 2-9 (pag. 1-3 din Răspuns), reprezentând răspunsul autorității contractante față de Solicitarea ADG de clarificare și a punctelor 13 - pag. 5-6 și 26 - pag. 16 din Răspuns, solicitări identice adresate de alți ofertanți, dar care au primit soluții diferite;

-obligarea autorității contractante la adoptarea măsurilor legale pentru restabilirea legalității prin formularea unor răspunsuri clare, complete, neechivoce și unitare la solicitările de clarificări criticate;

-obligarea autorității contractante la modificarea factorilor de evaluare de mai jos:

Generator de înaltă tensiune cu o putere de minim 100kW-se va descrie putea nominala fără echivalente

Tensiune anodica de minim: 70-140 kV

Curent anodic de minim 1200 mA - se va descrie valoarea nominala fără echivalente
Tub de raze X cu minim doua focare cu următoarele dimensiuni maxima: 1.0 x 0,7 mm sau 0,7mm2 pentru focarul mic, 1,6x1.2 sau 1.92 mm2 pentru focarul mare
Capacitatea efectiva a anodei de înmagazinare a căldurii de minim 30 MHU
Capacitatea de răcire a anodei de minim 2700 KHU/min
Viteza maxima de deplasare orizontala a mesei: minim 500 mm/s
Sistem ECG integrat in masa

În sensul celor solicitate de contestator prin Solicitarea de clarificări.

-suspendarea procedurii de atribuire până la soluționarea cauzei, în temeiul prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 101/2016;

-în conformitate cu dispozițiile art. 19 din Legea nr. 101/2016, contestatorul solicită acces la dosarul achiziției publice.

Pentru aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

Respinge excepțiile de inadmisibilitate și/sau lipsă de interes, formulate de autoritatea contractantă INSTITUTUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE "MARIUS NASTA" în contradictoriu cu ADG MEDICAL SUPPLY SRL, ca nefondate.

Admite în parte contestația formulată de ADG MEDICAL SUPPLY SRL, în contradictoriu cu INSTITUTUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE "MARIUS NASTA", anulează răspunsurile la întrebările de clarificare nr. 5, 6 și 9 din cadrul Răspunsului consolidat la solicitările de clarificări nr. 10608/09.06.2026 și obligă autoritatea contractantă la continuarea procedurii, în 10 zile de la primirea deciziei, prin emiterea răspunsurilor clare și complete, conform motivării ce precede.

Respinge, ca nefondată, solicitarea de anulare a celorlalte răspunsuri, din cadrul aceluiași document atacat (pozițiile 2-4, 7-8, 13 și 26 din răspuns consolidat nr. 10608/09.06.2026).

Respinge, ca tardivă, cererea de modificare a documentației de atribuire inițiale, în privința aspectelor care au făcut obiectul solicitărilor de redimensionare a specificațiilor de interes, comune cu punctele din amintitul răspuns consolidat.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 și poate fi atacată cu plângere, în temeiul art. 29 din același act normativ, în termen de 10 zile de la comunicare.