

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) și ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 3503/C9/4147

Data: 19.11.2025

Prin contestația înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sub nr. 73610/21.10.2025, depusă de STRYKER ROMANIA SRL, cu sediul social în București, Splaiul Independenței nr. 319 H, etaj 5, sectorul 6, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J2000001600407, având CUI RO12704530, reprezentată legal prin administrator Dumitrescu Eugen Liviu și convențional prin SPARL Gilesco, Văleanu & Partenerii, cu sediul în București, str. General Ernest Broșteanu nr. 31, sector 1, adresă la care solicită comunicarea tuturor actelor în legătură cu prezenta cauză, privind procedura de licitație deschisă organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect *Furnizare, instalare și punere în funcțiune echipamente medicale* – lotul 5, cod CPV 33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2), de SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII "MARIA SKLODOWSKA CURIE", cu sediul în București, str. Constantin Brâncoveanu nr. 20, sectorul 4, în calitate de autoritate contractantă, contestatoarea a solicitat:

- anularea în parte a raportului procedurii nr. 49703 din data de 29.04.2025, în ceea ce privește lotul 5, anularea în totalitate a comunicării rezultatului procedurii nr. 50146 din data de 13.10.2025, prin care propunerea sa tehnică a fost declarată, în mod nelegal și netemeinic, neconformă și, în consecință, reevaluarea propunerii tehnice, precum și a tuturor actelor subsecvente;

- obligarea autorității contractante, la reevaluarea tuturor propunerilor tehnice depuse pentru procedură de către toți participanții în ceea ce privește lotul 5, inclusiv propunerea sa tehnică, în scopul verificării, în concret, a propunerilor tehnice cu caracteristicile impuse prin caietul de sarcini.

Pentru aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,
CONSILIUL DECIDE:

În temeiul art. 26 alin. (2) și (5) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, admite contestația formulată de STRYKER ROMANIA SRL, în contradictoriu cu SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII "MARIA SKLODOWSKA CURIE", pentru *Lotul nr. 5 - Motor frezare în otologie*.

Anulează, în parte, *Procesul-verbal nr. 47397/30.09.2025 privind evaluarea conformității propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini* și în parte, *Raportul procedurii nr. 49703/10.10.2025*, în secțiunea dedicată evaluării ofertei depusă de STRYKER ROMANIA SRL precum și adresele autorității contractante de comunicare a rezultatului procedurii, pentru *Lotul nr. 5 - Motor frezare în otologie*.

Obligă SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII "MARIA SKLODOWSKA CURIE", ca, în termen de cel mult 15 zile de la primirea prezentei, să procedeze la reluarea procedurii de atribuire prin reanalizarea ofertei depusă de STRYKER ROMANIA SRL pentru *Lotul nr. 5 - Motor frezare în otologie*, cu luarea în considerare a celor precizate în motivare.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părțile cauzei potrivit dispozițiilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință de către alte persoane vătămate, în temeiul art. 29 din Legea nr. 101/2016.

PREȘEDINTE,

MEMBRU,

MEMBRU,

Redactată în 4 exemplare originale, conține 18 pagini.