



CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleos nr.6, Sectorul 3, București, România, CP 030084, CIF 20329980
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 Fax. +4 021 8900745 www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) și ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 2293 / C9 / 2532

Data: 11.12.2020

Prin contestația nr. 3313/13.10.2020, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 50305/16.11.2020, depusă de GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA SRL, cu sediul în București, str. Barbu Văcărescu nr. 301-311, Clădirea Lakeview, et. 3, biroul nr. 1, sector 2, având CUI RO 12924986, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/3731/2000, reprezentată legal de Director LCS Ruxandra Toporan, împotriva documentației de atribuire, întocmită în cadrul procedurii de licitație deschisă, online, organizată de SPITALUL CLINIC COLȚEA, cu sediul în București, str. Brătianu C. Ion nr. 1, sector 3, în calitate de autoritate contractantă, pentru atribuirea contractului de furnizare *Echipament de imagistică medicală cu amenajare spațiu pentru instalare echipament*, cod CPV 33100000-1 *Echipamente medicale* (Rev. 2), contestatoarea a solicitat:

- (i) obligarea autorității contractante la modificarea parțială a documentației de atribuire, și anume: înlocuirea mențiunilor cu privire la specificațiile tehnice ale echipamentului medical, astfel încât documentația de atribuire să respecte principiile atribuirii contractelor de achiziție publică prevăzute de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016;
- (ii) suspendarea procedurii de achiziție publică până la data soluționării contestației sau până la data când autoritatea contractantă va anula licitația sau va modifica specificațiile tehnice contestate;
- iii)

În subsidiar, dacă modificarea parțială a documentației de atribuire nu este posibilă, anularea documentației de atribuire și reluarea procedurii de achiziție publică, dacă va fi cazul.

Pentru aceste motive,
În baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

În temeiul art. 26 alin. (2) și (5) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, admite, în parte, contestația depusă de GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA SRL, în contradictoriu cu SPITALUL CLINIC COLȚEA, și obligă autoritatea contractantă să aducă la cunoștința tuturor operatorilor economici, în termen de 15 zile de la primirea deciziei, modificările caietului de sarcini propuse prin punctul de vedere vizând cerințele: 2. *grosime secțiune minimă 3D*; 4. *Tehnologie integrată de bobine, care să permită conectarea simultană a elementelor de bobine de la bobine diferite: minim 75 elemente de bobine să poată fi conectate simultan*; 5. *interfață pentru triggerare cu semnale externe*; 6. *secvență 3D ponderată T1 de tip UTE sau echivalent*; 7. *HDD pentru stocare imagini: minim 300GB (numai pentru imagini) și minim 300,000 imagini*; 8. *capacitate stocare date brute: minim 800GB*; 9. *consola de postprocesare – tip procesor minim quad-core de minim 3.2 GHz*; 11. *hărți parametrice minim T1, T2 și R2, pentru imagistica țesuturilor, minim: cartilagii, ficat, rinichi, prostată*; 12. *bobina de cap/gât minim 10 elemente, acoperire min 30 cm, greutate maximă 3 kg, compatibilă cu tehnica de achiziție paralel*; 13. *bobina de coloană, min. 12 elemente, acoperire min 75 cm, încorporată în masă, compatibilă cu tehnică de achiziție paralel*; 15. *poziționarea automată și aliniere automată a grupurilor de secțiuni la anatomia de scanare a regiunii pe landmarkuri anatomice pentru scanare rapidă și reproductibilă, standardizată: minim cap, genunchi, umăr, șold, coloană și 22. sistemul PACS: Eliptic clip în modul VR pentru izolarea și afișarea Volumelor de Interes (ROI), prin publicarea în SEAP a unei clarificări, și să stabilească un nou termen pentru depunerea ofertelor.*

În temeiul art. 26 alin. (6) din Legea nr. 101/2016, respinge solicitarea de modificare/eliminare a celorlalte specificații tehnice în privința cărora au fost aduse critici prin contestație și cea de anulare în întregime a procedurii.

Respinge ca rămas fără obiect capătul de cerere privind suspendarea procedurii.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți. Împotriva ei se poate formula plângere, în termen de zece zile de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință de către alte persoane vătămate, în temeiul art. 29 din Legea nr. 101/2016.