



CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

C.N.S.C.

Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, București, România, CP 030084, CIF 20329980
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +40218900745 www.cnscl.ro

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) și ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 1947/C3/2017

Data: 10.07.2018

Prin contestația nr. 951/12.06.2018, înregistrată la Consiliu sub nr. 23650/13.06.2018, formulată de SC MEDIST SA, cu sediul în București, str. Ion Urdăreanu nr. 34A, sector 5, cod poștal 050688, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/25806/1994, având CUI RO 6705884, reprezentată legal prin Ionel Manole – Director general, împotriva documentației de atribuire elaborate de SPITALUL CLINIC "PANAIT SÎRBU", cu sediul în București, str. Calea Giulești nr. 5, sector 6, în calitate de autoritate contractantă în procedura, licitație deschisă, organizată în vederea încheierii unui acord-cadru având ca obiect „Furnizare reactivi și consumabile – 20 loturi”, Lotul nr. 10 – Hemoleucogramă CBC+DIFF N, cu anunț de participare nr. CN1000767, publicat în SICAP la data de 04.06.2018, s-a solicitat Consiliului:

- „Să luați act de împrejurarea că, deși necesitatea autorității contractante o reprezintă achiziționarea unor *reactivi și consumabile* pentru efectuarea analizelor, aceasta stabilește în sarcina ofertanților și o obligație nerelevantă constând în punerea la dispoziție cu titlu gratuit a unui analizor care trebuie să îndeplinească la rândul său o serie de specificații tehnice;

- Să observați că specificațiile tehnice aferente analizorului solicitat în cadrul Lotului nr. 10 au fost stabilite cu încălcarea dispozițiilor art. 50 alin. (1) și ale art. 155 alin. (6) din Legea nr. 98/2016 în sensul că, prin modul de stabilire a specificațiilor tehnice autoritatea contractantă dorește ofertarea unui produs unic împrejurare care este de natură să restrângă nepermis participarea mai multor operatori economici la procedura de atribuire;

- Să dispuneți măsuri de remediere constând în obligarea autorității contractante la modificarea cerințelor stabilite în Caietul de sarcini pentru produsele ce fac obiectul Lotului nr. 10 astfel încât să fie asigurată o concurență efectivă între operatorii economici”.

Pentru aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

Admite contestația depusă de SC MEDIST SA, și dispune anularea procedurii de atribuire, în ceea ce privește Lotul nr. 10 - Hemoleucogramă CBC+DIFF N, pentru imposibilitatea continuării ei prin modificarea documentației de atribuire.

Prezenta decizie este obligatorie, dar împotriva ei se poate formula plângere, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) și art. 29 din Legea nr. 101/2016, actualizată.