



# CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, București, cod poștal 030084, România  
Tel: +4 021.310.46.41 Fax: +4 021.890.07.45 și +4 021.310.46.42 www.cnsc.ro

**În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) și ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, Consiliul adoptă următoarea**

## **DECIZIE**

**Nr. 1675/C4/1949**

**Data: 29.09.2016**

Prin contestația înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 27331/07.09.2016, depusă de SC SIEMENS HEALTHCARE SRL, cu sediul în București, str. Preciziei nr. 24, Centrul pentru Sprijinirea Afacerilor „West Gate Business Center”, etajul 4, birourile 4.01-4.05, sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7694/2016, având CUI 36153005, reprezentată convențional de CMS Cameron McKenna SCA, cu sediul ales în vederea comunicării actelor procedurale în București, str. Tipografilor nr. 11 15, bloc S-Park, scara B3-B4, et. 4, sector 1, împotriva documentației de atribuire elaborată de SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLOBOZIA, cu sediul în Slobozia, str. Decebal nr. 1, județul Ialomița, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitație deschisă, organizată în vederea încheierii acordului-cadru având ca obiect „Furnizare, montare și punere în funcțiune echipament de tomografie computerizată de minim 64 slice-uri, care prin reconstrucție să asigure un număr de 128 slice-uri”, s-a solicitat:

1. în principal, anularea procedurii de atribuire ca urmare a modificării substanțiale a specificațiilor, prin răspunsul autorității contractante la notificarea prealabilă;

2. în subsidiar, obligarea autorității contractante la adoptarea unui set de măsuri de remediere a documentației de atribuire, respectiv eliminarea cerințelor nelegale, astfel:

- Modificarea cerinței tehnice de la punctul „3.1 Gantry” subpunctul 5: din „*Timp de rotație completă de max. 0.5 s pentru toate aplicațiile, cu excepția achizițiilor cardiace unde timpul de rotație completă pentru achizițiile cardiace de max. 0.4 s*” în „*Timp de rotație completă de max. 0.5 s pentru toate aplicațiile*”.

- Modificarea cerinței tehnice de la punctul „3.3 Ansamblul tub cupolă” subpunctul 5: din „*Curent anodic selectabil în intervalul 20 - 500 mA (fără echivalente)*” în „*Curent anodic selectabil în intervalul 20 - 345 mA*”;
  - Modificarea cerinței tehnice de la punctul „3.3 Ansamblul tub cupola” subpunctul 6: din „*Generator înaltă tensiune cu putere nominală de min. 60 kW (fără echivalente)*” în „*Generator înaltă tensiune cu putere nominală de min. 55 kW*”;
  - Modificarea cerinței tehnice de la punctul „3.3 Ansamblul tub cupolă” subpunctul 7: din „*Capacitatea de stocare termică a anodei de min 7 MHU (fara echivalente)*” în „*Capacitatea de stocare termică a anodei de min. 6 MHU*”;
  - Modificarea cerinței tehnice de la punctul „3.4 Masa pacientului” subpunctul 1: din „*Domeniu de scanare secvențial de min. 170 cm*”, astfel încât aceasta să fie „*Domeniu de scanare secvențial de min. 160 cm*”;
3. în cazul în care nu se consideră oportună efectuarea modificărilor de la punctele anterioare, obligarea autorității contractante la modificarea cerinței de la punctul 3.1 din caietul de sarcini din „*Număr de slice-uri obținute prin reconstrucție într-o rotație completă, atât în mod spiral cât și în mod secvențial de 128*” (modificată în urma răspunsului la notificarea prealabilă în „*Număr de slice-uri obținute la o rotație completă, atât în mod spiral cât și secvențial: minim 128*”) în „*Număr de slice-uri achiziționate la o rotație completă, atât în mod spiral cât și secvențial: minim 128*”.
4. obligarea autorității contractante la reluarea procedurii de atribuire, în baza cerințelor modificate ale documentației de atribuire, în acord cu cererile din această contestație, și la luarea tuturor măsurilor necesare pentru a permite operatorilor economici interesați accesul nerestricționat la procedură;
5. susținerea concluziilor orale în fața Consiliului, potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 101/2016;
6. acordarea cheltuielilor de judecată pe baza documentelor justificative ce vor fi depuse la dosar;
- De asemenea, s-a solicitat suspendarea procedurii de atribuire până la soluționarea fondului contestației. Prin Încheierea nr. 109/C4/1949 din 09.09.2016, Consiliul s-a pronunțat asupra capătului de cerere de suspendare a procedurii de atribuire până la soluționarea fondului contestației, pe care l-a respins, ca rămas fără obiect.

Pentru aceste motive,  
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,

### **CONSILIUL DECIDE:**

În temeiul art. 26 alin. (2) și (5) din Legea nr. 101/2016, admite în parte contestația (în referire la corelarea informațiilor din caietul de sarcini de la punctul 3.1 cu cele de la punctul 3.6 pentru a corespunde admitterii celor două tehnologii de obținere a numărului minim de slice-

uri) formulată de SC SIEMENS HEALTHCARE SRL în contradictoriu cu SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLOBOZIA.

Consiliul dispune publicarea în SEAP a unui document clarificator prin care se vor corela informațiile din caietul de sarcini de la punctul 3.1 cu cele de la punctul 3.6 pentru a corespunde aditerii celor două tehnologii de obținere a numărului minim de slice-uri, în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei decizii.

În temeiul art. 26 alin. (6) din Legea nr. 101/2016, Consiliul respinge ca nefondate celelalte critici din contestație.

Respinge solicitarea contestatoarei de acordare a cheltuielilor de judecată ocazionate de soluționarea contestației, nefiind depuse documente justificative în susținere, până la momentul soluționării contestației.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părțile cauzei, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 și poate fi atacată cu plângere, în temeiul art. 29 alin. (1) din același act normativ, în termen de 10 zile de la comunicare.