C.N.S.C.

CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

Str. Stavropoleos nr.6, Sectorul 3, București, România, CP 030084, CIF 20329980
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 Fax. +4 021 8900745 www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) şi ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE
Nr. 938/C3/909-920
Data: 11.06.2019

Prin contestația nr. 9956/21.05.2019, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 18697/21.05.2019, înaintată de SIEMENS HEALTHCARE SRL, cu sediul în București, str. Preciziei nr. 24, Centrul pentru Sprijinirea Afacerilor "West Gate Business Center", etajul 4, birourile nr. 4.01-4.05, sector 6, înregistrată la Registrului Comerţului sub nr. J40/7694/2016, având CUI 36153005, reprezentată legal prin Florin Niculescu - Director General și Radu Leocovici - Director Financiar, formulată împotriva documentației de atribuire întocmite de SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TULCEA, cu sediul în Tulcea, str. 1848 nr. 32, județul Tulcea, în calitate de autoritate contractantă, în procedura de licitație deschisă organizată în vederea atribuirii unui contract de achiziție publică având ca obiect „Achiziție aparate de tomografie", inițiată cu anunțul de participare nr. CN1011214, publicat în SEAP la 09.05.2019, s-a solicitat:

- în principal, anularea procedurii "ca fiind restrictivă pentru toți operatorii economici", în ceea ce privește specificațiile sistemului de computer tomografie;
- în subsidiar, împărțirea în 2 loturi distincte, astfel încât sistemul de computer tomografie să constituie un lot, iar sistemul PACS (Picture Archiving Computer System) să constituie un alt lot și obligarea autorității contractante la adoptarea unui set de măsuri de remediere a deficiențelor documentației de atribuire, prin modificarea cerințelor nelegale, astfel încât orice ofertant să aibă "dreptul egal la procedură".

Prin contestația nr. 1349/17.05.2019, înregistrată la CNSC sub nr. 19046/23.05.2019, înaintată de GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMÂNIA SRL, cu sediul în București, str. Barbu Văcărescu nr. 301-311,

clădirea Lakeview, etaj 3, biroul nr. 1, sector 2, înregistrată la Registrului Comerţului sub nr. J40/3731/2000, având CUI RO 12924986, reprezentată legal prin Elena – Dana Ianculescu – administrator, formulată împotriva aceleiași documentații de atribuire, întocmită de SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TULCEA, s-a solicitat obligarea autorității contractante la modificarea parțială a documentației de atribuire, și anume, înlocuirea mențiunilor cu privire la specificațiile tehnice ale echipamentelor medicale ce se doresc a fi contractante, modificarea factorilor de evaluare și a unor prevederi contractuale din documentele intitulate ”Model acord –cadru” și “Model contract subsecvent”, precum și a unor cerințe din caietul de sarcini.

Contestațiile vor fi conexate în condițiile prevăzute la art. 17 alin. (2) din Legea nr. 101/2016.

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR,
asupra cauzelor de fată, constată următoarele:

Pentru aceste motive,
în baza legii şi a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

Conexează contestațiile formulate de SIEMENS HEALTHCARE SRL și GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMÂNIA SRL, în contradictoriu cu SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TULCEA.

Admite contestațiile în parte și obligă autoritatea contractantă la continuarea procedurii, în 20 de zile, prin emiterea unui document care să conțină modificările impuse prin decizia prezentă, adică:

-completarea caietului de sarcini cu precizarea caracteristicilor tehnice ale stației PACS deținute;

- modificarea în sensul următor a specificației tehnice *V.3. Masa de pacient să poată fi urcată până la o înălțime min. 80 cm;*

- modificarea în sensul următor a specificației tehnice *I.1. Apertura gantry: minim 70 cm;*

- eliminarea specificației tehnice *II.3.Numar maxim de sectiuni reconstruite/rotatie in achizitie spirala sau secventiala optional: minim 128 sectiuni.*

- excluderea din caietul de sarcini a specificațiilor *II.5.Numar de elemente de detector: minim 56.800; II.6.Latime detector: min. 40mm*;

- excluderea specificațiilor *V.4.Lățime masă pacient: min. 47 cm* și *V.6.Material: fibra de carbon;*

- adăugarea, la specificația tehnică *VII.7 Reducere maxima a dozei*, a obligației ofertanților de prezentare a unor dovezi de tipul celor indicate la art. 158-159 din Legea nr. 98/2016;

- adăugarea, la specificația tehnică *VIII.1.Capacitate pentru stocare imagini pe statia de achizite: minim 200.000 imagini* a nivelului capacității în raport cu unitatea de măsură Byte;

- modificarea în sensul următor a specificației tehnice *VIII.2. Monitor color: min.1 monitor cu ecran plat de minim 23" sau minim 2 monitoare de 19";*

- dimensionarea timpului maxim de pregătire pentru utilizare a CT în raport cu protocoalele medicale aplicabile în caz de urgență menționat prin specificația tehnică *IX.1*;

- precizarea exactă a tipului de artefacte a căror reducere o interesează în mod obiectiv, din cuprinsul specificației *IX.2*.

- eliminarea condiției de reducere a consumului cu min. 30% din cuprinsul specificației tehnice *IX.16*.

Respinge celelalte cereri ale contestatoarelor, ca rămase fără obiect/nefondate, după caz.

Prezenta decizie este obligatorie, dar împotriva ei se poate formula plângere, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare, conform prevederilor art. 28 alin. (1) și art. 29 din Legea nr. 101/2016.