



CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, București, cod poștal 030084, România
Tel: +4 021.310.46.41 Fax: +4 021.890.07.45 și +4 021.310.46.42 www.cnscl.ro

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) și ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 284/C8/113

Data: 06.02.2017

Prin contestația nr. 46/11.01.2017, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 1380/12.01.2017, depusă de SC MEDIST IMAGING & POC SRL, cu sediul în București, strada Ion Urdăreanu nr. 34, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/12399/2008, având CUI RO 24205100, reprezentată legal de Bogdan Radu Niculescu – director general, formulată în cadrul procedurii de licitație deschisă, organizată de INSTITUTUL NAȚIONAL DE GERONTOLOGIE ȘI GERIATRIE ANA ASLAN, în calitate de autoritate contractantă, în vederea încheierii acordului-cadru, pe 24 de luni și pe 34 de loturi, având ca obiect „echipamente medicale (inclusiv instalare și punere în funcțiune)”, s-a solicitat Consiliului:

- să constate că ofertele depuse de SC DTL MEDICAL SRL (pentru loturile 22, 30 și 32) și de SC BTL ROMÂNIA APARATURĂ MEDICALĂ SRL (pentru lotul 25) nu au fost elaborate cu respectarea tuturor cerințelor minimale și obligatorii stabilite prin documentația de atribuire și au fost declarate admisibile;

- să oblige autoritatea contractantă la măsuri de remediere constând în anularea procesului-verbal nr. 17618/20.12.2016 și a tuturor actelor subsecvente acestuia în partea în care s-a reținut că propunerile tehnice ale SC DTL MEDICAL SRL (pentru loturile 22, 30 și 32) și ale SC BTL ROMÂNIA APARATURĂ MEDICALĂ SRL (pentru lotul 25) îndeplinesc cerințele stabilite prin documentația de atribuire;

- accesul la dosarul cauzei și amânarea soluționării cauzei cu un termen rezonabil, pentru a putea beneficia de dreptul de a formula concluzii scrise.

În baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

Admite contestația formulată de SC MEDIST IMAGING & POC SRL, în contradictoriu cu INSTITUTUL NAȚIONAL DE GERONTOLOGIE ȘI GERIATRIE ANA ASLAN. Anulează procesul-verbal nr. 17618/20.12.2016, în partea ce privește evaluare ofertelor depuse de SC DTL MEDICAL SRL și de SC BTL ROMÂNIA APARATURĂ MEDICALĂ SRL, la loturile 22, 25, 30 și 32.

Obligă autoritatea contractantă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei decizii, la reevaluarea ofertelor depuse de SC DTL MEDICAL SRL și de SC BTL ROMÂNIA APARATURĂ MEDICALĂ SRL, conform motivării de mai sus, respectiv: să solicite clarificări ofertantului DTL MEDICAL SRL în legătură cu îndeplinirea cerinței „arhitectura de lucru cu date brute trebuie să permită postprocesarea următorilor parametri pentru imaginile stocate în memoria de lungă durată (...)” aferentă loturilor nr. 22, 30 și 32, și să respingă ca neconformă oferta depusă de BTL ROMÂNIA APARATURĂ MEDICALĂ SRL, la lotul nr. 25, întrucât nu îndeplinește următoarele cerințe: „dimensiunile mesei să nu depășească 2,65 m (lungime) x 1,1 0 m (lățime) x 1,3 m (înălțime)” și „baza de date de referință NHANES de minim 10.000 pacienți până la 100 de ani (...)”.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.

Împotriva ei se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare, în temeiul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.