



CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

C.N.S.C.

Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, București, România, CP 030084, CIF 20329980
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745, www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 23 și ale art. 27 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 1989/C7/2310

Data: 14.11.2016

Prin contestația nr. 2986/21.10.2016, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 32103/21.10.2016, formulată de către S.C. GADAGROUP ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în București, str. Barbu Văcărescu, nr. 241A, etaj 1, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/9320/1996, având CUI RO 8936710, reprezentată legal de către Netcu Octavian, în calitate de administrator, împotriva documentației de atribuire elaborată de către INSTITUTUL NAȚIONAL DE NEUROLOGIE ȘI BOLI CARDIOVASCULARE, cu sediul în București, șos. Berceni, nr. 10-12, sector 4, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitație deschisă online, organizată în vederea atribuirii contractului de achiziție publică, având ca obiect „Aparat radiologie mobil”, se solicită obligarea autorității contractante la modificarea specificațiilor tehnice restrictive și nelegale din caietul de sarcini; obligarea autorității contractante la continuarea procedurii de atribuire în cauză, după modificarea specificațiilor tehnice, cu respectarea principiilor tratamentului egal, al nediscriminării și al proporționalității; anularea prezentei proceduri de achiziție publică.

CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR,
asupra cauzei de față, constată următoarele:

.....
Pentru aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

Admite contestația formulată de către S.C. GADAGROUP ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în București, str. Barbu Văcărescu, nr. 241A, etaj 1, sector 1, în contradictoriu cu autoritatea contractantă INSTITUTUL NAȚIONAL DE

NEUROLOGIE ȘI BOLI CARDIOVASCULARE, cu sediul în București, șos. Berceni, nr. 10-12, sector 4.

Obligă INSTITUTUL NAȚIONAL DE NEUROLOGIE ȘI BOLI CARDIOVASCULARE ca, în termen de 10 zile de la primirea prezentei decizii, să modifice următoarele cerințe minime din caietul de sarcini, după cum urmează:

- cerința tehnică din capitolul „Braț C”: *„Spațiu liber în interiorul brațului C (între tub și detectorul digital): minim 830 mm”,* va avea următorul conținut: *„Spațiu liber în interiorul brațului C (între tub și detectorul digital) : minim 770 mm”;*

- cerința tehnică din capitolul „Generator RX” : *„Putere nominală : minim 25 kW”,* va avea următorul conținut: *„Putere nominală : minim 15 kW”;*

- cerința tehnică din capitolul „Generator RX” : *„Valoarea maximă a curentului anodic în fluorocopie: minim 240 mA (incluzând și această valoare)”,* va avea următorul conținut: *„Valoarea maximă a curentului anodic în fluorocopie : minim 60 mA (incluzând și această valoare)”;*

- cerința tehnică din capitolul „Generator RX” : *„Valoarea maximă a curentului anodic în radiografie digitală: minim 240 mA”,* va avea următorul conținut: *„Valoarea maximă a curentului anodic în radiografie digitală : minim 125 mA”;*

- cerința tehnică din capitolul „Generator RX”: *„Sistem de răcire activă a monoblocului care să permită mărirea capacității de stocare a căldurii de până la 5000 kWh”,* va avea următorul conținut: *„Sistem de răcire activă a monoblocului care să permită mărirea capacității de stocare a căldurii de până la 1900 kWh”;*

- cerința tehnică din capitolul „Generator RX” : *„Capacitatea de disipare termică a anodului : minim 90 kWh”,* va avea următorul conținut: *„Capacitatea de disipare termică a anodului : minim 73 kWh”;*

- cerința tehnică din capitolul „Stație de imagistică digitală” : *„Capacitate maximă de stocare pe HDD: minimum 90.000 imagini cu rezoluția 1500x1500”,* va avea următorul conținut: *„Capacitate maximă de stocare pe HDD : minimum 10.000 imagini”.*

Obligă INSTITUTUL NAȚIONAL DE NEUROLOGIE ȘI BOLI CARDIOVASCULARE ca, în același termen dispus anterior, să aducă la cunoștința tuturor operatorilor economici interesați modificările intervenite în cuprinsul documentației de atribuire prin publicarea acestora în SEAP și să continue procedura de achiziție publică.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți.

Împotriva ei se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare.