

CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

C.N.S.C.

Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, București, România, CP 030084, CIF 20329980
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745, www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. ...

Data: 13.05.2016

Prin contestația nr. 1207/09.05.2016, transmisă prin mijloace electronice și în original, prin poștă, înregistrată la Consiliu sub nr. 14081/09.05.2016 și respectiv sub nr. 14210/10.05.2016, S.C. ... S.R.L., cu sediul în ..., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. ..., având CUI ..., a contestat documentația de atribuire elaborată în cadrul procedurii de atribuire, prin „licitație deschisă”, online, a contractului de achiziție publică de furnizare având ca obiect „Echipamente medicale (inclusiv instalare și punere în funcțiune)”, respectiv lotul 2 – „Ecograf multidisciplinar cu 2 traductori liniar și convex” și lotul 3 – „Ecograf multidisciplinar cu 3 traductori liniar, sectorial și convex”, având cod CPV 33112200-0 (Rev.2), inițiată de ..., în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în municipiul ... și a solicitat suspendarea de urgență a procedurii de atribuire până la soluționarea fondului cauzei, obligarea autorității contractante la modificarea specificațiilor tehnice restrictive și nelegale din caietul de sarcini aferente Loturilor 2 și 3, precum și obligarea autorității contractante la continuarea procedurii de atribuire, după modificarea specificațiilor tehnice, cu respectarea principiilor tratamentului egal, nediscriminării, liberei concurențe și proporționalității, și deopotrivă, a dispozițiilor legale complementare aplicabile în materie.

În baza documentelor depuse de părți,
CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

DECIDE

Se ia act de renunțarea la contestația formulată împotriva Loturilor 2 și 3, de către S.C. ... S.R.L., cu sediul în ..., în contradictoriu cu ..., în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în municipiul

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, în conformitate cu dispozițiile art. 280 din OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare.

MOTIVARE

Prin contestația nr. 1207/09.05.2016, transmisă prin mijloace electronice și în original, prin poștă, înregistrată la Consiliu sub nr. 14081/09.05.2016 și respectiv sub nr. 14210/10.05.2016, formulată de S.C. ... S.R.L., în contradictoriu cu ..., împotriva documentației de atribuire elaborată în cadrul procedurii de atribuire, prin „licitație deschisă”, online, a contractului de achiziție publică de furnizare având ca obiect „Echipamente medicale (inclusiv instalare și punere în funcțiune)”, respectiv lotul 2 – „Ecograf multidisciplinar cu 2 traductori liniar și convex” și lotul 3 – „Ecograf multidisciplinar cu 3 traductori liniar, sectorial și convex”, s-a solicitat suspendarea de urgență a procedurii de atribuire până la soluționarea fondului cauzei, obligarea autorității contractante la modificarea specificațiilor tehnice restrictive și nelegale din caietul de sarcini aferente Loturilor 2 și 3, precum și obligarea autorității contractante la continuarea procedurii de atribuire, după modificarea specificațiilor tehnice, cu respectarea principiilor tratamentului egal, nediscriminării, liberei concurențe și proporționalității, și deopotrivă, a dispozițiilor legale complementare aplicabile în materie.

Contestatoarea consideră că următoarele specificații tehnice din caietul de sarcini aferente lotului 2 și lotului 3 sunt vădit abuzive, nejustificate și disproporționate față de obiectul, scopul și complexitatea contractului ce urmează a fi atribuit, iar inserarea acestora în cadrul documentației de atribuire este de natură a restricționa grav accesul la prezenta procedură de atribuire.

Astfel, specificațiile tehnice pe care le contestă S.C. ... S.R.L. sunt următoarele:

În ceea ce privește atât Lotul 2, cât și Lotul 3:

- cerințele tehnice „Ecograful trebuie să aibă cel puțin 120 preseturi din fabrică” și „Ecograful trebuie să permită personalizarea a cel puțin 150 de preseturi”, solicitând modificarea acestora astfel: „Ecograful trebuie să aibă preseturi din fabrică”, respectiv „Ecograful trebuie să permită personalizarea de preseturi”;

- cerința tehnică „Pornirea sistemului trebuie să se realizeze în maxim 120 secunde”, solicitând modificarea acesteia astfel: „Pornirea sistemului trebuie să se realizeze în maxim 150 secunde”;

- cerința tehnică „Moduri de operare: TVI”, solicitând eliminarea acesteia;

- cerința tehnică „Echipamentul să poată lucra în banda de frecvență cu interval minim 1.8 - 13 MHz”, solicitând modificarea acesteia astfel: „Echipamentul să poată lucra în banda de frecvență cu interval minim 1.8 - 12 MHz”;
- cerința tehnică „Adâncimea maximă de scanare minim 33 cm”, solicitând modificarea acesteia astfel: „Adâncimea maximă de scanare minim 30 cm”;
- cerința tehnică „Sondele de tip convex și microconvex trebuie să acopere în totalitate banda de frecvență 2-10 MHz”, solicitând modificarea acesteia astfel: „Sondele de tip convex și microconvex trebuie să acopere în totalitate banda de frecvență 2-9 MHz”;
- cerința tehnică „Sondele de tip liniar trebuie să acopere în totalitate banda de frecvență 4-13 MHz”, solicitând modificarea acesteia astfel: „Sondele de tip liniar trebuie să acopere în totalitate banda de frecvență 4-12 MHz”;
- cerința tehnică „Numărul de canale de procesare să fie minim de 193000”, solicitând modificarea acesteia astfel: „Numărul de canale de procesare să fie minim de 193000 sau 65000 canale digitale”;
- cerința tehnică „Zoom de cel puțin 60x”, solicitând reformularea acesteia astfel: „Zoom de cel puțin 16x”;
- cerința tehnică „Pentru modul 2D sistemul să dispună de cel puțin 9 hărți de culoare”, solicitând modificarea acesteia astfel: „Pentru modul 2D sistemul să dispună de multiple hărți de culoare: vă rugăm specificați”;
- cerința tehnică „Pentru modul doppler spectral sistemul să dispună de PRF cu intervalul de minim: 0,3-27,9 KHz”, solicitând modificarea acesteia astfel: „Pentru modul doppler spectral sistemul să dispună de PRF cu intervalul de minim: 0,7-27,9 KHz”;
- cerința tehnică „Pentru modul Doppler Color sistemul să dispună de cel puțin 14 hărți de culoare”, solicitând modificarea acesteia astfel: „Pentru modul Doppler Color sistemul să dispună de multiple hărți de culoare: vă rugăm specificați”;
- cerința tehnică „PRF în modul Doppler color să cuprindă minim intervalul: 0.1-18.5 kHz”, solicitând modificarea acesteia astfel: „PRF în modul Doppler color să cuprindă minim intervalul: 0.1-13.0 kHz”;
- cerința tehnică „Lungimea buclei CINE trebuie să fie minim de 2200 de cadre”, solicitând modificarea acesteia astfel: „Lungimea buclei CINE trebuie să fie minim de 1200 de cadre”;
- cerințele tehnice „Posibilitatea reglării următorilor parametrii pentru imaginile deja stocate (postprocesare): - Creșterea logaritmică a coeficientului de amplificare, Creșterea liniară a coeficientului de amplificare, Amplificarea în mod Doppler Color, Ajustarea nivelului de reducere a zgomotului, Modificarea hărților de gri, Modificarea hărților de culoare, Corecția de unghi pentru imaginile Doppler spectral, Modificarea poziției liniei de bază pentru imaginile Doppler spectral”, solicitând eliminarea acestora;

- cerința tehnică „Ecograful trebuie să permită conexiune S-video, BNC, VGA, Stereo audio”, solicitând modificarea acesteia astfel: „Ecograful trebuie să permită conexiune S-video sau BNC sau VGA, Stereo audio”;

- cerința tehnică „Ecograful trebuie să permită conexiune pentru transferul datelor prin minim 6 porturi USB”, solicitând modificarea acesteia astfel: „Ecograful trebuie să permită conexiune pentru transferul datelor prin minim 3 porturi USB”;

- cerința tehnică „Sonda convexă - câmp vizual 55 grade, amprenta 18,3 x 66.2 mm”, solicitând modificarea acesteia astfel: „Sonda convexă - câmp vizual minim 55 grade, amprenta 18,3 x 66.2 mm sau raza de curbură minim 35 mm”;

- cerința tehnică „Sonda sectorială aie fazată - amprenta 27,6 x 19,3 mm”, solicitând modificarea acesteia astfel: „Sonda sectorială aie fazată - amprenta maxim 27,6 x 19,3 mm”.

În dovedirea contestației sale, S.C. ... S.R.L. a depus la dosarul cauzei, în copie, un set de înscrisuri.

Prin adresa nr. 14251/992C5/10.05.2016, transmisă prin fax, Consiliul a încunostințat autoritatea contractantă ... că S.C. ... S.R.L. a depus contestație și i-a solicitat, ca până la data de 11.05.2016, ora 12⁰⁰, să confirme creditarea contului instituției sale cu suma de 6.300 lei, reprezentând contravaloarea garanției de bună conduită, constituită prin Ordinul de plată nr. 589/09.05.2016, precum și transmiterea de susțineri referitoare la cererea de suspendare a procedurii de atribuire.

Autoritatea contractantă ..., a transmis prin fax, adresa nr. 15562/10.05.2016, înregistrată la Consiliu sub nr. 14222/10.05.2016, prin care informează Consiliul cu privire la măsurile de remediere adoptate, atât pentru lotul 2 cât și pentru lotul 3.

Autoritatea contractantă ..., a transmis prin fax, adresa nr. 15665/11.05.2016, înregistrată la Consiliu sub nr. 14341/11.05.2016, prin care confirmă creditarea contului instituției sale cu suma de 6.300 lei – reprezentând contravaloarea garanției de bună conduită.

Din documentele depuse la dosarul cauzei și din susținerile părților, Consiliul reține următoarele:

Autoritatea contractantă ... a inițiat procedura de atribuire, prin „licitație deschisă”, online, a contractului de achiziție publică de furnizare având ca obiect „Echipamente medicale (inclusiv instalare și punere în funcțiune)”, având cod CPV 33112200-0 (Rev.2), prin publicarea în SEAP a anunțului de participare nr. .../30.04.2016, stabilind data deschiderii ofertelor (data limită de evaluare a ofertelor) la 08.07.2016, criteriul de atribuire fiind „prețul cel mai scăzut” și o valoare estimată de 656.250 lei, fără TVA.

Procedura de atribuire a fost divizată de către autoritatea contractantă în trei loturi, iar obiectul contestației depusă de S.C. ... S.R.L. vizează lotul 2 – „Ecograf multidisciplinar cu 2 traductori liniar și convex” și respectiv lotul 3 – „Ecograf multidisciplinar cu 3 traductori liniar, sectorial și convex”.

Consiliul reține că prin adresa nr. 15565/10.05.2016, postată în SEAP la data de 10.05.2016 ora 13:58 autoritatea contractantă aduce următoarele măsuri de remediere, după cum urmează:

- referitor la cerințele tehnice „Ecograful trebuie să aibă cel puțin 120 preseturi din fabrică” și „Ecograful trebuie să permită personalizarea a cel puțin 150 de preseturi”, se acceptă cerința.

- referitor la cerința tehnică „Pornirea sistemului trebuie să se realizeze în maxim 120 secunde”, se acceptă cerința;

- referitor la cerința tehnică „Moduri de operare: TVI”, se acceptă cerința;

- referitor la cerința tehnică „Echipamentul să poată lucra în banda de frecvență cu interval minim 1.8 - 13 MHz”, se acceptă cerința;

- referitor la cerința tehnică „Adâncimea maximă de scanare minim 33 cm”, se acceptă și „Adâncimea maximă de scanare minim 30 cm”;

- referitor la cerința tehnică „Sondele de tip convex și microconvex trebuie să acopere în totalitate banda de frecvență 2-10 MHz”, se acceptă și „banda de frecvență 2-9 MHz”;

- referitor la cerința tehnică „Sondele de tip liniar trebuie să acopere în totalitate banda de frecvență 4-13 MHz”, se acceptă și „banda de frecvență 4-12 MHz”;

- referitor la cerința tehnică „Numărul de canale de procesare să fie minim de 193000”, se acceptă cerința;

- referitor la cerința tehnică „Zoom de cel puțin 60x”, se acceptă cerința;

- referitor la cerința tehnică „Pentru modul 2D sistemul să dispună de cel puțin 9 hărți de culoare”, se acceptă cerința „Pentru modul 2D sistemul să dispună de multiple hărți de culoare”;

- referitor la cerința tehnică „Pentru modul doppler spectral sistemul să dispună de PRF cu intervalul de minim: 0,3-27,9 KHz”, se acceptă și „sistemul să dispună de PRF cu intervalul de minim: 0,7-27,9 KHz”;

- referitor la cerința tehnică „Pentru modul Doppler Color sistemul să dispună de cel puțin 14 hărți de culoare”, se acceptă „Pentru modul Doppler Color sistemul să dispună de multiple hărți de culoare”;

- referitor la cerința tehnică „PRF în modul Doppler color să cuprindă minim intervalul: 0.1-18.5 kHz”, se acceptă cerința;

- cerința tehnică „Lungimea buclei CINE trebuie să fie minim de 2200 de cadre”, se acceptă cerința;

- referitor la cerințele tehnice „Posibilitatea reglării următorilor parametrii pentru imaginile deja stocate (postprocesare): - Creșterea logaritmică a coeficientului de amplificare, Creșterea liniară a coeficientului de amplificare, Amplificarea în mod Doppler Color, Ajustarea nivelului de reducere a zgomotului, Modificarea hărților de gri, Modificarea hărților de culoare, Corecția de unghi pentru imaginile Doppler spectral, Modificarea poziției liniei de bază pentru imaginile Doppler spectral”, se acceptă cerința;

- referitor la cerința tehnică „Ecograful trebuie să permită conexiune S-video, BNC, VGA, Stereo audio”, se acceptă și „conexiune S-video sau BNC sau VGA, Stereo audio”;

- referitor la cerința tehnică „Ecograful trebuie să permită conexiune pentru transferul datelor prin minim 6 porturi USB”, se acceptă cerința;

- referitor la cerința tehnică „Sonda convexă - câmp vizual 55 grade, amprenta 18,3 x 66.2 mm”, se acceptă cerința;

- referitor la cerința tehnică „Sonda sectorială aie fazată - amprenta 27,6 x 19,3 mm”, se acceptă cerința.

În consecință, Consiliul constată că autoritatea contractantă a achiesat la solicitările contestatoarei, eliminând/modificând cerințele caietului de sarcini, în sensul solicitărilor acesteia, măsură pe care a publicat-o în SEAP la data de 10.05.2016, ora 13:58.

Prin adresa contestatoarei S.C. ... S.R.L. nr. 1570/12.05.2016, înregistrată la Consiliu sub nr. 14579/13.05.2016, formulată sub numele și semnătura aceluiași reprezentant legal care a semnat și contestația – Octavian C. Netcu, aceasta comunică faptul că „își retrage contestația”, având în vedere măsurile de remediere publicate de autoritatea contractantă prin adresa nr. 15565/10.05.2016, astfel încât, față de cele de mai sus și în conformitate cu prevederile art. 278 alin. (1) și (7) din OUG nr. 34/2006, Consiliul va lua act de renunțarea la contestația formulată împotriva Loturilor 2 și 3, de către S.C. ... S.R.L., în contradictoriu cu autoritatea contractantă

PREȘEDINTE COMPLET

...

MEMBRU COMPLET

...

MEMBRU COMPLET

Redactată în 4 exemplare originale, conține 6 pagini.