



În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) și ale art. 27 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 2995 / C2 / 2724

Data: 16.09.2026

Prin contestația nr. 1716/06.07.2026, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sub nr. 50466/06.07.2026, formulată de MICROCOMPUTER SERVICE SA, cu sediul în localitatea Podari, str. Dunării nr. 31C, județul Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J16/244/1991, având CUI RO2320656, reprezentată legal prin Mandruleanu Constantin – președintele Consiliului de Administrație, împotriva documentației de atribuire, elaborată de către SPITALUL CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA, cu sediul în Craiova, str. Filantropiei nr. 1, județul Dolj, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitație deschisă, organizată în vederea încheierii, pe loturi, a contractului având ca obiect *achiziție aparatură medicală*, **Lotul nr. 2**, s-au solicitat:

1. *admiterea prezentei contestații*
2. *obligarea autorității contractante la modificarea documentației de atribuire aferente Lotului nr. 2. prin eliminarea dispozitivului portabil de decontaminare UV-C din cadrul acestui lot și includerea într-un lot distinct, întrucât acesta reprezintă un echipament distinct, fără legătură tehnică sau funcțională cu stația de producere a oxigenului medical.*
3. *obligarea autorității contractante la modificarea documentației de atribuire aferente Lotului nr. 2. prin eliminarea cerinței privind "Sistem central pentru monitorizarea detecției concentrației de oxigen din incaperea unde se va monta stația de producere oxigen"*

intrucat, acest sistem, in mod eronat si neargumentat, a fost destinat pentru monitorizarea concentrației de oxigen in containerul in care se va monta statia de oxigen. Acesta este destinat pentru monitorizarea detectiei concentrației de oxigen din saloanele medicale cu pacienți in care sunt montate prize de oxigen medical si in care exista risc de imbogatire a atmosferei cu oxigen. Datoria acestor motive solicitam includerea acestuia intr-un lot distinct deoarece nu are nicio legătură cu statia de productie a oxigenului avand in vedere ca in containerul in care se afla montata statia de oxigen nu se inregistreaza pierderi de oxigen care ar fi semnalate de calculatorul de proces al generatorului.

4. obligarea autoritatii contractante la modificarea documentației de atribuire aferente Lotului nr. 2 prin eliminarea si reformularea specificațiilor tehnice restrictive, neclare, contradictorii sau disproportionale, astfel cum au fost identificate si argumentate prin prezenta contestatie, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Pentru aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

În temeiul art. 26 alin. (2) și (7) din Legea nr. 101/2016, admite, în parte, contestația formulată de MICROCOMPUTER SERVICE SA, în contradictoriu cu SPITALUL CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA, în calitate de autoritate contractantă, și anulează procedura de atribuire în ceea ce privește lotul nr. 2.

Respinge, ca rămas fără obiect, capătul de cerere privind modificarea documentației de atribuire aferente lotului nr. 2.

Prezenta decizie va fi obligatorie pentru părțile cauzei potrivit dispozițiilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință de către alte persoane vătămate.