



În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) și ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 3429/C10/3525

Data: 23.10.2026

Prin contestația nr. 619/25.08.2026, înregistrată la Consiliu sub nr. 64279/25.08.2026 (Lot – 7), depusă de VODIMEDICOR SRL, cu sediul în București, Str. Iancu Brezeanu nr. 15, Sector 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. 2014001264239, având CIF RO4133530, reprezentată legal de SFÎRNOIU Cristian, împotriva rezultatului procedurii, emis în cadrul procedurii de licitație deschisă, organizată în vederea atribuirii contractului de achiziție publică, având ca obiect „*Modernizarea infrastructurii Spitalului Județean de Urgență Slobozia cu echipamente pentru diagnosticarea și tratarea cancerului*”, cod CPV 33100000-1, de către SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTĂ SLOBOZIA, cu sediul în Slobozia, str. Decebal nr. 1, județul Ialomița, în calitate de autoritate contractantă, s-a solicitat:

- anularea rezultatului evaluării pentru Lotul 7 și reevaluarea ofertelor prin aplicarea unitară a documentației de atribuire, a clarificărilor publicate și a aceluiași exigențe probatorii pentru ambii ofertanți.

- anularea deciziei prin care oferta VODIMEDICOR SRL a fost declarată inacceptabilă pentru Lotul 7;

- anularea Comunicării rezultatului nr. 100/20.08.2026 și, în partea aferentă Lotului 7, a Raportului procedurii nr. 94/20.08.2026 și a actelor subsecvente;

- anularea deciziei de desemnare a PROTON IMPEX 2000 SRL drept ofertant câștigător și obligarea autorității la reevaluare;

- reevaluarea ofertei VODIMEDICOR fără utilizarea parametrilor BIS eliminați prin clarificarea nr. 96;

- reevaluarea ofertelor VODIMEDICOR și PROTON prin aplicarea aceluiași reguli, exigențe probatorii și metodologii de evaluare;

- verificarea documentului de producător prin care PROTON a demonstrat durata de exploatare pentru aspiratorul GIMA HOSPI PLUS și compararea lui cu standardul cerut VODIMEDICOR;

- verificarea exactă a codului/configurației aspiratorului PROTON (HOSPI PLUS FULL/BASIC), inclusiv pedala, sistemul Change-Over și cerința de schimbare rapidă a accesoriilor;
- verificarea monitorului COMEN NC10 oferat de PROTON IMPEX 2000 SRL, inclusiv data fabricației efective a unităților propuse pentru livrare, caracterul lor de produse noi și neutilizate, conformitatea cu cerința Caietului de sarcini potrivit căreia echipamentele trebuie să respecte cele mai recente cerințe de pe piață, perioada de suport tehnic rămasă la data recepției, disponibilitatea bateriilor, pieselor, accesoriilor și consumabilelor pe întreaga perioadă solicitată prin documentația de atribuire, precum și consecințele discontinuării modelului începând cu 01.06.2024;
- verificarea naturii și valabilității documentului/diplomei COMEN din anul 2020, în măsura în care documentația impune o autorizare valabilă, precum și verificarea existenței unei autorizări actualizate la data depunerii ofertei;
- reevaluarea componentei PC All-in-One a stației centrale prin raportare la configurația garantată contractual de VODIMEDICOR și la principiul echivalent sau superior;
- verificarea disponibilității la livrare a modelului All-in-One nominalizat de PROTON și a modului în care autoritatea ar trata eventuala înlocuire a acestuia cu un model succesor;
- verificarea numărului, conținutului și gradului de detaliu al clarificărilor adresate PROTON IMPEX 2000 SRL și compararea acestora cu cele 42 de întrebări/solicitări adresate VODIMEDICOR, pentru verificarea aplicării aceluiași standard de control tehnic;
- dispunerea oricăror măsuri de remediere necesare pentru restabilirea legalității, tratamentului egal și a unui nou rezultat al procedurii.

Pentru aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

În temeiul art. 26 alin. (6) din Legea nr. 101/2016, respinge, ca nefondată, contestația formulată de VODIMEDICOR SRL, în contradictoriu cu SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTĂ SLOBOZIA.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 și poate fi atacată cu plângere, în temeiul art. 29 din același act normativ, în termen de 10 zile de la comunicare.

Completul de soluționare a contestațiilor,

PREȘEDINTE,

MEMBRU,

MEMBRU,