



CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleos nr.6, Sectorul 3, București, România, CP 030084, CIF 20329980
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 Fax. +4 021 8900745 www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) și ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea:

DECIZIE

Nr. 436/C2/375

Data: 18.03.2020

Prin contestația nr. 10853/03.03.2020, înregistrată la CNSC sub nr. 8569/04.03.2020, formulată de SIEMENS HEALTHCARE SRL, cu sediul în București, str. Preciziei nr. 24, Centrul pentru Sprijinirea Afacerilor "West Gate Business Center", et. 4, birourile nr. 4.01-5.05, sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7694/2016, având CUI 36153005, reprezentată legal prin Florin Niculescu și Radu Leocovici – administratori, împotriva documentației de atribuire aferentă **lotului 3** – *Angiograf monoplan pentru investiții de tip cardiac – 2 buc, conform caietului de sarcini*, elaborată de SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SF. SPIRIDON IAȘI, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în Iași, Bd. Independenței nr. 1, județul Iași, în cadrul procedurii de atribuire, prin licitație deschisă, organizată în vederea încheierii unui acord-cadru pe loturi având ca obiect "*Aparatură medicală*", cod CPV 33100000- *Echipamente medicale (Rev.2)*, s-a solicitat:

- 1.- Obligarea autorității contractante la suspendarea procedurii de atribuire pe parcursul soluționării acestei contestații;*
- 2. - Obligarea autorității contractante la adoptarea unui set de măsuri de remediere a deficiențelor documentației de atribuire sesizate prin*

prezenta, prin modificarea cerințelor tehnice astfel încât orice ofertant să aibă dreptul egal la procedură:

- a) - Cu privire la cerința Rotația motorizată a standului trebuie să permită poziționare liberă a sistemului pentru poziții suplimentare ale brațului C: minim ± 90 grade (să descrie un cerc de minim 180 grade la capul pacientului din cadrul caietului de sarcini, solicităm modificarea în: Rotația standului trebuie să permită poziționare liberă a sistemului pentru poziții suplimentare ale brațului Q: minim 180 grad să descrie un cerc de minim 180 grade la capul pacientului;
- b) - Cu privire la cerința Angulație Cranio/Caudală cu brațul C în poziție frontală: minim ± 90 grade, din cadrul caietului de sarcini, solicităm modificarea în Angulație Cranio/Caudală cu brațul C în poziție frontală: minim ± 45 grade;
- c) - Cu privire la cerința Rotație LAO / RAO cu brațul C în poziție laterală a mesei: minim ± 90 grade, din cadrul caietului de sarcini, solicităm modificarea în Rotație LAO/RAO cu brațul C în poziție laterală a mesei; minim $\pm 4-5$ grade;
- d) - Cu privire la cerința Angulație Cranio/Caudală cu brațul C în poziție laterală a mesei: minim ± 120 grade, din cadrul caietului de sarcini, solicităm modificarea în Angulație Cranio/Caudală cu brațul C în poziție laterală a mesei: minim ± 15 grade;
- e) - Cu privire la cerința Dispozitiv anticoliziune contactless pentru mișcările sistemului, integrat în sistem, care protejează pacientul de contact neașteptat cu următoarele componente ale sistemului: detector, tub Rx, etc., din cadrul caietului de sarcini, solicităm modificarea în Dispozitiv anticoliziune pentru mișcările sistemului, integrat în sistem, care protejează pacientul de contact neașteptat cu următoarele componente ale sistemului: detector, tub Rx. etc.;
- f) - Cu privire la cerința Acoperire fluoroscopică de minim 190 cm, din cadrul caietului de sarcini, solicităm modificarea în Acoperire fluoroscopică de minim 187 cm;
- g) - Cu privire la cerința Filtre adiționale de Cu echivalent pentru reducerea dozei de iradiere cu filtru adițional maxim selectabil de minim 1 mm Cu: vă rugăm specificați", din cadrul caietului de sarcini, solicităm modificarea în Filtre adiționale de Cu echivalent pentru reducerea dozei de iradiere cu filtru adițional maxim selectabil de minim 0.9 mm Cu: vă rugăm specificați;
- h)- Cu privire la cerința Câmpul vizual (FOV - Field of View) selectabil pe minim 8 formate vă rugăm specificați formatele disponibile), din cadrul caietului de sarcini, solicităm modificarea în Câmpul vizual (FOV - Field of View) selectabil pe minim 6 formate (vă rugăm specificați formatele disponibile);
- i)- Cu privire la cerința Posibilitate de poziționare și deplasare flexibilă a suportului de monitor pe un domeniu de minim 300 x 300 cm, cu posibilitate de deplasare motorizată pe verticală de minim 30 cm, din cadrul caietului de sarcini, solicităm modificarea în Posibilitate de poziționare și deplasare flexibilă a suportului de monitor pe un

domeniu de minim 300 x 300 cm. cu posibilitate de deplasare pe verticală de minim 30 cm;

j)- Cu privire la cerința Monitor LCD color plat de înaltă rezoluție, cu diagonală de minim 140 cm (56 inch), pentru afișarea simultană de imagini multiple cu diferite formate, inclusiv a: [...], din cadrul caietului de sarcini, solicităm modificarea în Monitor LCD color plat de înaltă rezoluție, cu diagonală de minim 139.5 cm (55 inch). pentru afișarea simultană de imagini multiple cu diferite formate, inclusiv a: [...];

k)- Cu privire la cerința 2x Monitor color LCD pentru afișarea imaginilor clinice în camera de comandă: - dimensiune: minim 24 inch diagonal; - rezoluție: minim 1900 x 1000 pixeli; [...], din cadrul caietului de sarcini, solicităm modificarea în 2x Monitor color LCD pentru afișarea imaginilor clinice în camera de comandă: - dimensiune: minim 19 inch diagonal: - rezoluție: minim 1280x1024 pixeli: [...];

l)- Cu privire la cerința următoarele informații trebuie să poată fi afișate în camera de examinare: - geometria sistemului; - doza de radiație, - măsurători și afișare doza de suprafață și doză cumulată; - FOV (camp vizual); - Afisajul grafic al dozei într-o anumită zonă anatomică, din cadrul caietului de sarcini, solicităm modificarea în "Următoarele informații trebuie să poată fi afișate în camera de examinare: - geometria sistemului: - doza de radiație. - măsurători si afișare doza de suprafața si doza cumulata: - FOV (camp vizual);

m)- Solicităm eliminarea cerinței din cadrul caietului de sarcini: Angiografia de rotație cu dublu ax (angulație și rotație) pentru obținerea de imagini de diagnostic a arterelor coronare într-o singură execuție de achiziție (single run) pentru reducerea cantității de substanță de contrast precum și reducerea dozei de iradiere;

n)- Solicităm eliminarea din caietul de sarcini a întregului capitol 17. "Sistem IVUS & FFR integrat în angiograf. Tehnologie de investigare prin ecografie intravasculară IVUS digitală" și a tuturor cerințelor aferente acestui capitol;

3.- Obligarea autorității contractante la reluarea procedurii de atribuire în baza cerințelor modificate ale documentației de atribuire în acord cu cererile subscrisei din această contestație și la luarea tuturor măsurilor necesare pentru a permite operatorilor economici interesați accesul nerestricționat la procedură.

În subsidiar,

- Anularea procedurii deoarece este restrictivă pentru toți operatorii economici în ceea ce privește specificațiile echipamentului "APARATURĂ MEDICALĂ - lot 3 - Angiograf monoplan pentru intervenții de tip cardiac si criteriile de performanță, acestea fiind orientate către un singur producător, în speță Philips Medical Systems (Philips)".

Prin Încheierea nr. 474/C2/373,375/12.03.2020, Consiliul a dispus disjungerea dosarului nr. 373/2020, având ca obiect contestația

formulată cu privire la loturile 1 și 3, de GENERAL MEDICAL SYSTEMS ROMÂNIA SRL, acesta fiind în stare de judecată, de dosarul nr. 375/2020, având ca obiect contestația formulată în cadrul aceleiași proceduri, de către SIEMENS HEALTHCARE SRL, cu privire la lotul 3.

CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR,
asupra cauzei de față, constată următoarele:

Pentru aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

Admite, în parte, contestația înregistrată la CNSC sub nr. 5733/17.02.2020, formulată de SIEMENS HEALTHCARE SRL în contradictoriu cu SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SF. SPIRIDON IAȘI, în calitate de autoritate contractantă, respectiv capetele de cerere regăsite la punctele a), b), c), e), f), g), h) și l) din contestație și va obliga autoritatea contractantă ca, în termen de 15 zile de la primirea deciziei Consiliului, să implementeze măsurile de remediere evocate prin punctul de vedere nr. 14498/09.03.2020, prin publicarea acestora în SEAP, pentru a fi aduse la cunoștința tuturor operatorilor economici interesați de participarea la această procedură de atribuire, și să stabilească o nouă dată de depunere a ofertelor, cu respectarea prevederilor art. 153 din Legea nr. 98/2016.

Respinge, ca nefondate, capetele de cerere regăsite la punctele d), i), j), k), m) și n) din contestație, precum și solicitarea subsidiară de anulare a procedurii de atribuire a lotului 3, contestat.

Obligatorie.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință de către alte persoane vătămate.