

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) și ale art. 27 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 2036/C4/2433

Data: 17.07.2025

Prin contestația nr. 8630/30.06.2025, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sub nr. 43532/30.06.2025, formulată de LIMAS GROUP SRL, cu sediul în municipiul București, str. Grigore Moisil, nr. 4, bl. 6, sc. 2, et. 4, ap. 62, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9451/1998, având C.U.I Ro11013782, reprezentată legal de director general Chiriac Marian, împotriva documentației de atribuire, elaborată de SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI, cu sediul în Aleea Spitalului, nr. 36, municipiul Pitești, județul Argeș, în calitate de autoritatea contractantă, în cadrul licitației deschise, organizată pe loturi în vederea încheierii acordului-cadru având ca obiect „Furnizare consumabile medicale”, anunț de participare CN1082487/20.06.2025, s-a solicitat Consiliului să dispună obligarea autorității contractante la adoptarea măsurilor de remediere necesare modificării documentației de atribuire în sensul eliminării cerințelor restrictive și excesive, care limitează în mod nelegal concurența, respectiv a cerinței „Avizat ca și dispozitiv medical. Etichetare conform Regulamentului MDR 745/2017. Marcaj CE. Declarație de conformitate CE, în conformitate cu Regulamentul MDR 745/2017”, pentru următoarele produse lotul 21.1 - Sistem Bowie Dick pachet, lotul 21.2 - Test Helix PCD, lotul 21.3 - Sistem indicator chimic integrator strip autoadeziv clasa 5/tip 5 pentru sterilizare cu abur, lotul 21.4 - Sistem indicator chimic multiparametru tip 4 pentru sterilizarea la plasma, lotul 21.8 - Set control - indicator chimic Helix plasma, lotul 21.14 - Sistem indicator chimic monitorizare mașini de spălat instrumentar automate și lotul 21.15 - Sistem test proteină pentru instrumentar.

CONSILIUL DECIDE:

În temeiul art. 26 alin. (2) din Legea nr. 101/2016, admite contestația formulată de LIMAS GROUP SRL, în contradictoriu cu SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI.

Obligă autoritatea contractantă la remedierea documentației de atribuire pentru loturile 21.1, 21.3, 21.4, 21.8, 21.14 și 21.15 conform celor reținute în motivare, în termen de 15 zile de la primirea deciziei. Remedierile vor fi aduse la cunoștința operatorilor economici, în cadrul aceleiași termen, prin publicarea lor în SEAP. Autoritatea contractantă va stabili o nouă dată limită pentru depunerea ofertelor pentru respectivele loturi.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.